

NZ/1078/2022

Jelenia Góra, dnia 11.10.2022 r.

NPU/00780/2022

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**DOSTAWA PĘTLI INDUKCYJNYCH
W RAMACH PROGRAMU „DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA”****ZESTAW 1****Pytanie 1:**

zwracamy się z prośbą o zmianę poszczególnych zapisów dotyczących specyfikacji:

2. „Urządzenie zgodne z normami [...]” – obowiązującą w Polsce normą dotyczącą pętli indukcyjnych jest norma IEC/PN-EN60118-4. Zapis ten jest bezpodstawny – wnioskujemy o usunięcie.
4. „Wbudowana silna pętla działająca minimum 3 metry od urządzenia”. – prosimy o doprecyzowanie w jakiej odległości będzie stał pacjent od personelu? Zasięg użytkowy dla pętli okienkowych to około 1m. W odległości powyżej 1 metra zaczynają się drastyczne spadki mocy pętli. Wnioskujemy o zmianę tego parametru na 80cm.
5. „Regulacja gł. tonów” – Parametr nie jest wymagany przez normę IEC/PN-EN60118-4 – wnioskujemy o usunięcie zapisu.
8. „Filtr L,N,H” - Parametr nie jest wymagany przez normę IEC/PN-EN60118-4 – wnioskujemy o usunięcie zapisu. Zapis ten wskazuje na konkretne urządzenie jednego producenta, co niezgodne jest z uczciwymi zasadami konkurencji w postępowaniach zakupowych.

Odpowiedź:

Pkt 2 – Zamawiający podtrzymuje normy opisane w Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, jednocześnie zamawiający dopuszcza produkt spełniający normę IEC/PN-EN60118-4.

W związku z udzielaną odpowiedzią, zmianie ulega Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

Pkt 4 – Zamawiający podtrzymuje wymóg określony w Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. Nie jest możliwe doprecyzowanie w jakiej odległości będzie stał pacjent od personelu.

Pkt 5 – Zamawiający podtrzymuje wymóg określony w Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

Pkt 8 - Zamawiający podtrzymuje wymóg określony w Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (zmieniony 11-10-2022).

z up. Dyrektora