



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 22.02.2023 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup stołu operacyjnego**

Nr postępowania: **ZP/3/23**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (formularza asortymentowo-cenowego) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonymi w listwy bez ograniczników zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem? Wyposażenie dedykowane do oferowanego stołu operacyjnego nie jest wsuwane na listwę, może być założone i zdjęte w dowolnym miejscu na listwie w związku z tym ograniczniki zabezpieczające są niepotrzebne. – dotyczy l.p. 4
Zamawiający wyraża zgodę.
- Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (formularza asortymentowo-cenowego) – Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wypełnienie segmentów z materiału HPL, który jest także materiałem przeziernym i bardzo często spotykanym w wysokiej jakości stołach operacyjnych? – dotyczy l.p. 5
Zamawiający nie dopuszcza.
- Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (formularza asortymentowo-cenowego) – Czy Zamawiający dopuści podstawę o wysokości 158mm, która umożliwi również bezkolizyjną współpracę z ramieniem C? - dotyczy l.p. 7
Zamawiający dopuszcza.
- Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (formularza asortymentowo-cenowego) - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wykonanie podstawy oraz kolumny stołu ze stali nierdzewnej, która nie jest pokryta włóknem węglowym? Wymóg ten nie ma wpływu na funkcjonalność stołu, stanowi jedynie niepotrzebne utrudnienie i ograniczenie konkurencji – dotyczy l.p. 8
Zamawiający nie dopuszcza.
- Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (formularza asortymentowo-cenowego) - Czy Zamawiający dopuści stół bez systemu antykolizyjnego? Konstrukcja oferowanego stołu nie wymaga zabezpieczenia go systemem antykolizyjnym, tym bardziej, że zapis w SWZ ogranicza się jedynie do konkretnych ustawień stołu? – dotyczy l.p. 10
Zamawiający nie dopuszcza.

6. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (formularza asortymentowo-cenowego) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o szerokości całkowitej (z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego) wynoszącej 560 mm, szerokości materaca 500mm? – dotyczy l.p. 12, 13
Zamawiający wyraża zgodę.
7. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (formularza asortymentowo-cenowego) - Czy Wykonawca może zaoferować stół z zakresem regulacji oparcia pleców -35/+75 stopni? W przypadku pozycji fotelowych i Fowlera oferowany parametr 75 stopni pozwala bezproblemowo prowadzić zabiegi niezależnie od dyscypliny, zaś proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego – dotyczy l.p. 15
Zamawiający dopuszcza.
8. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (formularza asortymentowo-cenowego) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia podglówka w zakresie +45/-45 stopni? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie stołu i jego funkcjonalność – dotyczy l.p. 16
Zamawiający wyraża zgodę.
9. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (formularza asortymentowo-cenowego) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie pilota bez wyświetlacza LCD, wyposażonego w podświetlane przyciski i wyraźne ikony dla poszczególnych funkcji? Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Z uwagi na brak wyświetlacza – po włączeniu pilota przy realizacji poszczególnych funkcji nie wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. Realizacja zadania odbywa się podświetlanymi przyciskami z konkretnymi ikonami dla danej funkcji. Z uwagi na brak wyświetlacza – po włączeniu pilota nie wyświetla się na wyświetlaczu informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Po włączeniu pilota – diody (3 kolory) sygnalizują stan naładowania. Diody zmieniające kolor w zależności od poziomu naładowania pilota. Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 23, 24
Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (formularza asortymentowo-cenowego) - Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) to gatunek stali stosowany przez bardzo wielu producentów wysokiej jakości stołów operacyjnych zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. W przypadku produkcji stołów operacyjnych, wykorzystanie stali AISI 304 (1.4301) jest w zupełności wystarczające pod względem właściwości antykorozyjnych, ponieważ nie mamy do czynienia ze środowiskiem wysoko agresywnym, oraz właściwości biogodnych, ponieważ tkanki pacjenta nie są w bezpośrednim kontakcie z konstrukcją stołu (jak w przypadku wymogów dla stali 316). Wymóg stali 316 nie ma więc uzasadnienia klinicznego a stanowi jedynie zbyt wygórowane i nieuzasadnione żądanie Zamawiającego. Dodam, że jest to gatunek stali stosowany przez jednego producenta a mianowicie firmę Famed, która jako jedyna spełnia ten parametr. Proszę zatem o dopuszczenie stołu o konstrukcji ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 (1.4301) – dotyczy l.p. 27
Zamawiający dopuszcza.
11. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (formularza asortymentowo-cenowego) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z obciążeniem dynamicznym 275 kg? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego w SIWZ. – dotyczy l.p. 31
Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (formularza asortymentowo-cenowego) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z obciążeniem statycznym 320 kg? Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że praktyczny obszar zastosowań pojedynczego stołu operacyjnego - nawet w przypadku zastosowania poszerzeń bariatrycznych - kończy się na poziomie około 300 kg. Przy masie większej, problemem staje się objętość pacjenta wykluczająca możliwość bezpiecznego prowadzenia zabiegów na powierzchni pojedynczego stołu operacyjnego nawet poszerzonego o boczne przystawki blatu – w takim wypadku stosuje się dwa stoły ustawione jeden obok drugiego – dotyczy l.p. 32

Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ (formularza asortymentowo-cenowego) - Czy Zamawiający dopuści przystawkę ortopedyczną z zakresem regulacji wysokości aparatu naciągowego 850 – 1310 mm? – dotyczy l.p. 33 poz. 1

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej prowadzonego postępowania