

SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 16.10.2020r.

DZPZ-530-Zp/58/PN-55/20

**Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: „Dostawa jednorazowego wyposażenia pracowni cytostatycznej i roztworów płynów infuzyjnych” - Zp/58/PN-55/20*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1. Dotyczy Pakietu 4 poz.5**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe Luer-lock 20ml skalowane co 0,5ml w opakowaniach a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

**Odp : Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 2. Dotyczy Pakietu 4 poz.6**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe Luer-lock 30ml w opakowaniach a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

**Odp : Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 3. Dotyczy Pakietu 4 poz.7**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe Luer-lock 50ml w opakowaniach a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

**Odp : Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 4. Dotyczy Pakietu 5 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu?

**Odp: Zamawiający nie dopuści , wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi.**

**Pytanie 5. Dotyczy Pakietu 5 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny koreczków do kaniul za opakowanie a'250szt. z odpowiednim przeliczeniem na opakowania?

**Odp : Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 6. Dotyczy Pakietu 9**


Czy Zamawiający dopuści matę absorpcyjną jałową o wymiarach 60 cm x 38 cm, z wkładem chłonnym o wymiarach 52 cm x 30 cm?

**Odp : Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 7. Dotyczy Pakietu 10**

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których grubość podwójnej ścianki na palcu wynosi  $0,32 \pm 0,02$  mm, a poziom protein  $\leq 79 \mu\text{g/g}$ ?

**Odp: Zamawiający nie dopuści , wymaga poziomu protein na poziomie 10ug/g.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
**im. dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



ISO 9001



**Pytanie 8. Dotyczy Pakietu 10**

Czy Zamawiający dopuści rękawice, które nie mają poszerzonej części grzbietowej dłoni, pakowane są podwójnie w wewnętrzne opakowanie papierowe i zewnętrzne foliowe i występują w rozmiarach od 6.0 do 9.0?

**Odp: Zamawiający nie dopuści , wymaga poszerzonej części grzbietowej.**

**Pytanie 9. Dotyczy Pakietu 10**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości ścianki na palcu wynoszącej  $0,21 \pm 0,02$  mm, długości 280-290 mm?

**Odp: Zamawiający nie dopuści , wymaga grubości na palcu 0,27mm.**