



"SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI"
SPÓŁKA Z O.O. w restrukturyzacji
62-300 Września, ul. Słowackiego 2



Września, dn. 10.01.2022r.

SA-381-21/21

Dotyczy postępowania: „Zakup i dostawa wyrobów medycznych i niemedycznych – powtórka”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Pakiet nr 10 Zestaw do monitorowania ciśnienia śródbrzusznego</p> <p>Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 Zestaw z przetwornikiem do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) wyposażony w linię płuczącą z przesuwaną klemą zaciskową i aparatem kroplowym z wbudowanym filtrem cząstkowym, 2 x kraniki trójdrożne, łącznik typu „T” na linii płuczącej, dren do podłączenia cewnika Foley’a zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren z gumowym łącznikiem do podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka L/L 50-60 ml. Zestaw kompatybilny z monitorami poprzez przewód z wtykiem typu „RJ”. Dodatkowo w zestawie zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej składający się z komory pomiarowej (bez wew. komór wstępnych i pośrednich) o dokładności pomiaru min. 1 ml do 20 ml i pojemności 500 ml z przezroczystymi ściankami ułatwiającymi dokładny odczyt i wizualizację moczu, workiem o pojemności 2 l, filtr hydrofobowy w komorze i worku, drenu z odpowietrzaniem o dł. 150 cm ze spiralą antyzalamaniową, portu bezigłowego do pobierania próbek moczu w łączniku, uniwersalny system mocujący, do 7 dni u pacjenta, sterylny?</p>	Zgodnie z SWZ
2.	<p>Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 2 poz. 1 zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy, o następujących parametrach: implant o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami, każde w plastikowej osłonce, materiał: polipropylen, monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34, grubość nici 0,15 mm, wielkość oczek splotu: 1 x 1,25 mm, porowatość max 1950 µm, zagęszczenie oczek 55% (± 5%); rozmiar</p>	Zamawiający dopuszcza

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140

Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł

centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30

www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

	implantu: podstawy: 5-6 cm i 7-9 cm, wysokość 5 cm, 6 cm, 7,5 cm (do wyboru przez Zamawiającego).	
3.	Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 2 poz. 2 zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka tylna pochwy, o następujących parametrach: implant o anatomicznym kształcie, z polipropylenu monofilamentowego, siatka z dwoma ramionami pokrytymi plastikową osłonką; o grubości 0,34 mm, grubości nici 0,15 mm, porowatości max 1950 µm; o gramaturze 45 g/m ² , wielkość oczek splotu 1 x 1,25 mm, zagęszczenie oczek 55% (± 5%); rozmiar siatki: wysokość – 12 cm, szerokość – 6,3 cm, z dodatkową górną wypustką o wymiarach: szerokość 6,3 cm, wysokość 4 cm, długość każdego ramienia 17,5 cm, szerokość 10 mm (± 1,0 mm).	Zamawiający dopuszcza
4.	Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 2 poz. 3 Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, o długości 50-55 cm, szerokości 0,8 cm, w środkowej części wypustka o szerokości 1,2 cm (wyznaczenie środka, ułatwia implantację), taśma o grubości 0,34 mm, grubości nici 0,15 mm, rozmiar porów 1 x 1,25 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m ² , taśma o atraumatycznych, laserowo ciętych brzegach, bez osłonki.	Zamawiający dopuszcza
5.	Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 2 poz. 4 Worek do laparoskopii 200 ml – wymiary Ø65 x 185 mm, przez trokar 10 mm	Zamawiający dopuszcza

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.