



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w pracowni naczyń obwodowych*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 nitinolowych stentów obwodowych o innowacyjnej konstrukcji. Oferujemy Zamawiającemu dwa modele: „Pull” oraz „Flex” - z tej samej serii stentów, które odchodzą od zasady „one - fits – all”. Stenty te pozwalają na optymalizację wyników klinicznych w zależności od miejsca i stopnia kalcyfikacji zmiany naczyń peryferyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, prosimy o dopuszczenie naszych parametrów użytkowych opisanych poniżej:

- 4 znaczniki radioceniujące
- długości systemu wprowadzającego 85, 135 i 175 cm,
- średnice stentu 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- długość stentu 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200
- średnica kanału wewnętrznego akceptująca przewodnik 0,035”
- średnica zewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie przez introduktor 6F
- system dostarczania OTW

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 4 formularza cenowego (załącznik 1.4 do swz) spiral embolizacyjnych obwodowych platynowych oraz ze stopu Inconel bezpiecznych do stosowania w RM, uwalnianych poprzez popychanie przewodnikiem, o kształcie stożkowym, helikalnym lub zwiniętego coila i różnej kombinacji średnic i długości (długość od 2 do 20cm i średnica od 2 do 20mm dla spiral helikalnych i w kształcie zwiniętego coila lub długości od 2 do 14.2cm i średnicy od 3/2mm do 10/5mm dla spiral stożkowych). Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 spiral embolizacyjnych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 9 formularza cenowego (załącznik 1.9 do swz) multifunkcyjnego, niskoprofilowego cewnik BeBack (urządzenie all in one) umożliwiającego pokonywanie zmian i powrotu do światła naczynia, z nitinolową igłą o regulowanej długości i obrocie 360° w dwóch rozmiarach 2.9 i 4F

- system 2.9F kompatybilny z przewodnikiem 0,014”, posiadający dwie pozycje robocze igły
- system 4F kompatybilny z przewodnikiem 0,018”, posiadający trzy pozycje robocze igły



- obracająca się o 360° igła nitinolowa, sterowalna, dająca możliwość ukierunkowanego ponownego wejścia do naczynia
- długość systemu 80 i 120cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 9 poz. 1 asortymentu o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 9 formularza cenowego (załącznik 1.9 do swz) rekomendowanych przewodników o średnicy 0.014" lub 0.018"

- hydrofilny prosty przewodnik ze stalowym rdzeniem o średnicy 0.014" i długości 190, 300cm lub sztywny przewodnik z nitinolowym rdzeniem i zagiętą, radiocieniującą, platynową, sprężynową końcówką o średnicy 0.014" i długości 180, 300cm
- sztywny przewodnik z nitinolowym rdzeniem i zagiętą, radiocieniującą, platynową, sprężynową końcówką o średnicy 0.018" i długości 180, 300cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 9 poz. 1 przewodników o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 10

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 10 formularza cenowego (załącznik 1.10 do swz):

- przewodniki stalowe o usztywnianym rdzeniu z bezpiecznym, zewnętrznym stalowym oplotem pokrytym telonem
- dostępne różne rodzaje sztywności: amplatz ekstra stiff, amplatz ultra stiff, lunderquist, rosen
- przewodniki o profilu 0.035" z taperowanym końcem rdzenia przewodnika oraz z miękką elastyczną końcówką o długości od 1.5 do 7 cm.
- długość przewodników: 145, 180, 260, 300cm. Końcówka prosta lub zagięta J.
- dostępne przewodniki z podwójnie zakrzywioną końcówką
- dostępne przewodniki z wewnętrznym złotym coilem poprawiającym widoczność w rtg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 9 poz. 1 przewodników o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych?

W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.



Pytanie nr 7

Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści w zad 7stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby.

Stent o długościach: 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm

Długości systemu wprowadzającego: 80 cm i 120 i 150 cm

Kompatybilny z przewodnikiem 0.035", „over the wire”

- Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów
- Markery na końcach – w sumie co najmniej 8

Spiralne połączenia komórek stentu zapewniające giętkość i odporność na złamania

Skracalność stentu pomijalnie mała <1%

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Pytanie nr 9 – dotyczy Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer 2 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:

„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zgodzi się na przesyłanie faktur drogą mailową, na wskazany przez niego adres e-mail?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Pytanie nr 11 – dotyczy Projektu Umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SWZ poprzez nadanie § 3 ust. 4 zdanie drugie następującego brzmienia: „Raz w kwartale Wykonawca może przeprowadzić spis z natury w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 12 – dotyczy Projektu Umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 2 do SWZ poprzez dodanie § 4 ust. 4a o następującej treści:
„Przedmiot umowy, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje Załącznik nr 1.2 (formularz asortymentowo-cenowy) do Formularza Ofertowego. Zmodyfikowany Formularz asortymentowo cenowy nr 1.2 stanowi załącznik do niniejszej Informacji dla Wykonawców.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Lis

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

