



Wolsztyn, dnia 10.01.2021 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/3/2022


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Sukcesywna 24 miesięczna dostawa podłoży i odczynników bakteriologicznych dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej w SPZOZ w Wolsztynie”;
TP/1/2022

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – (Dz.U. poz. 2021.1129 t.j.), Zamawiający zmienia:

1. Pakiet nr 4 pozycja nr 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podłoży w opakowaniu zawierającym 20 sztuk
2. Pakiet nr 9- **Zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego całodobowego pobrania dokumentów:** tj. instrukcji wykonania testów/ulotek informacyjnych, kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualnych certyfikatów kontroli jakości do danych serii odczynników, bezpośrednio ze strony internetowej wykonawcy, pod warunkiem podania w Pakiecie/ofercie adresu strony internetowej na której będą się znajdowały.
3. Pakiet nr 9, **Zamawiający dopuszcza** zaoferowanie butelek z pozycji 1 – 3 pochodzących od producenta oferowanego analizatora, a materiały z pozycji 4 i 5 od innych producentów,
4. Pakiet nr 9, Zamawiający na potwierdzenie konieczności wykonywania jednocześnie badania posiewów krwi i płynów ustrojowych wymaga dostarczenia oryginalnych instrukcji używania producenta.
5. **Pakiet nr 9**, Zamawiający wymaga potwierdzenia możliwości preinkubacji pobieranych materiałów przed włożeniem do aparatu informacją w instrukcji używania producenta.
6. **załącznika nr 8- wzoru umowy**, §4 ust. 2 lit. f, Zamawiający zmienia zapis na: *„Dostawy odbywać się będą na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo – asortymentowych w maksymalnym terminie dodni¹ roboczych od daty otrzymania, e-mail lub pisemnego zamówienia,”*
7. Pakiet nr 3. Wymogi dla testów do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości; Zamawiający dopuszcza termin ważności testów minimum 8 miesięcy
8. Zamawiający w zakresie Pakietów **nr 1, 2,3,4,5,6,8,9, 11 precyzuje** wymagania:

„Zamawiający wymaga dostarczenia (lub udostępnienie na stronie internetowej) do każdej dostawy/opakowania/serii - świadectw kontroli bądź certyfikatu jakości”.

¹ Właściwe zostanie uzupełnione na etapie podpisywania umowy.



9. Pakiet nr 3, Zamawiający zmienia w Pakiecie zapisy pod tabelą na:

„Wymogi dla podłoż (dot.poz.1-11)

Wymogi dla testów do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości (dot.poz. 12-13)

Wymogi dla szczepów (dot. poz. 14)”

10. **Pakiet nr 1**, Zamawiający w pakiecie 1. wymaga krążków o średnicy 6 mm; oraz Zamawiający dla wszystkich krążków antybiotykowych wymaga pozytywnej opinii KORLD
11. **Pakiet nr 2**; Zamawiający wymaga paski MIC na nośniku bibułowym posiadających pozytywną opinię KORLD, potwierdzającą wysoką jakość w procesie diagnostycznym.
12. **Pakiet nr 9. punkt 4 parametrów**; Zamawiający dopuszcza zaproponowanie aparatu do posiewu krwi, który posiada do obsługi komputer zewnętrzny bez panelu dotykowego z oprogramowaniem w wersji graficznej
13. **Pakiet nr 5, poz. 1**; Zamawiający dopuszcza test pakowany w konfekcji po 30 sztuk w opakowaniu.
14. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie terminu składania ofert, tj. należy rozumieć:
17.01.2022 r. godz. 9:00;
15. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:
17.01.2022 r. godz. 9:15.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Karol Morjko

Załącznik:
Pakiet nr 1,2, 3,4,5,9, parametry 9A
Zmodyf. Wzór umowy

Sporządziła: Bernadeta Kurp z KP

