



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 28/ *265* /2019

Wrocław, dnia 19.06.2019 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa aparatury medycznej*”.

Pytanie nr 1 – Zadanie nr 25

Czy zamawiający zrezygnuje z uchwytu na bidon?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – zadanie nr 5

W formularzu asortymentowo- cenowym Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia zostały wyszczególnione oraz wycenione.

W pakiecie nr 5 Zamawiający uwzględnił:

Usg okulistyczne wraz z dodatkami: przystawką do pomiaru biometrycznej metodą immersyjną, stolikiem oraz drukarką laserową monochromatyczną.

W opisie przedmiotu zamówienia i jego dodatkach została uwzględniona w zestawie drukarka laserowa dla której stawka VAT wynosi 23%, stawka VAT ultrasonografu okulistycznego, przystawki oraz stolika wynosi 8%.

W związku z powyższym prosimy o wytyczne dotyczące podania ceny drukarki z uwzględnieniem 23% stawki VAT w formularzu asortymentowo- cenowym.

Czy Zamawiający Wymaga, aby w formularzu asortymentowo -cenowym została podana oddzielna pozycja na drukarkę z uwzględnieniem właściwej stawki Vat według załączonego poniżej wzoru tabeli?

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. Jadwiga Raziuk

Załącznik nr 1.1. do formularza ofertowego nr Szp/FZ -28/2019

pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo - cenowy *)

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Usg okulistyczne typ A/B | | | | | | 8% | | |
| Przystawka immersyjna | | | | | | 8% | | |
| Stolik | | | | | | 8% | | |
| Drukarka laserowa monochromatyczna | | | | | | 23% | | |
| RAZEM | | | | | | | | |

wartość brutto słownie:

*) należy powielić formularz dla każdego zadania oddzielnie,

**) na potrzeby ewidencji księgowości inwentarzowej Zamawiającego proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówieni, a w szczególności materiały eksploatacyjne .

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kolumnie nr 1 Załącznika nr 1.1. do formularza ofertowego [tj. zgodnie z oznaczeniem **)] Wykonawca powinien na potrzeby ewidencji księgowości inwentarzowej Zamawiającego wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówieni, a w szczególności materiały eksploatacyjne. Dotyczy to również pozycji objętych inną wysokością podatku VAT.

Pytanie nr 3 – zadanie nr 16 - Wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki transportowe o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 830 mm x długość 2130 mm, regulacja sekcji oparcia pleców do 90 stopni, regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga: 0 - 12 stopni za pomocą nożnej pompy hydraulicznej, wózek posiadający obudowę z tworzywa sztucznego, w obudowie znajduje się miejsce na osobiste rzeczy pacjenta i miejsce na dwie butle tlenowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka do przewożenia chorych o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jolawiga Raziuk

*Jacek
J...*