

Numer sprawy: DZ.22.15.2023

Warszawa, 03.08.2023 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Aparatura pomiarowa - dostawa emulatora kanału radiowego dla Instytutu Łączności – PIB

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 20019 r. – Prawo zamówień publicznych¹ udzielam następujących wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia².

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania techniczne przyrząd, którego producent specyfikuje parametry techniczne: Maksymalna moc wejściowa RF, Maksymalna moc wyjściowa RF, Rozdzielczość w dziedzinie mocy, Szczątkowy szum (Residual noise / Noise floor), Względne tłumienie ścieżki (path loss) jako wartości typowe, a VSWR portów RF jako wartość nominalną?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniające wymagania wartości typowe oraz nominalne wymienionych parametrów wyspecyfikowane przez producenta oferowanego urządzenia.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie emulatora z jednym portem RJ-45? Ewentualnie dopuszcza dołączenie adaptera USB-Ethernet rozszerzającego ilość portów RJ-45?

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ (załącznik nr 1 do SWZ) Zamawiający wymaga co najmniej jednego portu RJ-45 Gigabit Ethernet i nie wymaga dodatkowych portów RJ-45.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie przyrządu używanego po przeglądzie producenta z pełną wymaganą w OPZ gwarancją udzieloną przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu używanego, w pełni funkcjonalnego, po przeglądzie producenta, z pełną wymaganą w OPZ gwarancją udzieloną przez producenta.

Pytanie 4:

Ze względu na fakt, że długość gwarancji jest jednym z kryteriów oceny w postępowaniu wnosimy o zrównanie okresu rękojmi (projektowane postanowienia umowy) z oferowanym okresem gwarancji.

¹ Dalej: „ustawa Pzp”

² Dalej: „SWZ”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie dokona zmiany treści SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert ani też nie wyraża zgody na zrównanie okresu gwarancji z okresem rękojmi.

Pytanie 5:

Ze względu na możliwość sumowania kar umownych prosimy o zmianę wysokości kar: na 0,1% wartości netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu oraz usunięciu wad przedmiotu zamówienia, na 10% wartości netto za odstąpienie od umowy oraz zmianę łącznej wysokości kar umownych na 20% wartości wynagrodzenia netto Umowy (projektowane postanowienia umowy).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych. Kary należne są za zwłokę (nie opóźnienie), czyli za okoliczności zawinione przez Wykonawcę.