



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 08.04.2020r.

DZPZ-530-Zp/14/PN-14/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa materiałów medycznych oraz implantów do chirurgii szczękowo-twarzowej”- Zp/14/PN-14/20.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zacisków ze stopu tytanu, do mocowania płyta kostnego czaszki po kraniotomii, na ryflowanym trzpieniu o rozmiarze 11mm, 16mm i 20 mm z ząbkami, pakowanych sterylnie pojedynczo w opakowaniach zbiorczych 11 mm po 12 szt., 16 mm i 20 mm po 6 szt., wykonanych ze stopu tytanu, zakładane za pomocą jednego dynamometrycznego aplikatora, odcięcie trzpienia następuje po zastosowaniu dodatkowego narzędzia?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga zacisków tytanowych do mocowania płyta kostnego po kraniotomii, na gładkim trzpieniu o rozmiarze 11mm, 13mm, 18mm i 22mm.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane zaciski posiadały ryflowany trzpień co uniemożliwi samoczynne opadanie górnego talerzyka przed implantacją?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700