



INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa sprzętu medycznego”

Pytanie nr 1 - do Zadania nr 2, lp. 1: Laryngoskop bezprzewodowy.

Czy zamawiający dopuści Laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD ale większy ekran o wymiarach 2,7"? Ponadto posiada on możliwość nagrywania przebiegu badania oraz robienia zdjęć jednym przyciskiem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2 - do Zadania nr 2, lp. 5: Zasilanie baterią litową.

Czy zamawiający dopuści wideo laryngoskop zasilany baterią litową do 120 minut?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - do Zadania nr 2, lp. 7: Waga urządzenia.

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze 250 gr?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA
Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak