



**DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROBY PŁUC
WE WROCŁAWIU**



**DOLNY
ŚLĄSK**

53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105

Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06

NIP 894-24-56-112, REGON 000294295

strona internetowa: www.dcchp.pl

e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. DL/1775/2021

Wrocław, 17.12.2021 r.

Dotyczy: wyniki - sprawa BZP.3810.63.2021.TP

dostawa wyrobów medycznych (stosowanych w centralnej sterylizacji) z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 na podstawie art. 253 ustawy z dn. 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), wybrano oferty następujących Wykonawców:

- **zestawienie najkorzystniejszych oferentów (wybrano oferty z najwyższą liczbą punktów) , punktacja znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszych wyników „63 zestawienie wraz z punktacją”.**

Zamawiający informuje, że umowy zostaną zawarte w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 264 ust.1 ustawy z dn. 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

Zamawiający informuje, że odrzuca oferty następujących Wykonawców:

PAKIET NR 2- odrzucona oferta wykonawcy

Krajowe Towarzystwo Gospodarcze S.A. w Warszawie Ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia :Test do kontroli skuteczności mycia mechanicznego w myjniach-dezynfektorach. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych – poświadczony aktualnym dokumentem producenta , w formie plastkowego arkusza.

Sustancja testowa umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach.

Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia

z czterech kierunków. Po zakończonym procesie mycia odczyt natychmiastowy

i jednoznaczny w interpretacji.

Uzasadnienie faktyczne : safecheck CLEANIING INDICATOR – po procesie mycia

- sustancja testowa umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach nie zmywa się po prawidłowym procesie mycia w myjni-dezynfektorze
- palstikowy arkusz testowy prawdopodobnie pod wpływem temperatury odkształca się

Uzasadnienie prawne: 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

PAKIET NR 6 odrzucona Krajowe Towarzystwo Gospodarcze S.A. w Warszawie Ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Rękaw papierowo – foliowy jednorazowe opakowanie medyczne do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu ze wskaźnikami procesu sterylizacji.

Opis przedmiotu zamówienia: parametry wymagane: konstrukcja folii wykonana zgodnie z normą PN-EN 868-5, PN-EN-ISO 11607-1 zgodność z w/w normami, potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną. Papier o gramaturze nominalnej 70g/m2 tolerancja wg PN EN 868-3, wymagane potwierdzenie charakterystyki, oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z norma PN EN 868-3. Folia co najmniej sześciowarstwowa, grubość nie większa niż 52µm. Wymagana informacja producenta określająca maksymalny okres przecho-

wywania wyrobów po sterylizacji. Wszystkie oznaczenia poza przestrzenią pakowania i tylko od strony folii, wskaźniki procesu sterylizacji parowej, EO , FROM jednoznaczna i łatwa do interpretacji zmiana zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji , zaznaczony kierunek aseptycznego (bezpłowego) otwierania , oznaczenie CE umieszczone zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych. Rolki papierowo- foliowe muszą być nawijane folią na zewnątrz.

Uzasadnienie faktyczne : wskaźniki procesu sterylizacji parowej, EO , FROM (INDYKATOR CHEMICZNY (KLASA1)) po procesie sterylizacji zmiana zabarwienia wskaźnika jest niejednoznaczna i mało wyraźna, utrudnia identyfikację opakowań przed i po przeprowadzonym procesie sterylizacji

Uzasadnienie prawne: 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

PAKIET Nr 11 odrzucenie oferty

FALCO-MEDIC Jerzy Kudrycki ul. Składowa 7, 15-399 Białystok

Opis przedmiotu zamówienia: Zintegrowane wskaźniki kontroli wsadu w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków testowych z symetrycznie rozłożoną substancją testową, kompatybilnych z przyrządem testowym, kontroli procesu PCP zbudowanego z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w przyrząd w ilości 2 szt. wraz z pierwszą dostawą testów

Uzasadnienie faktyczne: przyrząd testowy, kontroli procesu PCP nie jest zbudowany z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej

Uzasadnienie prawne: 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

MEDILAB Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

odrzucenie oferty w pakiecie nr 6

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego (wiadomość została przyjęta n platformie zakupowej) nie uzupełnił próbek,

Uzasadnienie prawne: 226 ust. 1 ppkt c)

ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów; 4,10,14 (unie waz przed otwarciem ofert), 19,20,23

Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty albo żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne: art. 255 ust.1 ustawy Pzp.

W postępowaniu Zamawiający zastosował procedurę odwróconą art.139 ustawy pzp. Ust.1)

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Lidia Małocka

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320