



WSSz -NZZ – 465/23

Łódź, dnia 27.06.2023 r.


### Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp na zakup kolumn medycznych w ramach realizacji projektu: „Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie układu krążenia – modernizacja oddziału kardiologii w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, sprawa ZP 20/23

Na podstawie art. 135 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2022 poz. 1710 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. *Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z głowicą o przekroju 21 x 28 cm ± 2 cm, jest to wymiar nieznacznie różniący się od wymaganego?*  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
2. *Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę o zbliżonej konstrukcji od wymaganej, w której gniazda poboru gazów medycznych oraz gniazda elektryczne zlokalizowane będą w sposób ergonomiczny w pionowym rzędzie na bocznych ściankach głowicy, (gniazda poboru gazów z jednej strony gniazda elektryczne z drugiej strony) w osobnych kanałach instalacyjnych gwarantujących łatwy dostęp personelowi medycznemu oraz łatwe serwisowanie w przypadku awarii z analogicznym wyposażeniem elektrycznym, gazowym. Proponowane rozwiązania są równoważne użytkowo oraz funkcjonalnie, powszechnie sprawdzone oraz stosowane, pozwalająca wygodne i ergonomiczne zorganizowanie stanowiska.*  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
3. *Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowoczesnych sufitowych kolumn medycznych, w których przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion są tylko i wyłącznie z przodu jednej z półek zawieszonych na kolumnie. Proponowane rozwiązanie jest typowe oraz powszechnie oferowane przez wszystkich producentów kolumn. Prosimy zauważyć, iż proponowane rozwiązanie jest dużo bardziej funkcjonalne i komfortowe dla personelu, gdyż przyciski na froncie półki są umiejscowione w bardzo dostępnym miejscu, nie zasłanianym przez osprzęt medyczny umiejscowiony na kolumnie.*  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
4. *Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny wyposażonej w półki o wymiarach 43x58 cm ± 2 cm i udźwigu 60 kg.*  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
5. *Prosimy o wyjaśnienie czy kolumna może zostać dostarczona z otworem montażowym pod układ systemu przyzywowego.*  
**Wyjaśnienia: Tak. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zamontował przycisk instalacji przyzywowej o parametrach: otwór pod przycisk przyzywowej: kwadrat 52mmx52mm oraz otwory montażowe z wkrętami w rozstawie 60mm w osi otworu. Zamawiający dopuszcza dostarczenie przycisku Wykonawcy kompatybilnego z systemem EZ CARE**
6. *Prosimy o podanie jaki system przyzywowy obsługuje Szpital.*  
**Wyjaśnienia: Szpital obsługuje system EZ CARE.**
7. *Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu urządzeń?*  
**Wyjaśnienia: Strop żelbet.**
8. *Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane kolumny, czy są sufity podwieszane, jeżeli tak, na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?*  
**Wyjaśnienia: Sufit podwieszany na wys. 2,88 m. Przestrzeń międzystropowa 0,29 m**
9. *Czy w miejscu montażu urządzeń są doprowadzone instalacje elektryczne i gazów medycznych?*  
**Wyjaśnienia: Tak.**

10. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 12 tygodni, związku z okresem przerw wakacyjnych.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
11. Pytanie 1 do punktu 7: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści parametr lepszy od wymaganego - pionową głowicę o wysokości 1.482 mm , zawieszoną na wysokości na ziemi min. 40 cm?  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
12. Pytanie 2 do punktu 8: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści parametr lepszy od wymaganego - głowicę zajmującą mało miejsca o przekroju poprzecznym 302 mm x 263 mm posiadającą 4 panele instalacyjne ( dwa boczne, jeden z tyłu i jeden z przodu) wykonane w jednym kawałku z aluminium anodowanego?  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
13. Pytanie 3 do punktu 13: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści parametr lepszy od wymaganego – głowicę z zainstalowanymi pionowymi przewodnikami montażowymi do mocowania półek i innego wyposażenia rozmieszczonymi na 4 stronach głowicy?  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
14. Pytanie 4 do punktu 22: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści parametr lepszy od wymaganego – 3 szyny montażowe rozmieszczone na 3 ścianach głowicy o udźwigu 20 kg każda, z możliwością regulacji przez Użytkownika?  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
15. Pytanie 5 do punktu 30: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści parametr lepszy od wymaganego – półkę o większych wymiarach powierzchni roboczej - szerokość 53 cm i głębokość 48 cm ?  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
16. Pytanie 6 do punktu 29 i 37: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści parametr lepszy od wymaganego i zrezygnuje z wymogu pulpitu pod szufladą na rzecz wysięgnika na monitor z pulpitem na klawiaturę?  
**Wyjaśnienia: Tak.**
17. Pytanie 7 do punktu 29 i 40: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści parametr lepszy od wymaganego - metalowe zamykane schowki na nadmiar kabli ( 2 szt.) mocowane z boku półki obok szufladą i za frontem szuflad,



z możliwością łatwego otwarcia do czyszczenia, jak na zdjęciu ?

**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

18. Pytanie 8 do punktu 41: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuści parametr lepszy od wymaganego - wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego (uchwyt na pompy infuzyjne/stację dokującą do pomp infuzyjnych) na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu 600 mm i udźwig min. 25 kg – 1 szt. Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych)?  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
20. Załącznik nr 5 – wzór umowy §6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do: ust. 1)-4), 6) do 0,2%?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
21. Załącznik nr 5 – wzór umowy §6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
22. Termin płatności Prosimy Zmawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
23. Umowa § 2 ust. 6 Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu szkolenia personelu. Oferowane urządzenia są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą),

zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych kolumn przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

24. **Umowa § 6 ust. 1 pkt 1** Prosimy Zmawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2 % wartości umowy netto w przypadku nie dostarczenia sprzętu w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka nie przekroczy 2 dni.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
25. **Umowa § 6 ust. 1 pkt 2** Prosimy Zmawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,3 % wartości umowy netto w przypadku nie dostarczenia sprzętu w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka przekroczy 2 dni robocze i nie przekroczy 5 dni  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
26. **Umowa § 6 ust. 1 pkt 3** Prosimy Zmawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości umowy netto w przypadku nie dostarczenia sprzętu w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka przekroczy 5 dni  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
27. **Umowa § 6 ust. 1 pkt 4** Prosimy Zmawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2 % wartości umowy netto, za każdy dzień oczekiwania na naprawę, ponad termin określony w załączniku numer 3 do umowy „Warunki gwarancji i serwisu”.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
28. **Umowa § 6 ust. 1 pkt 6** Prosimy Zmawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości umowy netto za nieterminowe wykonanie gwarancyjnego przeglądu technicznego, lub innych przeglądów za każdy dzień opóźnienia. Kara nie zostanie naliczona jeżeli brak przeglądu wynikać będzie z winy Zamawiającego.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
29. **WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI ORAZ ŚWIADCZENIA SERWISU** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
30. **WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI ORAZ ŚWIADCZENIA SERWISU** Prosimy Zmawiającego o wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie usterki do 48 h roboczych od zgłoszenia.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
31. **WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI ORAZ ŚWIADCZENIA SERWISU** Prosimy Zmawiającego o wydłużenie czasu skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii do maksymalnie 15 dni roboczych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
32. **SYSTEM MEDYCZNY ELEKTRYCZNO – GAZOWY – parametry ogólne Ad. Pkt. 15** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania, w którym gniazda gazów medycznych i próżni będą rozmieszczone na innych ściankach niż gniazda elektryczne.  
**Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.**
33. **SYSTEM MEDYCZNY ELEKTRYCZNO – GAZOWY – parametry ogólne Ad. Pkt. 8** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiarów poprzecznego przekroju głowicy 400 x 186 mm, które nieznacznie różnią się od wymaganych i nie wpływają na walory funkcjonalne sprzętu.  
**Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.**
34. **SYSTEM MEDYCZNY ELEKTRYCZNO – GAZOWY – parametry ogólne Ad. Pkt. 8** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiarów poprzecznego przekroju głowicy 349 x 300 mm, które nieznacznie różnią się od wymaganych i nie wpływają na walory funkcjonalne sprzętu.  
**Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.**
35. **SYSTEM MEDYCZNY ELEKTRYCZNO – GAZOWY – parametry ogólne Ad. Pkt. 22** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, gdzie szyna montażowa okalająca głowicę z 3 stron, zastąpiona będzie przez mocowane do rur bocznych Ø38 mm szyny z możliwą regulacją w dwóch osiach.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
36. **SYSTEM MEDYCZNY ELEKTRYCZNO – GAZOWY – parametry ogólne Ad. Pkt. 26** - Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu posiadania w kolumnie dodatkowych przycisków do zwalniania hamulców umieszczonych na panelu na ścianie bocznej.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

37. SYSTEM MEDYCZNY ELEKTRYCZNO – GAZOWY – parametry ogólne Ad. Pkt. 27 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ramienia o przekroju przypominającym kształt ośmiokąta z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami, ramiona te spełniają normy wytrzymałościowe, a ich kształt ułatwia utrzymanie czystości.  
**Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.**
38. SYSTEM MEDYCZNY ELEKTRYCZNO – GAZOWY – parametry ogólne Ad. Pkt. 30 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półki o wymiarach 450 x 400 mm, które nieznacznie różnią się od wymaganych i nie wpływają na walory funkcjonalne sprzętu.  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
39. SYSTEM MEDYCZNY ELEKTRYCZNO – GAZOWY – parametry ogólne Ad. Pkt. 32 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania, gdzie dwie pionowe szyny montażowe umieszczone z przodu głowicy, będą inne niż szyny eurostandard 25x10 mm. Szyny te będą spełniały swoją funkcję, dodatkowo zapobiegają one samo zsunięciu się obciążonej półki, blokując jej ruch w dół.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
40. SYSTEM MEDYCZNY ELEKTRYCZNO – GAZOWY – parametry ogólne Ad. Pkt. 40 - Prosimy Zamawiającego odstąpienie od wymogu posiadania aluminiowych, zamykanych schowków na nadmiar kabli.  
**Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.**
41. SYSTEM MEDYCZNY ELEKTRYCZNO – GAZOWY – parametry ogólne Ad. Pkt. 40 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie alternatywnego rozwiązania pod postacią zamykanych schowków na nadmiar kabli wykonanych z tworzywa sztucznego.  
**Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza schowki na nadmiar kabli wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenia lub złamania.**
42. SYSTEM MEDYCZNY ELEKTRYCZNO – GAZOWY – parametry ogólne Ad. Pkt. 40 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania pod postacią schowków na nadmiar kabli bez zamknięcia.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
43. SYSTEM MEDYCZNY ELEKTRYCZNO – GAZOWY – parametry ogólne Ad. Pyt. 42 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysięgnika do drążka infuzyjnego jednoramiennego, bez wewnętrznych kanałów do prowadzenia kabli.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
44. SYSTEM MEDYCZNY ELEKTRYCZNO – GAZOWY – parametry ogólne Ad. Pkt. 44 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaki system przyzywowy Zamawiający ma na myśli.  
**Wyjaśnienia: EZ CARE.**
45. Termin realizacji Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do maksymalnie 31.10.2023 r. Pragniemy zauważyć, iż wyrób ten jest produkowany pod konkretne zamówienie, wymaga dodatkowych ustaleń związanych z montażem, a cykl jego produkcji nie jest możliwy do skrócenia. Wydłużenie terminu realizacji umożliwi Wykonawcom wykonanie umowy z należytą starannością.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
46. Pytanie nr 1 – pkt 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lepszego rozwiązania jakim są: głowica kolumny o wymiarach: szerokość: 298 mm, głębokość: 280 mm umożliwiającą montaż 20 gniazd na tylnej i bocznej ścianie głowicy z panelami instalacyjnymi kolumn wykonanymi z aluminium malowanym proszkowo z powłoką antybakteryjną co w obecnych czasach ma kluczowe znaczenie.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
47. Pytanie nr 2 – pkt 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lepszego rozwiązania jakim są prowadnice nośne do montażu półek i innych akcesoriów zlokalizowane z przodu i z tyłu kolumny.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
48. Pytanie nr 4 – pkt 15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie punktów poboru gazów renomowanej marki niemieckiego producenta gniazd gazowych firmy Greggersen.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
49. Pytanie nr 5 – pkt 22 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szyn montażowych mocowanych na stałe o udźwigu 10 kg.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
50. Pytanie nr 6 – pkt 23 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lepszego rozwiązania jakim są ramiona kolumny o tej samej długości pozwalające na szerszy zakres manewrowania kolumną.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
51. Pytanie nr 7 – pkt 27 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z ramieniem o przekroju przypominającym kształt prostokąta zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. W warunkach reżimu sanitarnego przedstawiony parametr nie ma znaczenia klinicznego.  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

52. Pytanie nr 8 – pkt 30 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z półkami o szerokości 480 mm i głębokości 530 mm.  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
53. **Pytanie nr 9 – pkt 39** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflady szczelnie zamykanej z opływowym uchwytem.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
54. **Pytanie nr 10 – pkt 40** Ze względu na opisane rozwiązanie, które jest charakterystyczne dla jednego producenta prosimy Zamawiającego o dopuszczenie organizatorów kabli i rur gazów.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z wyjaśnieniami w pytaniach nr 40 i 41.**
55. **Pytanie nr 11 – pkt 41** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wsięgnika do mocowania drążka infuzyjnego (uchwyt na pompy infuzyjne/stację dokującą do pomp infuzyjnych) na kolumnie dwuramiennego, obrotowego, o zasięgu 600 mm ± 100 mm i udźwigu 20 kg.  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
56. **Pytanie nr 12 – pkt 44** Prosimy Zamawiającego o podanie informacji jaki system przyzywowy ma być zamontowany  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z wyjaśnieniami w punkcie nr 5 i 6.**
57. **Dotyczy Rozdziału 6 SWZ oraz § 3 ust. 1 załącznika nr 5 do SWZ – projektu umowy.** Wnosimy o dokonanie modyfikacji SWZ oraz załącznika nr 5 do SWZ tak, aby zyskały one brzmienie: **SWZ: „Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonywane w terminie maksymalnie 12 tygodni od podpisania umowy”. Załącznik nr 5 do SWZ: „1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy”.** Określenie nieprzekraczalnej daty dziennej realizacji przedmiotu zamówienia powoduje, że nie jest w momencie składania oferty możliwe przewidzenie, jaki jest faktyczny termin na realizację zamówienia i umowy. Postępowanie zostało ogłoszone z terminem składania na dzień 4 lipca 2023 roku r. To niecałe 2 miesiące w odniesieniu do daty określonej jako krańcowy termin realizacji zamówienia w SWZ – 1 września 2023 roku. Dla niektórych urzędów już termin trzymiesięczny jest niezwykle wygórowany biorąc pod uwagę procesy produkcyjne i wdrożeniowe oraz terminy dostaw w obecnej sytuacji na świecie. Wykonawca składający ofertę nie może obecnie przewidzieć, ile potrwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty, a co więcej nie może tego również precyzyjnie przewidzieć sam Zamawiający. Długość trwania procedury wyboru uzależniona jest bowiem nie tylko od czynników zależnych od Zamawiającego, ale również od ilości wyjaśnień i uzupełnień do ofert, potencjalnych odwołań, trwania procedury w KIO itp. Jest więc również dość prawdopodobne, że Wykonawca stanie np. w połowie lipca albo też później przed koniecznością podpisania umowy, z terminem o wiele krótszym niż pierwotnie estymowany, a tak naprawdę zupełnie nieznanym w momencie składania oferty. Nie można również wykluczyć sytuacji, w której sam moment zawierania umowy musiałby mieć miejsce po 31 lipca 2023 roku co spowodowałoby o wiele dalej idące konsekwencje. Z powyższych względów konieczna jest taka modyfikacja terminu realizacji aby umożliwić Wykonawcom złożenie ofert na warunkach dających się przewidzieć. Może to nastąpić przez usunięcie daty ostatecznej realizacji lub np. odwrócenie zapisu § 3 ust. 1 tak by zagwarantowany zawsze był minimalny termin realizacji („np. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy (...) w terminie do dnia 15.10.2023 r. ale w żadnym wypadku w terminie nie krótszym niż do 3 m-cy licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy”).  
Należy podkreślić, iż wyroby medyczne objęte niniejszą procedurą stanowią wyroby każdorazowo produkowane z uwzględnieniem konkretnych potrzeb podmiotów składających zamówienie. Nie istnieją wobec tego żadne obiektywne przesłanki, pozwalające na skrócenie lub optymalizację procesu produkcyjnego, który może zacząć się dopiero na etapie zawarcia umowy z Zamawiającym. Takich urzędów (z uwagi na indywidualny proces produkcji pod kątem każdego zamówienia) nie wytwarza się do magazynów, skąd mogłyby być sprzedawane niejako „od ręki”. Dodatkowo, w wyniku prowadzonych działań wojennych na terenie Ukrainy oraz na skutek konsekwencji dla międzynarodowego łańcucha dostaw spowodowanych następstwami pandemii wirusa SARS – CoV – 2, jakkolwiek międzynarodowy gabarytowy transport doznaje daleko idących ograniczeń w zakresie terminowości jego realizacji. Co ważne należy zwrócić uwagę na fakt, że również ustawodawca w art. 436 pkt 1) PZP wprowadził zasadę, że termin zakończenia dostaw w umowach o zamówienie publiczne winien być określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach i tylko obiektywna przyczyna która musi być jasno wskazana uprawnia do wskazania konkretnej daty wykonania Umowy.  
Powyższy zapis wymaga również zmian w związku z faktem, że obecnie nie jest opisana żadna procedura, w ramach której może dojść do przedłużenia terminu realizacji opisywanego w zdaniu pierwszym (w przypadku uzyskania zgody finansującego), co wymaga uzupełnienia. Obecnie Wykonawca może do ostatniej chwili nie być świadomy tego, czy termin realizacji jest odległy, czy też nie i może ponosić niewspółmierne koszty związane z brakiem tych informacji (organizowanie transportu lotniczego zamiast np. kołowego lub morskiego co może przekładać się nawet na kilkadziesiąt procent kosztów towaru itd.).  
Przyczyny powyższe, w sposób oczywisty zobiektywizowane, uzasadniają zmiany terminów realizacji zamówienia zarówno na gruncie SWZ, jak i samej umowy o wykonanie zamówienia publicznego.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z pkt II.6 SWZ oraz ogłoszeniem okres realizacji wynosi 6 tygodni, przy czym na dzień ogłoszenia postępowania Zamawiający planował, że wykonanie zamówienia powinno nastąpić do 01.09.23. Do umowy zostanie przyjęty termin określony datą, równy 6 tygodni.**
58. **Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 2) i 3) załącznika nr 5 do SWZ – projektu umowy.** Wnosimy o dokonanie modyfikacji załącznika nr 5 do SWZ poprzez wykreślenie z jego brzmienia postanowień § 6 ust. 1 pkt 2) i 3) w całości. Należy mieć na uwadze, iż możliwość naliczania przez Zamawiającego kar umownych spowodowanych brakiem dostawy przedmiotu zamówienia w terminie stanowi powszechną i akceptowalną praktykę na rynku zamówień publicznych. Uprawnienie to przyznaje środki ochrony kontraktowej Zamawiającemu w przypadku braku należytej terminowości w

realizacji dostaw objętych przedmiotem umowy. Powinno się przy tym jednakże dokonać rozróżnienia w zakresie kary adekwatnej do naruszenia od kary nadmiernie uciążliwej w odniesieniu do praw i obowiązków Wykonawcy. Obecne brzmienie projektu umowy zakłada, iż Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych w przypadkach: „2) 0,75% wartości umowy netto w przypadku nie dostarczenia sprzętu w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka przekroczy 2 dni robocze i nie przekroczy 5 dni” oraz „1% wartości umowy netto w przypadku nie dostarczenia sprzętu w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka przekroczy 5 dni”. W powiązaniu zaś z dalszym brzmieniem umowy, Wykonawca (w przypadku nawet niezawinionego opóźnienia – szerzej w uzasadnieniu pytania nr 1) musi liczyć się z szeregiem konsekwencji, m.in.: miarkowaniem procentowej wysokości kary umownej w zależności od dni opóźnienia, karą za odstąpienie od umowy, brakiem górnej granicy odpowiedzialności kontraktowej (niesprecyzowanej). W ocenie Wykonawcy, powiązując zakres przedmiotu zamówienia z określonym na dzień zadawania niniejszego pytania bardzo krótkim terminem realizacji umowy, podnoszone kary umowne są nie tylko nadmiernie uciążliwe dla potencjalnych wykonawców, co skutecznie ograniczające możliwość biznesowego uzasadnienia złożenia oferty w postępowaniu. Wykonawcy wszak, znając zarówno ograniczenia logistyczne i produkcyjne związane z realizacją niniejszego kontraktu, jak również mając świadomość bardzo wysokich kar z tytułu jakichkolwiek opóźnień w realizacji umowy, mogą nie tylko zaproponować ceny uwzględniające prawdopodobne kary ze strony Zamawiającego, co nawet nie złożyć ofert w postępowaniu przez obawę o ekonomiczną racjonalność realizowanego kontraktu.

Należy jednoznacznie stwierdzić, iż ww. kara umowna jest też rażąco wysoka. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego. Przywoływane powyżej zapisy są też sprzeczne z przepisami działu III, Tytułu VII, Księgi III kodeksu cywilnego, jako że Wykonawca nie ma żadnego narzędzia do zdyscyplinowania Zamawiającego, w przypadku niewykonania i nienależytego wykonywania jego zobowiązań, podczas gdy Zamawiający ma takich narzędzi prawnych kilka i to niewspółmiernie obciążających wykonawcę względem zaniedbań, jakie ewentualnie może on spowodować.

W jednej ze spraw prowadzonych z Odwołania Wykonawcy skład orzekający KIO w wyroku o sygn. KIO 475/11 z 22.03.2011 r. przychylił się całkowicie do ww. argumentacji stwierdzając m.in. że „za uzasadnione należy żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym (...) do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę. Może być to osiągnięte poprzez odwołanie do wartości zaoferowanych urządzeń, z dostawą których wykonawca pozostaje w zwłoce.”

Dodatkowo, należy również wspomnieć o konieczności jednoznacznego doprecyzowania, iż opóźnienia spowodowane bardzo krótkim terminem realizacji umowy nie mogą być poczytywane jako „zwłoka” w wykonywaniu zamówienia publicznego: „Pierwsza z klauzul abuzywnych dotyczy, tego, że niedozwolone jest przewidzenie kary umownej za opóźnienie po stronie wykonawcy - jeżeli było ono niezawinione przez wykonawcę lub zamawiającego. Odróżnić jednak należy tu pojęcie **opóźnienia od zwłoki**, czyli opóźnienia zawinionego (kwalifikowanego) - w takim przypadku, gdy brak spełnienia świadczenia w terminie wynika z zawinionego przez wykonawcę działania, zastrzeżenie kary umownej jest dozwolone” (<https://www.lex.pl/kary-umowne-w-zamowieniach-publicznych,23134.html>, Kary umowne w zamówieniach publicznych, M. Widziński, 2023). Tym samym na uwagę zasługuje stanowisko, iż w oparciu o zobiektywizowane przesłanki (podnoszone we wcześniejszej części pisma) należy jednoznacznie odrzucić możliwość miarkowania kar umownych w oparciu o ilość dni opóźnienia w realizacji zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego postulowanych przez nas zmian w SWZ oraz Załączniku nr 5 do SWZ – projekcie umowy.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ. Zwracamy uwagę, że umowa nie przewiduje kary umownej za opóźnienie.**

59. *Dot. lp. 7* Prosimy Zamawiającego o informację, czy dopuści pionową głowicę o wysokości 120 cm, zawieszoną na wysokości nad ziemią min. 40 cm?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
60. *Dot. lp. 22* Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści zamiast szyny okalającej głowicę z 3 stron przymocowaną do przednich szyn montażowych, trzy niezależne szyny umieszczone na trzech stronach kolumny, o udźwigu 10 kg każda?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
61. *Dot. lp. 26* Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamiast przycisków do zwalniania hamulców umieszczonych na panelu na ścianie bocznej kolumny, dopuści uchwyt dwuręczny poziomy na froncie jednej z półek?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
62. *Dot. lp. 27* Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści ramiona kolumny o przekroju przypominającym prostokąt z zaokrąglonymi bokami i krawędziami? Kształt ten minimalizuje osiadanie kurzu na bocznych częściach ramienia kolumny.  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
63. **Pytanie nr 5** *Dot. lp. 30* Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści półkę o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość 50 cm - głębokość 45 cm  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
64. *Dot. lp. 43* Prosimy Zamawiającego, czy dopuści oświetlenie dla pacjenta w postaci lampy led ze stabilnym ramieniem typu „gęsia szyja” o parametrach:  
- temperatura barwowa: 5000 K  
- natężenie światła 35 000 lx w odł. 1 m

- regulacja natężenia oświetlenia
- zintegrowana ręczka do ustawienia położenia czaszy
- średni czas żywotności led 50 000h

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

65. Dot. lp. 44 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, po czyjej stronie jest dostawa systemu przyzywowego z manipulatorem? Jeśli producent kolumny ma dostarczyć ten system, prosimy o wskazanie modelu jaki funkcjonuje na obiekcie. Jeśli Szpital dostarczy podany system, producent ma możliwość wykonania otworowania.

**Wyjaśnienia: Na Sali R na parterze w przestrzeni podsufitowej jest przygotowana instalacja wraz z przyciskiem przyzywowym. Zgodnie z wyjaśnieniami w punkcie nr 5 i 6.**

66. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z głowicą o wysokości 120 cm? Jest to zaledwie o 5 cm mniej niż wysokość dopuszczona opisem.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

67. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z głowicą o wysokości 150 cm? Jest to o 15 cm więcej niż wysokość dopuszczona opisem.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

68. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny z głowicą o przekroju trapezoidalnym wpisanym w wymiar 38,2 x 19,5 cm? Ścianki boczne takiej głowicy zwrócone są w stronę pola operacyjnego pod kątem ok. 45 stopni, co ułatwia dostęp do gniazd.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

69. Dotyczy pkt. 13: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania kolumny, której głowica wyposażona jest na swej frontowej ścianie w aluminiowy pionowy profil suwny, nie wystający poza obrys głowicy, w którym montowane są półki i szyny, z możliwością ich płynnego przesuwania i ustawienia na dowolnej wysokości.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

70. Dotyczy pkt. 15: Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby punkty poboru gazów (gniazda) pochodziły od tego samego producenta co kolumny. W świecie działa kilku profesjonalnych niezależnych producentów gniazd gazowych, wyspecjalizowanych tylko w tych produktach i to oni dostarczają gniazda dla producentów kolumn. Wymóg, aby producent kolumn wyposażył je także w wyprodukowane przez siebie gniazda, nie tylko ogranicza możliwość złożenia ofert konkurencyjnych, ale także niesie z sobą ryzyko dostawy wyrobu o słabszej jakości.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

71. Dotyczy pkt. 16: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania bezpieczniejszego, w którym w kolumnie kanały dla przewodów gazowych oddzielone są od kanałów dla przewodów elektrycznych? W takim rozwiązaniu gniazda elektryczne i ekwipotencjalne znajdują się na ścianie tylnej kolumny, a gniazda gazowe na ściankach bocznych. Są od siebie odizolowane. Wymóg postawiony przez Zamawiającego, aby gniazda gazowe znajdowały się na tych samych ściankach co elektryczne jest rozwiązaniem skrajnie niebezpiecznym.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

72. Dotyczy pkt. 22: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny wyposażonej w szynę okalającą głowicę o nośności 10 kg, co w zupełności wystarcza w normalnym użytkowaniu sprzętu?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

73. Dotyczy pkt. 23 i 27: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny zawieszanej na ramionach nośnych o długości od osi obrotu wysięgnika w punkcie mocowania do stropu do osi obrotu głowicy 60 + 60 cm? Taki układ ramion jest bardzo funkcjonalny i zapewnia nośność 220 kg. Ponadto oferowane ramiona nośne są aluminiowe i posiadają kształt prostokąta z zaokrąglonymi rogami, idealny dla utrzymania czystości.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

74. Dotyczy pkt. 23: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny zawieszanej na ramionach nośnych o długości od osi obrotu wysięgnika w punkcie mocowania do stropu do osi obrotu głowicy 90 + 60 cm? Taki układ ramion jest bardzo funkcjonalny i zapewnia nośność 200 kg. Ponadto oferowane ramiona nośne są aluminiowe i posiadają kształt prostokąta z zaokrąglonymi rogami, idealny dla utrzymania czystości.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

75. Dotyczy pkt. 25 i 26: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny w której przyciski zwalniania hamulców ramion umieszczone są w uchwytach zorientowanych poziomo, zainstalowanych:  
- jedna para na froncie półki  
- dodatkowo jedna para na tylnej ścianie głowicy?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

76. Dotyczy pkt. 28: Czy Zamawiający, dopuszcza rozwiązanie, w którym przy zastosowaniu ramion 60 + 60 cm o nośności 220 kg, po odliczeniu wagi głowicy oraz wszystkich wymaganych opisem osprzętów, na głowicy można jeszcze zamontować, powiesić lub umieścić inne przedmioty i urządzenia o łącznej wadze 157 kg?

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

77. Dotyczy pkt. 28: Czy Zamawiający, dopuszcza rozwiązanie, w którym przy zastosowaniu ramion 90 + 60 cm o nośności 200 kg, po odliczeniu wagi głowicy oraz wszystkich wymaganych opisem osprzętów, na głowicy można jeszcze zamontować, powiesić lub umieścić inne przedmioty i urządzenia o łącznej wadze 137 kg?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
78. Dotyczy pkt. 29: Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia kolumny w schowek na nadmiar kabli.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
79. Dotyczy pkt. 30: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania półki o wymiarach roboczych szerokość 46 cm x głębokość 44 cm.  
**Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
80. Dotyczy pkt. 38: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym szuflady można łatwo wyjąć w celach dezynfekcji, jednak wymagane jest przy tym proste narzędzie – płaski śrubokręt dla odblokowania zapadki blokującej?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
81. Dotyczy pkt. 41: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wysięgnika drążka infuzyjnego, łamanego o łącznym zasięgu 400 mm i udźwigu 20 kg?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
82. Dotyczy pkt. 41: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wysięgnika drążka infuzyjnego, łamanego, bez kanału do prowadzenia kabli?  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
83. Dotyczy pkt. 43: Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia kolumny w oświetlenie dla pacjenta.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**
84. Dotyczy pkt. 44: Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia kolumny w system przyzywowy. Takie systemy dostarczane są na ogół przez niezależnych producentów.  
**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.**

Z poważaniem

*Wersja elektroniczna dokumentu.  
Dokument podpisany w oryginale przez Kierownika Sekcji ds. Zamówień Publicznych  
mgr Pawła Lipińskiego z upoważnienia Dyrektora*