



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 5

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/3053/23

Data: 02.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na Zakup zestawu laparoskopowego wraz z montażem i uruchomieniem na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak sprawy: 2851/2023 w ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie Szpitala „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia” RPWM.13.02.00-28-0018/22-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Pytania dotyczą: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Pytanie 1 – poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kompaktowej głowicy kamery (głowica ze zintegrowanym obiektywem) współpracującej z procesorem 4K, wyposażonej w sensor 2x technologia 1-chipowa (1x VIS, 1x NIR), głowica umożliwiająca obrazowanie ICG z możliwością przełączania trybu fluorescencyjnego z przycisku głowicy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 2

Pytanie 2 – poz. 2 -3

Prosimy o dopuszczenie wielospecjalistycznego procesora obrazu wideo 4K z wbudowanymi trybami pracy ICG (2 specjalistyczne tryby obrazowania): greenICG oraz greenICH pure; zapewniające krystalicznie czysty obraz endoskopowy 4K/UHD. Procesor z możliwością aktualizacji oprogramowania za pomocą pamięci USB, z możliwością wzmocnienia obrazu (zaawansowane filtry cyfrowe), z trybem obrazowania w podczerwieni. Procesor 4K spełniający wymogi zabiegów laparoskopii, ginekologii endoskopowej, endourologii, artroskopii oraz torakochirurgii.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3

Pytanie 3 – poz. 4

Prosimy o dopuszczenie źródła światła LED do obrazowania IR w kolorze. Źródło światła kompatybilne z oferowanym procesorem 4K, z funkcją automatycznej komunikacji (w zestawie przewód komunikacyjny),

z możliwością przełączania między NIR/ICG i światłem białym za pomocą przycisk na panelu przednim urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 4

Pytanie 4 – poz. 8

Prosimy o doprecyzowania czy Zamawiający wymaga drenów insuflacyjnych wielorazowego uż. z funkcją podgrzewania gazu CO2?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE nr 5

Pytanie 5 – poz. 9

Prosimy o dopuszczenie drenów do oddymiania pola operacyjnego – jednorazowego uż. (1 op.=10 szt.).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 6

Pytanie 6 – poz.13 i 14

Prosimy o doprecyzowanie ile pojemników i ile światłowodów Zamawiający wymaga w zestawie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 pojemników do sterylizacji optyk oraz 3 światłowodów kompatybilnych ze źródłem światła 3m. Modyfikacja nr 1 z dn. 02.08.2023 r. Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

