

Gdańsk, dnia 23.10.2024 r.

Nr postępowania: **GUM2024ZP0113**

## DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Dostawa termobloku (Pakiet 1) oraz systemu mikroskopii podczerwieni FTIR (Pakiet 2)**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jak niżej:

### DOTYCZY PAKIETU 1.

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuści termoblok z dokładnością przy  $37\text{stC} \pm 0,5\text{stC}$ ?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający dopuści termoblok z jednorodnością przy  $37\text{stC} \pm 0,5\text{stC}$ ?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*p.o. Kanclerza  
prof. dr hab. Jacek Bigda*

*Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska*