



Dyrektor  
dr n. med.  
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15  
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

tel. (32) 370 43 07  
fax. (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

[www.szpital.zabrze.pl](http://www.szpital.zabrze.pl)

**Znak sprawy: ZP/70/ZSO/2024**

Zabrze, 16.08.2024 r.

**ODPOWIEDŹ nr 1  
na zapytania w sprawie zaproszenia do składania ofert**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu regulaminowym pn.:

**Dostawa testów ELISA wykrywających antygen Aspergillus w materiale z dolnych dróg oddechowych i we krwi wraz z dzierżawą sprzętu**

Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy dokumenty Szczegółowy formularz ofertowy, pozycja 1. pkt.5.: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na brzmiący następująco: „Czas inkubacji po przygotowaniu próbki do 2 godzin.”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja nr 1 załącznika nr 1a do zaproszenia.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy dokumenty Szczegółowy formularz ofertowy pozycja 1. pkt.5.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tabeli poprzez dodanie pozycji „1a. Folia adhezyjna”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja nr 1 załącznika nr 1a do zaproszenia.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy w §4 pkt. 2.9) na następujący: „[...] Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie może przekroczyć 24 godzin”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja nr 1 załącznika nr 2 do zaproszenia.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w umowie §4 pkt. 2.1) na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot dzierżawy, zainstalować w Pracowni Bakteriologii w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego (do 10 osób) w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy [...]”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja nr 1 załącznika nr 2 do zaproszenia.**



Zamawiający

**z upoważnienia DYREKTORA  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Adam Strzyżewski**