



„Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia” Numer umowy:
RPWP.09.01.01-30-0001/19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

L. dz. DZP- 150/23

Poznań, dnia 22.03.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy- platforma zakupowa

Dotyczy: TPm-14/23 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. Dostawa wraz z transportem i wniesieniem oraz instalacją 3 sztuk dygestoriów i stołu do wykrawania i przechowywania odpadów oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w podziale na 2 części

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

pytanie 1:

Dotyczy: Załącznik nr 3.2. do SWZ (OPZ) - Część 2: Stół do wykrawania i przechowywania odpadów.

Punkt nr 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość - 1300mm, głębokość 750mm, wysokość - **2360 mm**? Niewielka różnica w wysokości nie powinna utrudniać instalacji urządzenia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

pytanie 2:

Dotyczy: Rozdział 19 pkt 6 SWZ – przedmiotowe środki dowodowe w zakresie części 2.

Czy ze względu na fakt i przeznaczenie produktu który musi zostać zaprojektowany oraz wykonany jako wyrób medyczny do diagnostyki in vitro zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający wymaga oprócz *deklaracji zgodności CE w oparciu o rozporządzenie UE 2017/746* także aktualnego certyfikatu ISO 13485:2016 producenta wyrobu potwierdzającego, iż projektowanie oraz wykonanie wyrobu odbywa się zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, ale nie wymaga certyfikatu SO 13485:2016.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,