

Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO****Pytanie i odpowiedź**

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.103.2024.MB na: Dostawa mikroskopów optycznych dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUMed.

W odpowiedzi na pytanie zadane do przedmiotowego postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	<p>W związku z postępowaniem na „Dostawa mikroskopów optycznych dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUMed” oraz w związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 16.09.2024 r. prosimy o odpowiedzi na następujące pytanie:</p> <p>Dnia 09.09.2024r zadaliśmy pytanie:</p> <p>„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga prócz zasilania sieciowego także wbudowanego akumulatora aby mikroskopy mogły pracować poza pracownią, gdzie nie ma dostępu do zasilania czy też w tym postępowaniu nie jest to wymagane?”</p> <p>Zadaliśmy powyższe pytanie w kontekście poprzedniego, podobnego postępowania Zamawiającego, pt. „Dostawa 5 sztuk mikroskopów optycznych dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed”, z dnia 22.12.2023 r., w którym wymagał mikroskopów z „zasilaczem zewnętrznym oraz wbudowanym akumulatorem” aby mogły pracować w terenie, poza dostępem do sieci elektrycznej.</p> <p>Zamawiający odpowiedział:</p> <p>„Odpowiedź jest w pkt 2 w zakresie zmiany dotyczącej pkt 7 OPZ załącznika nr 6 do SIWZ”.</p>	<p>Treść pytania Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w rozumieniu art. 135 ust. 1 ustawy Pzp.</p> <p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 6 do SWZ, zmiana z dnia 16.09.2024 r.</p> <p>Zamawiający zwraca uwagę, że nie wyklucza to <u>zaoferowania urządzenia wyposażonego o dodatkowe funkcjonalności</u>. Ponadto Zamawiający informuje, iż postępowanie przetargowe było i obecnie są niezależne.</p>

Postępowanie nr 5B10.291.1.103.2024.MB

<p>Jednakże odpowiedź ta nie dotyczy pytania o akumulator lecz o zasilacz, a dokładnie o to czy zasilacz ma być wbudowany czy zewnętrzny, co nie ma żadnego związku z akumulatorem i nie wpływa na fakt, że mikroskopy z oboma rozwiązaniami dotyczącymi zasilacza (zarówno wbudowany jak i zewnętrzny) nie będą miały możliwości pracy bez podłączenia do sieci elektrycznej, ponieważ nie będą posiadać akumulatora, który można naładować.</p> <p>Zwracamy więc uwagę, że wobec dotychczasowej odpowiedzi Zamawiający otrzyma od oferentów w bieżącym postępowaniu – inaczej niż w poprzednim – mikroskopy bez akumulatora, a więc nie mające możliwości pracy bez podłączenia do sieci elektrycznej.</p> <p>W związku z tą niezgodnością powzięliśmy wątpliwość a więc prosimy ponownie o odpowiedź na pytanie:</p> <p>1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga prócz zasilania sieciowego (zasilacz wbudowany w statyw lub zewnętrzny) także wbudowanego akumulatora aby mikroskopy mogły pracować poza pracownią, gdzie nie ma dostępu do zasilania czy też w tym postępowaniu nie jest to wymagane?</p>	
---	--

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Marek Bocian