

Gdańsk, dnia 13.09.2021 r.


L.dz. Adm 7/2021/ 6636, 6637, 6638, 6639 /2021

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2021r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na **dostawę środków ochrony osobistej, masek, fartuchów jednorazowych, kompletów z włókniny – znak sprawy Adm 7/2021.**

I.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Pakiet 2 - czy zamawiający dopuści wzmocnienia o gramaturze min. 38 g/m <sup>2</sup> ?	TAK, Zamawiający dopuszcza.
2	Pakiet 3 - czy zamawiający dopuści wymiar pościeli: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m <sup>2</sup> , wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
3	Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający dopuści maski typ IIR zgodną z normą 14683:2019+AC posiadające ciśnienie różnicowe < 37 Pa/cm <sup>2</sup> potwierdzone deklaracją zgodności oraz badaniami CIOP?	TAK, Zamawiający dopuszcza.
4	Dotyczy Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 4 000 op. a'50 szt.?	Proszę o wycenę zgodnie z Formularzem cenowym.
5	Dotyczy Pakietu nr 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniami (niesięgającymi do dolej krawędzi fartucha) w części przedniej o następujących rozmiarach S – 40cm x 60cm; M – 45cm x 65cm; L – 50cm x 70cm; XL – 50cm x 100cm; XXL – 50cm x 100?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
6	Dotyczy Pakietu nr 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o następujących parametrach: 1. wytrzymałość na rozciąganie na sucho poprzeczne min. 68N, wzdłużne 108N, 2. wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzeczne min. 69N, wzdłużne min. 113N, 3. odporność na przenikanie cieczy min. 145 H <sub>2</sub> O.	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
7	Dotyczy Pakietu nr 4 - Czy Zamawiający dopuści komplet wykonany włókniny o gramaturze min. 40g/m <sup>2</sup> ?	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
8	Dotyczy Pakietu nr 4 Czy Zamawiający dopuści komplet z bluzą posiadającą wycięcie pod szyją w kształcie litry „V” obszyte białą lamówką?	TAK, Zamawiający dopuszcza.
9	Pakiet 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o poniższym opisie: Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min. 43gsm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH <sub>2</sub> O, wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.





	min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indyktor sterylności min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.	
10	Pakiet 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli o poniższym opisie: Pościel medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m <sup>2</sup> , kolor biały. Komplet zawiera: poszewkę na poduszkę 70x80 cm, poszewkę na kołdrę 200x140 cm, prześcieradło 240x140 cm. Wyrób medyczny klasy I.	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
11	Pakiet 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu o poniższym opisie: Niesterylne jednorazowe ubranie chirurgiczne wykonane z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze 35g/m <sup>2</sup> nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone lamówką, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z gumką w pasie, kolor niebieski. Zgodne z normą EN 13795, wyrób medyczny klasy I. Rozmiar S, M, L, XL, XXL.	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
12	Pakiet 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmasksi o poniższym opisie: Półmaska filtrująca FFP2 certyfikowana, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maski 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 µm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe.	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
13	Pakiet 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmasksi o poniższym opisie: Półmaska filtrująca FFP2 z warstwą bakterioobójczą, certyfikowana jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy. Maski 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne gumki z regulacją, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 µm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe.	TAK, Zamawiający dopuszcza.
14	Pytanie 1, Pakiet 2, poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha o poniższym opisie: Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy ze wzmocnieniem, jałowy. Wykonany z włókniny SMMMMS o gramaturze min. 35g/m <sup>2</sup> . (w obszarze krytycznym dodatkowy laminat o gramaturze min. 40 g/m <sup>2</sup> ). Wzmocnienie fartucha na ¾ rękawów oraz z przodu fartucha – nie sięgające aż do dolnej krawędzi fartucha – wytrzymałość na rozciąganie na sucho / mokro: 105N/100N, odporność na przenikanie cieczy min. 215 H <sub>2</sub> O. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylnie części fartucha zachodzą na siebie. Zapinany na rzep na karku i wiązany na troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym aseptyczne ich zawiązanie. Wszystkie szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakiet zawiera 2 ręczniki. Spełnia wymagania użytkowe wysokie normy EN 13795. Rozmiar M,L,XL,2XL,3XL, op. jednostkowe a'1 sztuka i op. zbiorcze 50szt.	NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonała: Dorota Achcińska  
Dział Zamówień Publicznych  
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl  
tel. 58 52 47 518

dr n. ekon. Mariusz Kaszubowski

*M. Kaszubowski*  
Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego  
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku



PODMIOT LECZNICZY  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Adres siedziby: ul. Srebrniki 17, 80 – 282 Gdańsk  
tel. +48 58 52 47 505, fax 58 52 47 520,  
e-mail: [szpital@wsp-bilikiewicz.pl](mailto:szpital@wsp-bilikiewicz.pl)