

**Uwaga!**  
**Niniejszy dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

**Zamawiający:**  
Powiat Jarociński  
Al. Niepodległości 10  
63-200 Jarocin

**Wykonawca:**

.....  
(należy uzupełnić o pełną nazwę/firmę, siedzibę, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:

.....  
(należy uzupełnić o imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)  
na dostawę pn.:

„Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o.”  
Część III – Dostawa pozostałego sprzętu medycznego i wyposażenia

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYMAGANYMI PARAMETRAMI – ZESTAW ZAWIERAJĄCY HOLTER  
CIŚNIENIOWY Z REJESTRATOREM**

ZESTAW ZAWIERAJĄCY HOLTER CIŚNIENIOWY Z REJESTRATOREM – **2 szt.**

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane wiersze i kolumny w poniższej tabeli.

**Pełna nazwa i typ zestawu zawierającego holter ciśnieniowy z rejestratorem:** ..... (uzupełnia Wykonawca)

**Nazwa producenta zestawu zawierającego holter ciśnieniowy z rejestratorem:** ..... (uzupełnia Wykonawca)

**Kraj pochodzenia zestawu zawierającego holter ciśnieniowy z rejestratorem:** ..... (uzupełnia Wykonawca)

Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość w szt.	Cena jednostkowa netto	VAT w %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
Zestaw zawierający holter ciśnieniowy z rejestratorem	2 szt.	uzupełnia Wykonawca	uzupełnia Wykonawca	uzupełnia Wykonawca	uzupełnia Wykonawca	uzupełnia Wykonawca

Lp.	Opis parametru	Wartość wymaganego parametru przez Zamawiającego	Wartość parametru oferowanego – podać, opisać (uzupełnia Wykonawca)
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2024	TAK	
2.	Współpraca z systemem holtera ciśnieniowego posiadanym przez Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, tj. BTL CardioPoint ABPM	TAK	
3.	Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie	TAK	
4.	Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego	TAK	
5.	Czas ciągłego zapisu min. 51 godz.	TAK	
6.	Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin	TAK	
7.	Ilość pomiarów przy naładowanych akumulatorach: 250 pomiarów	TAK	
8.	Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów	TAK	
9.	Czas trwania monitorowania: poranek, dzień, noc, okresy specjalne	TAK	
10.	Możliwość dodania pomiaru na żądanie z uwzględnianiem daty i godziny z dokładnością co do minuty	TAK	
11.	Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru, tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru z dokładnością co do minuty	TAK	
12.	Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 260 mmHg	TAK	
13.	Zakres pomiaru pulsu 40 – 200 uderzeń/min Dokładność pomiaru $\pm 3$ mmHg lub $\pm 2\%$	TAK	
14.	Interwał pomiaru: 5 – 90 (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 90)	TAK	
15.	Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły: BHS i AAMI	TAK	
16.	Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg	TAK	
17.	Sensor ciśnienia – Piezo rezystywny	TAK	
18.	Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku	TAK	
19.	Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą	TAK	

20.	Przycisk informacji o pobraniu leku	TAK	
21.	Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta	TAK	
22.	Wyświetlacz LCD w rejestratorze	TAK	
23.	Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora	TAK	
24.	Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA	TAK	
25.	Waga bez akumulatorów max. 190g	TAK	
26.	Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 72 x 100 x 31 mm	TAK	
27.	Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera	TAK	
28.	Minimum 3 wbudowane programy pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich, tj.: – pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy, – pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy, – pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia.	TAK	
29.	W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka, walizka	TAK	