

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katowice, dnia 27.07.2023 r.

ul. Bankowa 12

40- 007 Katowice

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA****O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO****nr sprawy: DZP.382.1.44.2023****WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANA TREŚCI SWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego (poniżej 215 000 euro), prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa chromatografu gazowego z detektorem jonizacji płomieniowej”, nr sprawy DZP.382.1.44.2023.

- I. Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zgodnie z postanowieniami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści chromatograf gazowy z budową dozowników i detektorów, umożliwiającą łatwą wymianę lub zamianę dozowników i montaż dodatkowych detektorów, wykonywaną przez użytkownika bez konieczności korzystania z usług serwisowych, po przeszkoleniu użytkownika w tym zakresie?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – chromatograf ma służyć dydaktyce. Nie ma możliwości przeszkolenia wszystkich użytkowników z wymiany lub zamiany dozowników i montażu dodatkowych detektorów.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści chromatograf gazowy z możliwością rozbudowy o spektrometr mas bez konieczności czyszczenia, ze względu na to, że kwadrupol jest metalowy z inertnego stopu o przekroju okrągłym wykorzystujący prefiltrowy do ochrony przed zanieczyszczeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wspominał w SWZ o czyszczeniu kwadrupoli – wymaganie dotyczy możliwości wyjmowania i wymiany źródła jonów bez zapowietrzania spektrometru, co nie jest tożsame z funkcją zaproponowaną w pytaniu. Zamawiający dopuszcza chromatograf gazowy z możliwością rozbudowy o spektrometr mas posiadający prefiltry do ochrony kwadrupoli przed zanieczyszczeniem, podtrzymuje natomiast zapis SWZ dotyczący czyszczenia źródła jonów bez zapowietrzania.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści chromatograf gazowy z dozownikiem, którego stopień podziału wynosi minimum 9999:1?

**Odpowiedź:**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2 do SWZ w pkt 2 (dozownik w wymiennym module) tiret 1 brzmieniu:

„stopień podziału minimum 12500:1”

otrzymuje brzmienie:

„stopień podziału minimum 9999:1”

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści chromatograf gazowy z detektorem, którego częstotliwość zbierania danych wynosi co najmniej do 500 Hz?

**Odpowiedź:**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2 do SWZ w pkt 3 (kompletny detektor) tiret 9 brzmieniu:

„częstotliwość zbierania danych co najmniej do 600 Hz”

otrzymuje brzmienie:

„częstotliwość zbierania danych co najmniej do 500 Hz”

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zmienia w tym zakresie postanowienia SWZ:

**1. Rozdz. X ust. 1 SWZ (Termin złożenia oferty) otrzymuje brzmienie:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **03.08.2023 r., do godziny: 11:00**. Oferty złożone po terminie będą podlegać odrzuceniu na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp.

**2. Rozdz. XI ust. 1 pkt 1) SWZ (Termin otwarcia ofert), otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **03.08.2023 r., o godz. 11:15;**

**3. Rozdz. XII ust. 1 (Określenie terminu związania ofertą), otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 01.09.2023 r.

Działając zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej

Przewodnicząca Komisji Przetargowej:

**Zatwierdzam:**

**Z-CA KANCLERZA ds. Rozwoju  
i Współpracy z Gospodarką  
mgr Dariusz Laska**