

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania

Dostawa implantów dla Chirurgii urazowo-ortopedycznej

Znak sprawy: ZP/24/ZCO/2024

Działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 16 dopuści substytut kości złożony z β - trójfosforanu wapnia (95%) oraz hydroksyapatytu (5%). Pory 300-500 μ m. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić Formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1a do SWZ) zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego