

Gdynia, dnia 03.06.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY

Jednostka Wojskowa 4026
Ul. Rondo Bitwy Pod Oliwą 1
81-103 Gdynia

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu
Nr sprawy: 004/UZB/2022
Wykonanie naprawy lornetki termowizyjnej.

Zamawiający w oparciu o postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 4026” oraz zapisów „Warunków przetargu” informuje wszystkich zainteresowanych, że dokonuje zmian zapisów w „Warunkach Przetargu”, „Projektowanych postanowieniach umowy” oraz „Opisie przedmiotu zamówienia”.

Zmiany dotyczące zapisów w Warunkach Przetargu

Było:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy 1 szt. lornetki termowizyjnej MOSKITO T 1 913091.

Otrzymuje brzemienne:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy 1 szt. lornetki termowizyjnej MOSKITO TI 913091.

Zmiany dotyczące zapisów w projektowanych postanowieniach umowy

Było:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zobowiązanie do przeprowadzenia naprawy awaryjnej 1 szt. Lornetki termowizyjnej MOSKITO T 1, zwanej dalej „sprzętem”.

Otrzymuje brzemienne:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zobowiązanie do przeprowadzenia naprawy awaryjnej 1 szt. Lornetki termowizyjnej MOSKITO TI, zwanej dalej „sprzętem”.

Zmiany dotyczące zapisów w opisie przedmiotu zamówienia

Było:

I.1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa Lornetki termowizyjnej MOSKITO T 1 913091.

Otrzymuje brzemienne:

I.1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa Lornetki termowizyjnej MOSKITO TI 913091.

Było:

I.5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

5.1.dysponował wykwalifikowaną kadrą pracowniczą specjalizującą się w serwisie, którego dotyczy przedmiot zamówienia (mechanik posiadający aktualny certyfikat uprawniający do przeprowadzenia naprawy lornetek termowizyjnych MOSKITO T 1 913091 poświadczony przez producenta).

Otrzymuje brzemienne:

I.5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

5.1.dysponował wykwalifikowaną kadrą pracowniczą specjalizującą się w serwisie, którego dotyczy przedmiot zamówienia (mechanik posiadający aktualny certyfikat uprawniający do przeprowadzenia naprawy lornetek termowizyjnych MOSKITO TI 913091 poświadczony przez producenta).

Było:

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

II.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przywrócenie sprawności lornetki termowizyjnej MOSKITO T 1 913091 polegające na wymianie/naprawie:

- podzespołu elektronicznego GNSS zespołu GPS
- podzespołu elektronicznego zasilania SoM
- usunięciu nieszczelności urządzenia

Otrzymuje brzemienne:

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

II.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przywrócenie sprawności lornetki termowizyjnej MOSKITO TI 913091 polegające na wymianie/naprawie:

- podzespołu elektronicznego GNSS zespołu GPS
- podzespołu elektronicznego zasilania SoM
- usunięciu nieszczelności urządzenia

Oznaczenie sprawy: 004/UZB/2022

Wprowadzone tym pismem zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować jako zmiany Warunków Przetargu w oparciu o postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Jednostce Wojskowej 4026” oraz zapisów „Warunków przetargu” i Wykonawcy powinni brać je pod uwagę przy sporządzaniu ofert.

DOWODCA

kmdr Jan KWIAŃKOWSKI