



tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Dostawa odczynników laboratoryjnych, z serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety"

ZP/2094/22

Katowice, dnia 14.07.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa odczynników laboratoryjnych, z serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety” ZP/2094/22

Dnia 01.07.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz. 6 bezbarwnych płyt do oznaczeń serologicznych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na bezbarwne płyty do oznaczeń serologicznych.

Dotyczy: SWZ IV. Wymagania od wykonawców

Pytania do Pakietu nr 3

2. W związku z zapisem „Wszystkie odczynniki w opakowaniach umożliwiającym wstawienie na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania poza analizatorem; automatyczne monitorowanie objętości każdego odczynnika na pokładzie analizatora” czy Zamawiający zaakceptuje analizator, w którym jedynie 2 odczynniki wymagają mieszania ze sobą 2 płynnych części składowych przed wstawieniem na pokład analizatora?

Odpowiedź: W związku z unieważnieniem postępowania w zakresie pakietu nr 3, Zamawiający nie udziela wyjaśnień.

3. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów do konserwacji tej elektrody. Płyny te są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji elektrody.

Odpowiedź: W związku z unieważnieniem postępowania w zakresie pakietu nr 3, Zamawiający nie udziela wyjaśnień.

4. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Możliwość obliczania wskaźnika lipemii, ikteri oraz hemolizy dla próbek badanych”, jeżeli oferowany analizator ma możliwość oceny stopnia hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii w badanej próbce wraz z automatycznym flagowaniem przez oprogramowanie analizatora poszczególnych wyników oznaczeń fotometrycznych, na które wykryta interferencja miała wpływ?

Odpowiedź: W związku z unieważnieniem postępowania w zakresie pakietu nr 3, Zamawiający nie udziela wyjaśnień.

5. Ze względu na ewentualną konieczność zaoferowania odczynnika do pomiaru stopnia hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii prosimy o podanie informacji czy Zamawiający rutynowo będzie wykonywał pomiar wskaźnika hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii, a jeżeli tak to dla jakiej liczby próbek.

Odpowiedź: W związku z unieważnieniem postępowania w zakresie pakietu nr 3, Zamawiający nie udziela wyjaśnień.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony zapis „Brak części zużywalnych podlegających okresowej wymianie lub całkowity koszt wymiany elementów zużywalnych ponosi Wykonawca”, jeśli części zużywalne podlegające okresowej wymianie zostaną wymienione i wycenione w pozycji 32 formularza asortymentowo-cenowego, a koszt wymiany tych części zużywalnych ponosi Wykonawca.

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2
40 - 749 Katowice

RPWDL Woj. Śląskiego: 13544
Kod świadczeniodawcy NFZ:
121/100685
NIP: 9542745563
REGON: 276402233

KRS: 0000482155
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 73 187 000,00 zł.
Gefin Noble Bank Spółka Akcyjna: 14 1560 0013 2217 6960 9000 0002





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Odpowiedź: W związku z unieważnieniem postępowania w zakresie pakietu nr 3, Zamawiający nie udziela wyjaśnień.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników, zużywanych przez Zamawiającego w mniejszych ilościach, zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań umieszczanych w stałych pozycjach na rotorze odczynnikowym? Takie rozwiązanie umożliwiłoby bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatorów i pozwoliłoby na bardziej ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej.

Odpowiedź: W związku z unieważnieniem postępowania w zakresie pakietu nr 3, Zamawiający nie udziela wyjaśnień.

8. Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów?

Odpowiedź: W związku z unieważnieniem postępowania w zakresie pakietu nr 3, Zamawiający nie udziela wyjaśnień.

Dotyczy: Umowa dzierżawy, załącznik nr 4b

9. §1 ust. 7. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na awarie aparatu do 48 godz. od wezwania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. §1 ust. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku dłuższych awarii lub napraw aparatu, tj. powyżej 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii, na czas naprawy Wykonawca zapewni Zamawiającemu aparat zastępczy, dostarczając go nie później, niż w ciągu 12 godzin po upływie ww. terminu 72 godzin. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu aparatu zastępczego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia lub pokryje różnicę kosztów badania wysłanego do laboratorium zewnętrznego”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Umowa dostawy, załącznik nr 4a

11. §2 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby realizacja zamówień cyklicznych odbywała się w ciągu 4 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz zmienia treść załącznika 4a Umowa dostawy.

12. §7 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji ilościowej do 4 dni roboczych od dnia złożenia danej reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz zmienia treść załącznika 4a Umowa dostawy.

13. §7 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji jakościowej do 7 dni roboczych od dnia złożenia danej reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża czas rozpatrzenia reklamacji jakościowej do 4 dni roboczych, o którym mowa w §7 ust. 3 oraz zmienia treść załącznika 4a Umowa dostawy.

14. §8 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu zamówienia cyklicznego – kara umowna w wysokości 10 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia 5 po dniu złożenia danego zamówienia cyklicznego, lecz nie więcej niż 1000,00 zł. przy jednym zamówieniu cyklicznym, z którego wykonaniem Wykonawca pozostaje w zwłoce,
b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu reklamacji złożonej na podstawie umowy – kara umowna w wysokości 10 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia 5 po dniu złożenia danej reklamacji, lecz nie więcej niż 1000,00 zł. przy jednej reklamacji,
c) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – kara umowna stanowiąca równowartość 5% łącznej wartości brutto zamówienia (przedmiotu umowy) wskazanej w ofercie przetargowej, tj.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2
40 - 749 Katowice

RPWDL Woj. Śląskiego: 13544
Kod świadczeniodawcy NFZ:
121/100685
NIP: 9542745563
REGON: 276402233

KRS: 0000482155

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII

Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 73 187 000,00 zł.

Gefin Noble Bank Spółka Akcyjna: 14 1560 0013 2217 6960 9000 0002





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

15. §10 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie ust. 1c) o brzmieniu: „w przypadku:

- zmiany ilości przedmiotu zamówienia;
- zmiany jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;
- zmiany elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;
- zmiany sposobu konfekcjonowania;

Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1c) powyżej mogą być:

- wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony, bądź
- wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź
- nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego

Uzasadnienie: wprowadzenie takiego zapisu pozwoli Zamawiającemu na korzystanie z najnowszych rozwiązań, jakie mogą pojawić się podczas realizacji umowy, jednocześnie nie wpłynie na terminowość realizacji zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz zmienia treść załącznika 4a Umowa dostawy.

Dotyczy: SWZ

16. Dotyczy: SWZ IV. Wymagania od wykonawców. Czy nie nastąpiła pomyłka w określeniu ustawy? Aktualnie obowiązuje ustawa z dnia 07.04.2022 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 09.05.2022 poz. 974). Dotyczy również umowy dostawy, zał. Nr 4a §2 ust. 4.

Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje treść SWZ Wymagania od wykonawców w rozdziale IV oraz treść umowy dostawy, zał. Nr 4a §2 ust. 4.:

Było:

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2021 poz. 1565 ze zm.) i innymi obowiązującymi przepisami, Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane wyroby medyczne miały oznakowania i instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. Jednocześnie, mając na uwadze przepis art. 14 ust. 2 Ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający wyraża zgodę, aby oferowane wyroby medyczne miały oznakowania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które zgodnie z ww. przepisem prawa mają być zawsze podawane w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy (nie obejmuje) instrukcji używania ww. wyrobów (instrukcje te winny być zawsze w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów).

Jest:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane na podstawie umowy wyroby medyczne miały deklaracje zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022. poz. 974), a zatem spełniały wymogi określone dla przypadku przeznaczania ich do stosowania przez użytkowników niebędących laikami, z tym zastrzeżeniem, że etykiety i instrukcje używania muszą być w języku polskim. Informacje przeznaczone dla pacjenta także muszą być podane w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

17. Dotyczy: Załącznik nr 1, Formularz ofertowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu, na który składana jest oferta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

18. Prosimy o wyjaśnienie czy w zapisach pkt. II formularza nie nastąpiła omyłka polegająca na wpisaniu czasu wykonania zamówienia przez okres 24 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść formularza ofertowego, zgodnie z SWZ, cz. II:

Było:

Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SWZ tj. przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Jest:

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2
40 - 749 Katowice

RPWDL Woj. Śląskiego: 13544
Kod świadczeniodawcy NFZ:
121/100685
NIP: 9542745563
REGON: 276402233

KRS: 0000482155
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 73 187 000,00 zł.
Gefin Noble Bank Spółka Akcyjna: 14 1560 0013 2217 6960 9000 0002





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SWZ tj. przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza ofertowego zapisów dotyczących pakietów na które wykonawca nie będzie składał oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

20. Warunki graniczne analizatora – Pakiet 5 – pkt. 9 tabeli

Czy w związku z oczekiwaniem możliwości pomiaru z krwi włośniczkowej, Zamawiający zamierza wykonywać badania pobrane do kapilary? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości kapilar dedykowanych do analizatora jakie Oferent ma uwzględnić w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający zamierza wykonywać badania pobrane do kapilary. Ilość kapilar na 3 lata 360.

21. Warunki graniczne analizatora – Pakiet 5 – pkt. 14 tabeli

- Prosimy o podanie informacji jaka firma jest dostawcą LIS w Państwa placówce.
- W związku ze znacznymi kosztami wynikającymi z integracji z LIS, niewspółmiernymi do wartości badań wykonywanych w oparciu o oferowany analizator, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający uzna za równoważne z podłączeniem do LIS, podłączenie analizatora do dedykowanego oprogramowania producenta, które po instalacji na wskazanej przez Zamawiającego stacji roboczej(komputera) w laboratorium daje możliwość transferu wyników pacjentów i wyników kontroli jakości do wskazanego jak wyżej oprogramowania a następnie umożliwi ich drukowanie na drukarkach sieciowych lub archiwizację w formie plików .PDF lub export danych do formatu HL7 i manualny transfer do systemu laboratoryjnego.
- Dla celu stałej integracji z LIS wymagana jest instalacja oprogramowania pośredniczącego oraz stały dostępu do sieci WiFi. Prosimy o potwierdzenie, że:

– Zamawiający dysponuje punktem dostępowym WiFi pokrywający zasięgiem miejsce posadowienia analizatora. Zamawiający wyrazi zgodę na instalację oprogramowania na stacji roboczej dostarczonej przez Oferenta i udzieli służbom serwisowym Oferenta, dostępu do stacji roboczej (łącze VPN), celem instalacji i późniejszej konserwacji oprogramowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada licencję na moduł Laboratorium w ramach oprogramowania Infomedica/AMMS autorstwa Asseco Poland S.A.

Zamawiający uznaje za równoważne podłączeniem do LIS, podłączenie analizatora do dedykowanego oprogramowania producenta, które po instalacji na stacji roboczej(komputera) w laboratorium daje możliwość transferu wyników pacjentów i wyników kontroli jakości do wskazanego jak wyżej oprogramowania a następnie umożliwi ich drukowanie na drukarkach sieciowych lub archiwizację w formie plików .PDF, przy czym stacja robocza (komputer) przekazana powinna zostać Zamawiającemu przez Wykonawcę.

22. Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dotyczy Projektowane postanowienia Umowy, Załącznik nr 4a do SWZ:

23. §2 ust. 4:

Upzejmie prosimy o zaktualizowanie podstawy prawnej, tj. „art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych”.

Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje treść SWZ Wymagania od wykonawców w rozdziale IV oraz treść umowy dostawy, zał. Nr 4a §2 ust. 4. zgodnie z odpowiedzią do pytania 16.

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2
40 - 749 Katowice

RPWDL Woj. Śląskiego: 13544
Kod świadczeniodawcy NFZ:
121/100685
NIP: 9542745563
REGON: 276402233

KRS: 0000482155
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 73 187 000,00 zł.
Gefin Noble Bank Spółka Akcyjna: 14 1560 0013 2217 6960 9000 0002





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

24. §3 ust. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość wysyłania faktury w formie elektronicznej na e-mail w formacie pliku pdf?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. §8 ust. 1 lit. c):

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wartości brutto całej umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Projektowane postanowienia Umowy dzierżawy, Załącznik nr 4b do SWZ:

26. §1 ust. 7:

Uprzejmie prosimy o dodanie po zdaniu „przyjazd i wykonanie naprawy do 24 godziny od wezwania Zamawiającego” wyrażenia: „w przypadku gdy usterki nie da się usunąć zdalnie”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz zmienia treść Umowy dzierżawy, Załącznik nr 4b do SWZ w §1 ust. 7.

27. §2 ust. 4:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie słowa „netto”:

„Wykonawca gwarantuje, że w okresie obowiązywania umowy ceny netto dostawy odczynników do aparatu nie ulegną zmianie i będą zgodne z ofertą, o której mowa w ust 1.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz zmienia treść Umowy dzierżawy, Załącznik nr 4b do SWZ w 2 ust. 4.

Dotyczy: Projektowane postanowienia Umowy dzierżawy, Załącznik nr 4b do SWZ:

Celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony dot. ochrony danych osobowych, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

28. Dotyczy: Załącznik nr 2, Pakiet nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników wynosił min. 6 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

29. Dotyczy: Załącznik nr 2, Pakiet nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego, dla którego termin ważności jest zgodny z terminem na opakowaniu i wynosi do 2 miesięcy, a dystrybucja materiału kontrolnego odbywa się wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy?

Krew kontrolna jest materiałem, o krótkim okresie ważności z uwagi na swoją specyfikę wewnętrzną, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważny materiał kontrolny.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego skalkulowania oferty dlatego prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej skalkulowanej w ilości uwzględniającej datę przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonanie kontroli.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2
40 - 749 Katowice

RPWDL Woj. Śląskiego: 13544
Kod świadczeniodawcy NFZ:
121/100685
NIP: 9542745563
REGON: 276402233

KRS: 0000482155
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 73 187 000,00 zł.
Gefin Noble Bank Spółka Akcyjna: 14 1560 0013 2217 6960 9000 0002





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

30. Dotyczy: Załącznik nr 2, Pakiet nr 2:

Czy Zamawiający może doprecyzować jakiej informacji oczekuje w rubryce „wymagane opakowanie” w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Rubryka „wymagane opakowanie” w formularzu cenowym ma na celu dookreślenie oczekiwanej przez Zamawiającego wielkości opakowania, jeżeli została pusta Zamawiający nie stawia wymagań.

31. Dotyczy: Załącznik nr 1, Pakiet nr 2, pkt 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z wewnętrznym komputerem i zewnętrznym monitorem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

32. Dotyczy: Załącznik nr 1, Pakiet nr 2, pkt 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada 28 parametrów raportowanych, natomiast parametr NRBC jest jako parametr badawczy wyrażony w wartościach bezwzględnych i procentowych bez automatycznej korekty w zakresie WBC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

33. Dotyczy: Załącznik nr 1, Pakiet nr 2, pkt 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada oprogramowanie w języku angielskim, natomiast posiada wbudowaną w oprogramowanie instrukcję w języku polskim pozwalającą na automatyczne wyświetlanie działań naprawczych i opisu błędów oraz informacji o procedurach konserwacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

34. Dotyczy: Załącznik nr 1, Pakiet nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy i instalacji analizatora do 21 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

35. Dotyczy: Załącznik nr 1, Pakiet nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karty charakterystyk były dostępne on-line na stronie internetowej Wykonawcy - z możliwością dostępu 24 godziny/dobę lub przesyłane w formie mailowej na każde wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Dotyczy: Załącznik nr 1, Pakiet nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu, naprawy i dostarczenia aparatu zastępczego był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Dotyczy: SWZ_ pkt. VII, Załącznik nr 1- Formularz ofertowy_ pkt. II:

Czy Zamawiający może doprecyzować czas obowiązywania umowy? SWZ zawiera zapis mówiący o 36 miesiącach, natomiast w formularzu ofertowym zapis wskazuje 24 miesiące: „Termin wykonania zamówienia/umowy – Zgodnie z zapisami SWZ tj. przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść formularza ofertowego, zgodnie z SWZ, cz. II:

Było:

Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SWZ tj. przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Jest:

Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SWZ tj. przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2
40 - 749 Katowice

RPWDL Woj. Śląskiego: 13544
Kod świadczeniodawcy NFZ:
121/100685
NIP: 9542745563
REGON: 276402233

KRS: 0000482155
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 73 187 000,00 zł.
Gefin Noble Bank Spółka Akcyjna: 14 1560 0013 2217 6960 9000 0002





tel. centrala: +48 32 255 61 62
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63
fax: +48 32 255 63 37
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl

38. Dotyczy: Załącznik nr 1- Formularz ofertowy: Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dnia 05.07.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

39. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 48 dopuści próbki pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym 1000szt, z odpowiednim przeliczeniem wielkości? W tym przypadku 0,3 opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

40. 2. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 29 dopuści szkiełka w opakowaniu zbiorczym 1000 szt z odpowiednim przeliczeniem wielkości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UWAGA :
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - NOWY TERMIN TO
19.07.2022r. godzina 10:00

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2
40 - 749 Katowice

RPWDL Woj. Śląskiego: 13544
Kod świadczeniodawcy NFZ:
121/100685
NIP: 9542745563
REGON: 276402233

KRS: 0000482155
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 73 187 000,00 zł.
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna: 14 1560 0013 2217 6960 9000 0002

