



SZPZLO/DZP.261.95.2024

Warszawa, dn. 08.10.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej jako „ustawy Pzp”, pn. „**Sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do Laboratorium Analitycznego SZPZLO Warszawa-Wawer**” Znak sprawy: SZPZLO/Z-26/2024.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami do SWZ.

1. Do Załącznika Nr 3 do SWZ – Zestawienie parametrów ocenianych, poz. 8: Czy Zamawiający oceni równocennie i przyzna punkty w sytuacji gdy zaoferowany analizator immunochemiczny posiada możliwość dostawiania odczynników w trybie stand-by, z szybkim czasem przechodzenia do trybu pracy rutynowej - poniżej 5 minut?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i zmienia Załącznik nr 3 do SWZ

2. Do Załącznika Nr 2 do SWZ: Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, anty-Tg i anty-TPO posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji noworodków, niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, anty-Tg i anty-TPO posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji noworodków, niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?
Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość i zmienia Załącznik nr 4 do SWZ

zał. nr 4 projektowane postanowienia umowy

4. par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Załącznik nr 4 do SWZ

5. par. 2 ust. 6 Prosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie zdania:
„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

6. par. 2 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla pojedynczych odczynników, kalibratorów i kontroli ich ważność przy dostawie wynosiła 3-6 miesięcy? Wynika to sporadycznie z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na który Oferent nie ma wpływu.

Odpowiedź: Zamawiający określił zasady dostawy odczynników i kalibratorów z par. 2 ust 7 Załącznika nr 4 do SWZ. Zamawiający nie zmienia zapisów.

7. par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy urządzeń do 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury celne z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy w zaproponowany w sposób.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można dokumenty w tej formie wysłać?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

9. par. 3 ust. 14 i ust. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Załącznik nr 4 do SWZ

10. par. 3 ust. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. par. 5 Prosimy o wskazanie minimalnej wielkości świadczenia, do której realizacji zobowiązuje się Zamawiający. Ewentualnie, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: "Zmniejszenie nie może przekroczyć 20 % całkowitej wartości umowy?" Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 4) PZP w umowach należy określić minimalną wielkość świadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w par. 1 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ zawarł informację nt. minimalnej wielkości świadczenia.

13. par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. par. 8 ust. 1 pkt 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?



Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z "400 zł" na "200 zł"?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia Załącznik nr 4 do SWZ w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy, kwoty kar pozostają bez zmian.

15. par. 8 ust. 1 pkt 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia Załącznik nr 4 do SWZ w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy

16. par. 8 ust. 1 pkt 8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na całkowite usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Ewentualnie, prosimy o wskazanie dokładnej przesłanki uprawniającej do naliczenia wskazanej kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ chodzi tu o każdy innych przypadek niezgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, którego nie da się przewidzieć

17. par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. par. 8 ust. 4 czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych wynosiła 10 % wartości umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednak dokonuje zmniejszenia wysokości kar i zmienia Załącznik nr 4 do SWZ.

19. par. 8 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ byłoby to ograniczenie uprawnień Zamawiającego w stosunku do tych, które ma na podstawie Kc

20. par. 9 ust. 1 pkt 1) i 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Załącznik nr 4 do SWZ

21. par. 12 ust. 2 pkt 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia, tak aby Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, mogło się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy?

Uzasadnienie: W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku



umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednak dokonuje zwiększenia maksymalnej wartości zmian i zmienia Załącznik nr 4 do SWZ.

zał. nr 4 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

22. par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy załącznika nr 1 z listą podmiotów podprzetwarzających, w tym na dodanie do Umowy par. 3 ust. 3 o treści "Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Podmiot przetwarzający jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy."?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Nie można wyrażać zgody na zapas, na wszelki wypadek, iż w przyszłości zaistnieje taka potrzeba. Dostęp do danych osobowych, w tym medycznych może mieć tylko ograniczony krąg uprawnionych osób. Jeżeli zajdzie taka konieczność, niezbędność, to właśnie to postanowienie projektu umowy umożliwi wystąpienie podmiotu przetwarzającego o zgodę, a Administrator danych po wnikliwej analizie podejmuje decyzję w tym zakresie.

23. par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:
- a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrazać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.
 - b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.
 - c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę
 - d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Załącznik nr 4 do Projektowanych postanowień umownych.

24. par. 4 ust. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Ewentualnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie terminu minimum 3 dni roboczych w przypadkach nagłych? Należy mieć na uwadze, że nawet UODO w przypadku kontroli uprzedza o niej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśla postanowienia, zmienia jednak Załącznik nr 4 do Projektowanych postanowień umownych dodając wnioskowany przez Wykonawcę termin.

25. par. 5 pkt 2) Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia w sposób zezwalający Wykonawcy na podpowierzenie przetwarzania spółkom powiązanim i podwykonawcom Wykonawcy w zakresie przetwarzania, znajdującym się również poza EOG?



Przetwarzanie danych polegać będzie wyłącznie na potencjalnym dostępie zdalnym do analizatorów - serwisant spoza EOG uzyska realny dostęp do danych tylko jeśli otrzyma otrzymana prośbę o wsparcie, a jednocześnie dane osobowe będą umieszczone w analizatorze Lista podmiotów zostanie przedłożona Zamawiającemu do akceptacji. Globalne koncerny podczas świadczenia dostaw lub usług wykorzystują spółki ze swoich grup kapitałowych, co pozwala na korzystanie z unikalnej wiedzy o danym produkcie lub dostępu do tego produktu. Wykonawca zapewnia zgodność z wymaganiami i zobowiązuje podwykonawców do przestrzegania takich samych warunków, którym sam podlega według umowy. W związku z tym oraz w celu zapewnienia sprawnego wykonania usługi Wykonawca zwracamy się z prośbą o umożliwienie powierzenia przetwarzania oraz dodanie zastrzeżenia (oraz wspomniany załącznik): „Wyjątek stanowią spółki powiązane i podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego z listy opisanej załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Lista może ulec zmianie, a na propozycję dodania nowych podmiotów Administrator ma prawo nie wyrazić zgody.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Ze względu na zasady bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów i zapadłe wyroki podważający możliwość prawną przekazywania zgodnie z RODO danych poza EOG, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, podmiot leczniczy nie może zgodzić się na przekazywanie danych osobowych poza EOG do państwa trzeciego.

26. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, to czy będzie korzystał z analizatorów w taki sposób, aby nie wprowadzać do nich danych osobowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby mógł bezpiecznie korzystać z analizatora wykorzystując wszystkie jego funkcje, także wprowadzając dane osobowe pacjentów. To Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia pełnego serwisu w ramach EOG.

27. par. 5 pkt 12) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin zgłoszenia naruszenia ochrony danych został wydłużony do 48h? W ocenie Wykonawcy, wskazany przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki. Zgodnie z Rozporządzeniem, czas na zgłoszenie faktu naruszenia ochrony danych przez Administratora wynosi 72h.

Odpowiedź: Ze względu na fakt, iż to administrator ponosi pełną odpowiedzialność z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych, także za działanie podmiotu przetwarzającego, który odpowiada jedynie za naruszenie warunków umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i to Administrator danych musi przeprowadzić szczegółowe postępowanie wyjaśniające i ewentualnie zgłosić naruszenie do UODO w nieprzekraczalnym terminie 72h, nie wyrażamy zgody się na wydłużenie terminu do 48h.

28. par. 5 pkt 13) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przekazania listy osób realizujących niniejszą umowę?

Uzasadnienie: Wykonawca świadczy umowę w sposób ciągły i reaguje na kompleksowe potrzeby Zamawiającego, wpisanie imienne pracowników realizujących umowę może powodować opóźnienia w jej realizacji. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że pracownicy Ci zostali przeszkoleni i zapoznani z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, to Administrator ponosi pełną odpowiedzialność za dopuszczenie jedynie osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych. Lista jest niezbędna, aby pracownikom serwisanta nadać stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, na okres realizacji działań serwisowych.



29. par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź: Ten zapis ma charakter ekstraordynaryjny, wyjątkowy i będzie miał zastosowanie w sytuacji, gdy podmiot przetwarzający nie wykonuje poleceń Administratora danych, czy podmiotu nadzorczego, tj. UODO.

W tym wypadku wezwanie jest bezpodstawne, a termin 7 dni na uregulowanie wszelkich spraw przewidziany jest w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

30. par. 8 ust. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

31. Czy Zamawiający dopuści analizator z ilością 20 chłodzonych miejsc odczynnikowych na pokładzie analizatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

32. Czy Zamawiający dopuści materiał badany identyfikowany za pomocą kodów kreskowych, a odczynniki metodą RFID?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu. Zamawiający publikuje jednocześnie zmodyfikowany Załącznik nr 3 i nr 4 do SWZ.

Zatwierdził Dyrektor

SZPZLO Warszawa-Wawer

Sylwia Szepelawa

w dniu 08.10.2024 r.

