



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 04.06.2019r.

DZPZ-530-Zp/22/PN-20/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa Lamp bakteriobójczych z osprzętem, zastawek i pierścieni, jednorazowych czujników do pomiaru SpO₂, jednorazowych rękojeści staplera edoskopowego, akcesoriów do aparatu do hemofiltracji PRISMAFLEX, zestawów do nebulizacji, czujników tlenu, układów oddechowych i papierów rejestracyjnych.”

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 9

Prosimy o podanie symbolu/modelu wentylatora. Istotne znaczenie ma przeznaczenie wentylatora - czy wentylator jest przeznaczony do lamp o mocy 60wat czy o mocy 110Wat

Odp. Do lamp o mocy 60 i 110 W.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Szpitalnych
mgr inż. Andrzej Stążka