



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NIP: 956-19-49-580, REGON: 000316068, BDO: 000014564

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 05.03-2024 r.

W.Sz.Z: TZ-280-24/24

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **dostawę sprzętu i akcesoriów jednorazowego użytku z podziałem na 6 zadań**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1:

Pakiet nr 2. W związku z tym, że Zamawiający wyspecyfikował igłę do aspiracji szpiku kostnego o parametrach 16G x 30/70 mm zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy przypadkiem nie zaistniała omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia. Igły do aspiracji szpiku kostnego są tak skonstruowane, że posiadają mechanizm gwintowy umożliwiający płynną, precyzyjną regulację w zakresie 20 mm, plus po zdemontowaniu przewodnika uzyskuje się dodatkowe 25 mm. W przypadku wyspecyfikowanego rozmiaru 16G x 30mm istnieje możliwość płynnej nastawy długości igły w przedziale 10mm - 30mm oraz po zdemontowaniu przewodnika, dodatkowe 25mm, czyli maksymalna długość wyniesie 55mm. Jeżeli Zamawiającemu faktycznie zależy na uzyskaniu również długości 70 mm, to bardzo prosimy o umożliwienie zaoferowania dwóch rozmiarów igieł do realizacji dostaw według bieżących potrzeb: 16G x 30/55 mm, 16G x 45/70 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania igieł do aspiracji szpiku kostnego w rozmiarach: 16Gx30/55 i 16Gx45/70 do wyboru przez Zamawiającego.

Pytanie 2:

Pakiet nr 3. Ponieważ „zewnętrzne elementy wycinające” w igłach do trepanobiopsji występują w dwóch wersjach konstrukcyjnych, tzn. z pojedynczą rynienką o obwodzie $\frac{3}{4}$ koła lub z dwuramienną końcówką, bardzo prosimy o informację jakiego rozwiązania Zamawiający będzie oczekiwał. Informacja ta jest niezbędna dla prawidłowego wypełnienia formularza cenowego, ponieważ każdy produkt jest identyfikowany odrębnym numerem katalogowym.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje igieł do trepanobiopsji szpiku kostnego o konstrukcji z pojedynczą rynienką o obwodzie $\frac{3}{4}$ koła.

Pytanie 3:


Zadanie nr 1, pozycja nr 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Zestaw do terapii tlenowej i aerozolowej dla dzieci, wyposażony w maseczkę z elastycznym paskiem lub gumką (w rozmiarach S i M dla dzieci), cylindryczny nebulizator skalowany co 1ml lub 2ml, odporny na zgniatanie dren tlenowy długości min. 200 cm, zakończony gwintem żeńskim. Zestaw bez zawartości ftalanów.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Zestaw do nebulizacji dla dzieci (rozmiar uniwersalny). W skład zestawu wchodzi: skalowany nebulizator o pojemności 6 ml, maska do nebulizacji, dren tlenowy o długości 210 cm ze standardowymi złączami. Szybkość/tempo nebulizacji: 0,15 ml/min. Średnia wielkość cząsteczki aerozolu MMAD: 2,13 mikrona. Frakcja respirabilna (%0.5 do 5 mikronów): 64%. Wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie producenta, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu i ftalanów DEHP.”



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:


Zadanie nr 1, pozycja nr 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Zestaw do terapii tlenowej i aerozolowej dla dorosłych, wyposażony w maseczkę z elastycznym paskiem lub gumką (w rozmiarach L i XL dla dorosłych), cylindryczny nebulizator skalowany co 1ml lub 2ml, odporny na zgniatanie dren tlenowy długości min. 200 cm, zakończony gwintem żeńskim. Zestaw bez zawartości ftalanów.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Zestaw do nebulizacji dla dorosłych (rozmiar uniwersalny). W skład zestawu wchodzi: skalowany nebulizator o pojemności 6 ml, maska do nebulizacji, dren tlenowy o długości 210 cm ze standardowymi złączami. Szybkość/tempo nebulizacji: 0,15 ml/min. Średnia wielkość cząsteczki aerozolu MMAD: 2,13 mikrona. Frakcja respirabilna (%0.5 do 5 mikronów): 64%. Wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie producenta, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu i ftalanów DEHP.”



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Dotyczy zadania 1 poz. 1, 2. Prosimy o dopuszczenie zestawów z maskami pediatrycznymi oraz dla dorosłych bez wyspecyfikowanego rozmiaru od S do XL. Maski wyposażone są w podwójny podbródek, który umożliwia ich zastosowanie u pacjentów o pełnym spektrum rozmiarów twarzoczaszki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Zadanie nr 1, poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści zestawy do terapii tlenowej i aerozolowej z śladową ilością ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7:

Zadanie nr 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę donosową dostępną w trzech rozmiarach: dla dorosłych, dla dzieci i noworodków?

Odpowiedź:

Niniejsze pytanie, w ocenie Zamawiającego, dotyczy Zadania Nr 6 poz. 1, a nie Zadania Nr 2 poz. 1. Zamawiający dopuszcza kaniulę donosową w trzech rozmiarach (S, M, L) dla noworodków (waga od 750g – 2500g).

Pytanie 8:

Zadanie nr 2, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści stabilizator zgodny z opisem o rozmiarze 5,6cm x 6,7cm

zestaw składający się z dwóch podkładek i paska mocującego
podkładki mocowane do policzków pacjenta za pomocą części
przyklepnej, posiadającej na drugiej stronie warstwę rzepu
pasek do stabilizacji rurki intubacyjnej lub ustno-gardłowej
wykonany z włókna, którą należy przymocować do warstwy
rzepa, którym pokryte są podkładki
przyklepne pole w środkowej części paska dla lepszej stabilizacji
rurki medycznej
możliwość repozycji i korekcy położenia rurki dzięki
zasosowanym rzepom
pokryty hipoałergicznym klejem
jednorazowego użytku
negatywny
okres trwałości: 3 lata

Odpowiedź:

Niniejsze pytanie, w ocenie Zamawiającego, dotyczy Zadania Nr 6 poz. 3, a nie Zadania Nr 2 poz. 3.
Zgodnie z SWZ.

**Wszelkie zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić
w składanych ofertach.**

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Anna Wutrych-Krajewska
Anna Wutrych-Krajewska