


Tarnów, dnia 25.06.2020r.

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów

znak pisma: SWLOG-271.46.  /2020

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę: dostawę sprzętu medycznego j.u. do koronarografii i koronaroplastyki Zakres nr 1 do 48 dla Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.06.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1, dotyczy Zakresu nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników angiograficznych najwyższej jakości, dostępnych w kilkudziesięciu krzywiznach do wyboru Zamawiającego (między innymi JL/ JR/ PIG/ AL1/ AL2/ AL3/ C1/ MPA3/ JB1/ H3/ FC3/ HN5/ DAV/ KMP/ MPB/ RC1/ RC2/ RDC) o dużym świetle wewnętrznym dla 4Fr - 1.07mm/ dla 5Fr - 1.19mm, dla 6F – 0.055". Cewniki są zbrojone, odporne na złamania z nylonowym wzmocnieniem ściany, posiadają miękką i atraumatyczną końcówkę. Długości cewników 80 cm – 125 cm, w tym 100 i 110 cm. Cewniki kompatybilne są z przewodnikiem 0,035" oraz 0,038".

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2, dotyczy Zakresu nr 2

Prosimy o dopuszczenie przewodników diagnostycznych najwyższej jakości typu standard, średnice 0.032"; 0.035"; 0.038". Długości 150-260 – zgodnie z SIWZ. Przewodniki o standardowej sztywności - Pokrycie PTFE ze stalowym rdzeniem. Przewodnik zachowujący pamięć kształtu po kilkukrotnym użyciu w czasie zabiegu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dotyczy Zakresu nr 3

Prosimy o dopuszczenie introducerów naczyniowych najwyższej jakości w rozmiarach 4F o dł. 9cm; 11 i 23cm dla rozmiarów 5-11F (wymagane 12 i 23cm). W zestawie przewodnik o dł. 45cm - 0,021" dla 4F; 0,035" dla 5F oraz 0.038" dla 6-11F, z

jednej strony zakończony końcówką „J” z drugiej prostą. **Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.**

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, dotyczy Zakresu nr 4

Prosimy o dopuszczenie koszulki do dostępu promieniowego o powłoce zwykłej, długości 7 i 11 cm, dostępny miniprowadnik 0,018” i 0,025” do wyboru Zamawiającego o długości 45cm z prostą końcówką, w zestawie igła 20G.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5, dotyczy Zakresu nr 5, poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie koszulek promieniowych z pokryciem hydrofilnym w dwóch długościach do wyboru 11 i 15cm – z przewodnikiem 0.018” – 45cm w zestawie oraz igłą 21G – rozmiary 5 i 6F.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6, dotyczy Zakresu nr 27

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przewodników angioplastycznych z **dowolnie kształtowalną końcówką prostą** oraz **zagiętą typu angled**. Prowadniki posiadają rdzeń ze stali nierdzewnej, pokrycie końcówki przewodnika HYDROFILNE. Dostępne w dwóch rozmiarach 190 i 300cm. Dostępna końcówka typ P widoczna na zdjęciu (gramatura od 0.7-12g).



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie 7, dotyczy Zakresu nr 28

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki wysokociśnieniowej o pomiarze z dokładnością +/- 1ATM (**dotatkowy atut - wymagane +/- 3ATM**) i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8, dotyczy Zakresu nr 29

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie connectora przedstawionego na zdjęciu o średnicy wewnętrznej zastawki 8F i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ. Connector posiada dren o długości 23cm.



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie 9, dotyczy Zakresu nr 30

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczeni torquerów dla przewodników od 0,010-0,038". Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10, dotyczy Zakresu nr 43

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego pod względem jakościowym i cenowym, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie connectora przedstawionego na zdjęciu o średnicy wewnętrznej zastawki 8F i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ. Connector posiada dren o długości 23cm.



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOLFRĄDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP. z o.o. w Tamowie
Anna Czech