



Wrocław, dnia 08.09.2023r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp/FZ/Spr-242/2023

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę Papierów rejestracyjnych i podkładów chłonnych.

Pytanie nr 1

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o podanie okresu obowiązywania umowy?

Odp. Umowa na 24 miesiące

Pytanie nr 2

Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG o wymiarach 151x90x150?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści papier do STATIM5000S o wymiarach 57 x 6?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru o wymiarach 110x150x300 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 5

Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści papier do programatora o wymiarach 111x125x300?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6

Pakiet 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora o wymiarach 106x25?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ± 5 g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt.?


Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność około 1 litr, rozmiar 116cm x 76cm, wykonaną z 2 warstw: biała warstwa bawełniana, niebieska warstwa antypoślizgowa z folii LDPE Op. 50 szt?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza


Kamila Kozłowska
Kierownik Wydziału
Zakupów i Usług