

## Odpowiedź nr 7

Na zapytanie do swz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.  
„Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00355763/01  
z dnia 2024-06-07

W dniu 10.06.2024 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

### Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?  
Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

### Dotyczy Umowy:

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na:  
- §5 1. a) zwłoki w dostawie, wymianie lub uzupełnieniu towaru, wysokość kary umownej stanowić będzie 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki?

### Dotyczy Parametry Techniczne:

#### 4. Dotyczy pakiet nr 12 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu chemicznego do kontroli procesu sterylizacji parą wodną typ 4, oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku, substancja wskaźnikowa ułożona liniowo, pasek perforowany na cztery części, pakowany po 250 sztuk pasków, co dają łącznie 1000 szt. testów w opakowaniu?

#### 5. Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 8

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim?

#### 6. Dotyczy Część 20 poz.1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę o gramaturze 55g/m2?

#### 7. Dotyczy Część 20 poz.1 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę pakowaną po 200szt w op.?

#### 8. Dotyczy część 20 poz.19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw w rozmiarze 350mm x

80mm x 100m?

**9. Dotyczy część 20**

Poz. 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie torebki samoprzylepnej w rozmiarze 90x230 pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Poz. 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie torebki samoprzylepnej w rozmiarze 90x230 pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Poz. 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie torebki samoprzylepnej w rozmiarze 200x330 pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Poz. 23 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie torebki samoprzylepnej w rozmiarze 135x250 pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Poz. 24 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie torebki samoprzylepnej w rozmiarze 130x360 pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedz Zamawiającego :**

**Dotyczy zapisów SWZ:**

Pyt.1 i 2 Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

**Dotyczy Umowy:**

Pyt. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy.

**Dotyczy Parametry Techniczne:**

Pyt.4 Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody

Pyt. 5 3x Tak, Zamawiający wymaga

Pyt.6 Tak, Zamawiający wyrazi zgodę

Pyt.7 Tak, Zamawiający wyrazi zgodę

Pyt.8 Tak, Zamawiający wyrazi zgodę

Pyt.9 Dotyczy część 20 wszystkie poz. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę.

PREZES ZARZĄDU  
Iwona Andrejczyk-Szawerdo

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_debno](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno) → Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie.