

Wałbrzych, dnia 05.06.2024r.

DZPZ-530-Zp/43/PN/24

*Wykonawcy – wszyscy*

***Dotyczy: Dostawa wkłuc centralnych, cewników do odsysania, strzykawk jednorazowych i obłożeń operacyjnych - Zp/43/PN/24***

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1,**

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

**Odp. Zamawiający wskazał warunki dostarczenia przedmiotu zamówienia w projekcie umowy § 2 ust 5.**

**Pytanie nr 2, dot. pakietu nr 3 poz.3**

Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą co 0,2 ml zamiast 0,5 ml.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga skali co 0,5 ml.**

**Pytanie nr 3, dot. pakietu nr 3 poz.1-3**

Proszę o dopuszczenie strzykawk pakowanych po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę strzykawk pakowanych po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie nr 4, dot. pakietu nr 3 poz. 4**

Proszę o dopuszczenie strzykawk pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę strzykawk pakowanych po 80 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie nr 5, dot. pakietu nr 3 poz. 4**

Proszę o dopuszczenie strzykawk pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę strzykawk pakowanych po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie nr 6, dot. pakietu nr 3 poz. 9**

Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą co 1 ml.

---

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.**

**Pytanie nr 7, dot. pakietu nr 3 poz. 11**

Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą nałożoną o wymiarze 0,33 x 13 mm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły 0,3x 12,7-13 mm na stałe zintegrowaną ze strzykawką.**

**Pytanie nr 8, dot. pakietu nr 3 poz. 5-9**

Czy zamawiający wydzieli poz.5-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.,

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.**

**Pytanie nr 9, dot. pakietu nr 3 poz. 6-9**

Czy zamawiający dopuści strzykawki, które posiadają na opakowaniu jednostkowym informację o tym, że są produktem niepirogennym i nietoksycznym, co jest jednoznaczne, że do produkcji nie użyto szkodliwych substancji, nie zawierają lateksu i są wykonane z bezpiecznych materiałów, z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka)?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co 0,1ml

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.**

Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer Lock 5 ml, skala co 0,2ml

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.**

Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga skali co 0,2ml**

Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co 1ml

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.**

**Pytanie nr 10, dot. pakietu nr 1**

Zamawiający szacując wartość zamówienia na: „ Dostawa wkłuc centralnych, cewników do odsysania, strzykawek jednorazowych i obłożeń operacyjnych" dla pakietu nr 1 Wkłucia centralne zakładane metodą Seldingera umieścił w opisie przedmiotu zamówienia produkty, które mają różne przeznaczenie i zachodzi możliwość ich nabywania u różnych wykonawców i co do zasady powinny być traktowane jako zamówienia odrębne. Tymczasem Zamawiający w ramach jednego postępowania połączył zamówienia obejmujące produkty zupełnie nietożsame z ich przeznaczeniem leczniczym a istnieje możliwość ich realizacji u różnych wykonawców. Zachodzi przesłanka, że Zamawiający dokonał podziału produktów leczniczych na poszczególne grupy asortymentowe w sposób sztuczny, co można odczytać jako nieuprawnione odstępianie od stosowania przepisów ustawy PZP. Zamawiający stworzył słownik wspólny dla wszystkich towarów bez względu na ich kategorię, co utrudnia uczciwą konkurencję przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności i przejrzystości. W grupie artykułów umieszczonych w pakiecie 1, pozycje 7-8 „ Igła prosta”, nie są spójne z nazwą pakietu: „ Wkłucia centralne zakładane metodą Seldingera”. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego zapytaniem:

Czy Zamawiający usunie pakiet 1 z postępowania, w którym nie zostało zachowane kryterium podobieństwa przedmiotowego i funkcjonalnego zamówienia przy ustalaniu wartości zamówienia publicznego?

W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej, prosimy o szczegółowe uzasadnienie z powołaniem się na odpowiednie przepisy.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Igła prosta jest elementem wkłucia centralnego. Jest czasem niezbędna do wymiany w trakcie zakładania trudnego wkłucia zamiast otwierania całego nowego zestawu, dlatego została umieszczona razem z wkłuciami centralnymi.**

**Zamawiający ma prawo do uzyskania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego potrzebami, przy określeniu którego kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem.**

**Pytanie nr 11, dot. pakietu nr 2 poz. 1-9**

Czy Zamawiający dopuści cewnik bez znacznika położenia otworów bocznych na łączniku ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga znacznika położenia otworów bocznych na łączniku.**

**Pytanie nr 12, dot. pakietu nr 2 poz. 1-9**

Czy Zamawiający łącznik typu lejek z gładką powierzchnią w środku?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.**

**Pytanie nr 13, dot. pakietu nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do odsysania w rozmiarze 06/40 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.**

**Pytanie nr 14, dot. pakietu nr 3 poz. 1-4**

Czy Zamawiający wymaga strzykawk o skali rozszerzonej o minimum 20%? Strzykawki o większym rozszerzeniu mają szersze zastosowanie, gdyż pozwalają na pobór większej ilości wstrzykiwanego roztworu niż pojemność skali nominalnej, co przekłada się na szersze zastosowanie poszczególnych pojemności strzykawk, a co za tym idzie na oszczędności Szpitala.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 15, dot. pakietu nr 3 poz. 1-4**

Czy Zamawiający wymaga strzykawk z informacją na opakowaniu jednostkowym o standardzie ścięcia Luer tj. Luer Tip 6%

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 16, dot. pakietu nr 3 poz. 1-4**

Czy Zamawiający wymaga strzykawk z zielonym kontrastującym tłem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia pozostałe parametry SWZ, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 17, dot. pakietu nr 3 poz. 1-4**

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki 2-częściowe posiadały podwójną kryzę zabezpieczającą tłok przed wypadnięciem z cylindra?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 18, dot. pakietu nr 3 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie nr 19, dot. pakietu nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie nr 20, dot. pakietu nr 3 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową Luer-Lock o pojemności 2- 2,5 ml ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.**

**Pytanie nr 21, dot. pakietu nr 3 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z 10 ml z wyraźnie oznakowaną skalą co 0,5 ml ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga skali co 0,2 ml.**

**Pytanie nr 22, dot. pakietu nr 3 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z 20 ml z wyraźnie oznakowaną skalą co 1 ml ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.**

**Pytanie nr 23, dot. pakietu nr 3 poz. 6-8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie nr 24, dot. pakietu nr 3 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie nr 25, dot. pakietu nr 3 poz. 10-12**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie nr 26, dot. pakietu nr 3 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z wtopioną igłą w rozmiarze 0,33x12,7 mm ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły 0,3x 12,7-13 mm.**

**Pytanie nr 27**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt

3 Zamawiający wymaga aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

**Odp. Zgodnie z art.14 pkt 3 rozporządzenia to na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.**

#### **Pytanie nr 28**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.

**Odp. Zamawiający informuje że na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.**

#### **Pytanie nr 29**

Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej ?

**Odp. Umowa nie przewiduje określenia rodzaju transportu. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.**

#### **Pytanie nr 30, dot. pakietu nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do alloplastyki stawu kolanowego w którego składzie znajduje się:

- 1 x folia chirurgiczna 80 x 54 cm (80 x 60 cm) zamiast 85 x 60 cm (85 x 82 cm);

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 38 x 43 cm z folii PE, ze sztywnej folii umożliwiającej wyprofilowanie zamiast ze sztywnikiem umożliwiającej wyprofilowanie;

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 38 x 43 cm z folii PE, ze sztywnej folii umożliwiającej wyprofilowanie zamiast kieszeni z 1 sekcją ze sztywnikiem umożliwiającym wyprofilowanie;

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry czyli 1 sekcja.**

- 30 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek pakowane po 5 szt. zamiast pakowanych po 10 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x zestaw do ssaka ortopedyczny z filtrem 23,4/7,8 CH/mm 300 cm zamiast 28/9,33 CH/mm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 1 x zestaw do ssaka ortopedyczny z filtrem 28/9,33 CH/mm 300 cm**

- 4 x miska nerkowata plastikowa 800 ml zamiast 2 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 4 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m zamiast 2 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 2 x worek z filtrem 56x90cm zamiast 60x90cm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x fartuch chirurgiczny typu SMS, wykonany z włókniny o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup> zamiast 42 g/m<sup>2</sup> oraz posiadający rękawy o kroju prostym zamiast o kroju reglan

---

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dodatkowo w zestawie:

- 2 x obustronnie przylepna folia poliesterowa przezroczysta 6 x 6 cm zapobiegająca przesuwaniu się serwet operacyjnych

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

- 1 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm 300 cm ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, iż podane różnice nie mają wpływu na walory użytkowe zestawu podczas wykonywania procedury medycznej.

**Pytanie nr 31, dot. pakietu nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do alloplastyki stawu biodrowego w którego składzie znajduje się:

- 1 x folia chirurgiczna 80 x 54 cm (80 x 60 cm) zamiast 85 x 60 cm (85 x 82 cm);

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm z folii PE, ze sztywnej folii umożliwiającej wyprofilowanie zamiast ze sztywnikiem umożliwiającej wyprofilowanie;

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm z folii PE, ze sztywnej folii umożliwiającej wyprofilowanie zamiast ze sztywnikiem umożliwiającej wyprofilowanie;

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 50 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek pakowane po 5 szt. zamiast pakowanych po 10 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x zestaw do ssaka ortopedyczny z filtrem 23,4/7,8 CH/mm 300 cm zamiast 28/9,33 CH/mm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 1 x zestaw do ssaka ortopedyczny z filtrem 28/9,33 CH/mm 300cm.**

- 2 x miska nerkowata plastikowa 800 ml zamiast 1 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 2 x worek z filtrem 56x90cm zamiast 60x90cm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x fartuch chirurgiczny typu SMS, wykonany z włókniny o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup> zamiast 42 g/m<sup>2</sup> oraz posiadający rękawy o kroju prostym zamiast o kroju reglan ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, iż podane różnice nie mają wpływu na walory użytkowe zestawu podczas wykonywania procedury medycznej.

**Pytanie nr 32, dot. pakietu nr 4 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparotomii z drenażem w którego składzie znajduje się:

- 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm z folii PE, ze sztywnej folii umożliwiającej wyprofilowanie zamiast ze sztywnikiem umożliwiającej wyprofilowanie;

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm z folii PE, ze sztywnej folii umożliwiającej wyprofilowanie zamiast ze sztywnikiem umożliwiającej wyprofilowanie;

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x uchwyt typu rzep 2,5 x 14 cm zamiast 2 x 23 cm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 1 x uchwyt typu rzep 2 x 23 cm.**

- 1 x dren do ssania z końcówką Yankaer 24CH 350 cm zamiast 300 cm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x fartuch chirurgiczny typu SMS, wykonany z włókniny o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup> zamiast 42 g/m<sup>2</sup> oraz posiadający rękawy o kroju prostym zamiast o kroju reglan ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, iż podane różnice nie mają wpływu na walory użytkowe zestawu podczas wykonywania procedury medycznej.

#### **Pytanie nr 33, dot. pakietu nr 4 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii w którego składzie znajduje się:

- 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm z folii PE, ze sztywnej folii umożliwiającej wyprofilowanie zamiast ze sztywnikiem umożliwiającej wyprofilowanie;

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 20 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek pakowane po 5 szt. zamiast pakowanych po 10 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x bandaż elastyczny 15 cm x 5 m bez zapinek zamiast z dwiema metalowymi zapinkami

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- 1 x fartuch chirurgiczny typu SMS, wykonany z włókniny o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup> zamiast 42 g/m<sup>2</sup> oraz posiadający rękawy o kroju prostym zamiast o kroju reglan ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, iż podane różnice nie mają wpływu na walory użytkowe zestawu podczas wykonywania procedury medycznej.

#### **Pytanie nr 34,**

WYMAGANIA (poniżej pakietu) – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny zgodnych z normą EN 13795-1:2019. Serwety z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze min. 49 g/m<sup>2</sup>, bez zawartości wiskozy, celulozy i lateksu.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga gramatury min 55g/m<sup>2</sup>.**

Serwety dwuwarstwowe o odporności na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 150cm H<sub>2</sub>O,

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

odporność na rozerwanie na sucho i mokro min. 132 kPa.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 170 kPa.**

Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min. 110 ml/m<sup>2</sup>.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 210 ml/m<sup>2</sup>.**

Pady chłonne (wzmocnienia) wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup>

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

bez zawartości wiskozy, lateksu i celulozy (łącznie w strefie wzmocnionej min. 104g/m<sup>2</sup>).

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 120g/m<sup>2</sup>.**

Pady chłonne o odporności na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 145 cm H<sub>2</sub>O

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 250cm H<sub>2</sub>O.**

oraz odporności na rozerwanie na sucho min. 339 kPa i na mokro min. 353 kPa.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Chłonność włókniny w obszarze wzmocnionym badana wg EN ISO 9073-6: min. 365 ml/m<sup>2</sup>.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 425 ml/m<sup>2</sup>**

Klasa palności I CFR1610 (potwierdzona wynikami badań wydanymi przez zewnętrzną jednostkę badawczą). Każde opakowanie jednostkowe zestawów posiada kartę informacyjną ze spisem komponentów w j. polskim oraz 4 odklejane etykiety z numerem REF, numerem serii, datą produkcji, datą ważności produktu, nazwą producenta oraz 1 odklejaną etykietę z kodem kreskowym. Wszystkie zestawy zapakowane są w torbę z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z oznakowanym, intuicyjnym mankietem do otwierania zestawu. Opakowania zestawów oznakowane kolorami oraz opisem słownym celem łatwej identyfikacji produktu w magazynie podręcznym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 35, dot. pakietu nr 4 poz. 1-4**

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów jałowych z włókniny posiadających klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty wyników badań wydanych przez zewnętrzną jednostkę badawczą?

Producenci wyrobów medycznych, który deklarują tudzież oświadczają, iż ich produkty z włókniny posiadają klasę palności I zgodnie z normą CFR1610, mają obowiązek zlecenia specjalistycznych badań, instytucji w tym wykwalifikowanej. Wynik niniejszych badań, który określa odpowiednią klasę palności badanego wyrobu, przekazywany jest producentowi. Taki dokument jest bezpodstawnym dowodem firmy, która oferuje tego rodzaju produkty. Przypominamy również, że, celem normy CFR1610 jest zapewnienie standardowych metod testowania i stopniowania palności tekstyliów zmniejszając w ten sposób ryzyko obrażeń i śmierci oraz zakazując używania niebezpiecznie łatwopalnych materiałów.

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów jałowych z włókniny posiadających klasę palności I zgodnie z normą CFR1610 lub równoważną. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty wyników badań.**

#### **Pytanie nr 36, dot. pakietu nr 4 poz. 1-4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy opisane zestawy wykorzystywane będą do zabiegów z różnymi otworami w ciele pacjenta dłuższych niż 60 min.?

**Odp. Zestawy będą wykorzystywane w zależności od wykonywanej procedury.**

#### **Pytanie nr 37, dot. pakietu nr 4 poz. 1-4**

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga aby komponenty wykorzystywane do zabiegów z różnymi otworami w ciele pacjenta, dłuższych niż 60 min. wchodzące w skład zestawów tj. kompresy gazowe z RTG, chusty z gazy z RTG, tufery gazowe z RTG sklasyfikowane były jako wyroby medyczne w min. klasie II a, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty deklaracji zgodności wyrobu medycznego razem z certyfikatem CE wydany przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną?

**Odp. Tak. Zamawiający wymaga aby komponenty wykorzystywane do zabiegów z różnymi otworami w ciele pacjenta, dłuższych niż 60 min. wchodzące w skład zestawów tj. kompresy gazowe z RTG, chusty z gazy z RTG, tufery gazowe z RTG sklasyfikowane były jako wyroby medyczne w min. klasie II a. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga przedłożenia deklaracji zgodności wyrobu medycznego razem z certyfikatem CE.**



**Pytanie nr 38, dot. pakietu nr 4 poz. 1-4**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR oraz ustawy o wyrobach medycznych?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 39, dot. pakietu nr 4 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia próbek niesterylnych?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 40, dot. pakietu nr 3 poz. 1-4, 6-8, 10-12**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1-4, 6-8, 10-12 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie nr 41, dot. pakietu nr 3 poz. 9**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 9 dopuści wycenę op. x 50 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie nr 42, dot. pakietu nr 3 poz. 8**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 8 wyrazi zgodę na wycenę strzykawki skalowanej co 0,5 ml?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga skali co 0,2 ml.**

**Pytanie nr 43, dot. pakietu nr 3 poz. 9**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 9 wyrazi zgodę na wycenę strzykawki skalowanej co 1 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.**

**Pytanie nr 44, dot. pakietu nr 3 poz. 1-4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycjach 1-4 oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną/podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia pozostałe parametry SWZ, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 45, dot. pakietu nr 3 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia pozostałe parametry SWZ, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 46, dot. pakietu nr 3 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 47, dot. pakietu nr 3 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje strzykawki cewnikowej z łącznikiem luer/wymienną końcówką umocowaną na tłoku

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 48, dot. pakietu nr 3 poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 cz luer lock 20 ml, skala co 1ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 49, dot. pakietu nr 3 poz. 6,7,8,9**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje strzykawek z tłokiem i cylindrem z polipropylenu

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 50, dot. pakietu nr 3 poz. 6,7,8,9**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia: optyczne i wyczuwalne, co ułatwia bezpieczne otwarcie strzykawki od strony tłoka

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 51, dot. pakietu nr 3 poz. 10**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki do insuliny 1 ml U-100 z igłą 0,5 x 16 mm i dodatkowym trzpieniem w uszczelniaczu tłoka, który umożliwi podaż maksymalnej dawki leku bez straty

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 52, dot. pakietu nr 3 poz. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej do insuliny 1ml z wtopioną z igłą 0,33 x 12,7 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły 0,3x 12,7-13 mm.**

**Pytanie nr 53, dot. pakietu nr 3 poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki do tuberkuliny 1 ml z igłą 0,5 x 16 mm i dodatkowym trzpieniem w uszczelniaczu tłoka, który umożliwi podaż maksymalnej dawki leku bez straty.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 54, dot. pakietu nr 2 poz. 1-9**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania zawierający w składzie śladowe ilości ftalanów?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga cewników bez ftalanów.**

**Pytanie nr 55, dot. pakietu nr 2 poz. 1-9**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o klasie Shore 76 +/- 2 ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga klasy A74 +/- 3.**

**Pytanie nr 56, dot. pakietu nr 2 poz. 1-9**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania posiadający oznaczenie rozmiaru wyłącznie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?

---

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym**

**Pytanie nr 57, dot. pakietu nr 2 poz. 1-9**

Zamawiający dopuści cewnik pakowany w opakowanie papier-folia bez dodatkowego otworu w opakowaniu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli jest możliwość wykonania otworu do zawieszania bez uszkodzenia części sterylnej o średnicy min. 5 mm.**

**Pytanie nr 58, dot. pakietu nr 2 poz. 1-9**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania bez znacznika otworów bocznych?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga znacznika położenia otworów bocznych na łączniku.**

**Pytanie nr 59, dot. pakietu nr 2 poz. 1-9**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z lejkiem bez karbowania po wewnętrznej stronie?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.**

**Pytanie nr 60, dot. pakietu nr 2 poz. 1-9**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworami położonymi naprzemianlegle?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.**

**Pytanie nr 61, dot. pakietu nr 3 poz. 1-3,6,7,8,10,11,12**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie nr 62, dot. pakietu nr 3 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.**

**Pytanie nr 63, dot. pakietu nr 3 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z czterostronnym podcięciem na wysokości ok 1 cm od końca w zależności od pojemności?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli tłok jest stabilny i strzykawka spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.**

**Pytanie nr 64, dot. pakietu nr 3 poz. 4,9**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie nr 65, dot. pakietu nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dwoma łącznikami?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.**

**Pytanie nr 66, dot. pakietu nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'25 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.**

**Pytanie nr 67, dot. pakietu nr 3 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 3ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.**

**Pytanie nr 68, dot. pakietu nr 3 poz. 10,11**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pomarańczowym tłokiem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.**

**Pytanie nr 69, dot. pakietu nr 3 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z niezintegrowaną igłą w rozmiarze 0,4x13mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły 0,3x 12,7-13 mm.**

**Pytanie nr 70, dot. pakietu nr 3 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z białym tłokiem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.**

**Pytanie nr 71, dot. pakietu nr 3 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą w rozmiarze 0,45x13mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.**

**Pytanie nr 72, dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający wskazując pod pakietem wymagania omyłkowo wskazał igły zamiast strzykawek?

**Odp. Tak. Zamawiający dokonał omyłki. Powinno być opakowanie jednostkowe strzykawek.**

**Pytanie nr 73, dot. pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 74, dot. pakietu nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy o wymiarach 150 cm x 260 cm wzmocnioną?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 75, dot. pakietu nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie serwetę na stół narzędziowy 65 cm x 190 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 76, dot. pakietu nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach 84 cm x 56 cm (78 cm x 56 cm)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

---

**Pytanie nr 77, dot. pakietu nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwusekcyjną PE o wymiarach 30 cm x 40 cm ze sztywnikiem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 78, dot. pakietu nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową do operacji kończyny dolnej o wymiarach 230 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.**

**Pytanie nr 79, dot. pakietu nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o wymiarach 180 x 180 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.**

**Pytanie nr 80, dot. pakietu nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy z nitką RTG i tasiemką?

**Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SWZ.**

**Pytanie nr 81, dot. pakietu nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednosekcyjną PE o wymiarach 30 cm x 40 cm ze sztywnikiem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 82, dot. pakietu nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści dren 30CH, dł. 300 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 83, dot. pakietu nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści dren Redona 16 CH , 70 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 84, dot. pakietu nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści skalpel bezpieczny nr 11P?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga skalpel bezpieczny nr 11 i 23.**

**Pytanie nr 85, dot. pakietu nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści worek o wymiarach 60 cm x 100cm bez filtra?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga worek z filtrem 60x90cm - ściekówka.**

**Pytanie nr 86, dot. pakietu nr 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści worek o wymiarach 50 cm x 50 cm z filtrem?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga worek z filtrem 60x90cm - ściekówka.**

**Pytanie nr 87, dot. pakietu nr 4 poz.1**

Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z rękawami tradycyjnymi z mankietem wykonanym z dzianiny, zapinany na rzep w okolicach szyi ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów SWZ.**

---

**Pytanie nr 88, dot. pakietu nr 4 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy wzmocnioną o wymiarach 260 cm x 150 cm ze wzmocnieniem o wymiarach 65 cm x 260 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga serwetę na stół narzędziowy wzmocnioną 250 x 200 cm (owinięcie zestawu).**

**Pytanie nr 89, dot. pakietu nr 4 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę przyklepną o wymiarach 180 cm x 180 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 90, dot. pakietu nr 4 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach 84 cm x 56 cm (78 cm x 56 cm)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 91, dot. pakietu nr 4 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przyklepną 1-sekcyjną o wymiarach 40 cm x 30 cm ze sztywnikiem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 92, dot. pakietu nr 4 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przyklepną 2-sekcyjną o wymiarach 40 cm x 30 cm ze sztywnikiem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 93, dot. pakietu nr 4 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową przyklepną o wymiarach 240 cm x 150 cm z padem chłonnym 25 cm x 60 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga serwetę dwuwarstwową przyklepną 300 x 170 cm z padem chłonnym w obszarze krytycznym (pad chłonny 50 x 75 cm).**

**Pytanie nr 94, dot. pakietu nr 4 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o wymiarach 230 cm x 260 cm z przyklepnym wycięciem U o wymiarach 20 cm x 100 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 95, dot. pakietu nr 4 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy z tasiemką oraz nitką RTG?

**Odp. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów SWZ.**

**Pytanie nr 96, dot. pakietu nr 4 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści dren 24CH, dł. 300 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zestawu do ssaka ortopedycznego z filtrem 28/9,33 CH/mm 300cm.**

**Pytanie nr 97, dot. pakietu nr 4 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści dren Redona CH 16 dł. 70 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

---

**Pytanie nr 98, dot. pakietu nr 4 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści skalpel bezpieczny nr 11P

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga skalpel bezpieczny nr 11 i 23.**

**Pytanie nr 99, dot. pakietu nr 4 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści worek o wymiarach 60 cm x 100cm bez filtra?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga worek z filtrem 60x90cm – ściekówka.**

**Pytanie nr 100, dot. pakietu nr 4 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści worek o wymiarach 50 cm x 50 cm z filtrem?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga worek z filtrem 60x90cm – ściekówka.**

**Pytanie nr 101, dot. pakietu nr 4 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z rękawami tradycyjnymi z mankietem wykonanym z dzianiny, zapinany na rzep w okolicach szyi?

**Odp. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów SWZ.**

**Pytanie nr 102, dot. pakietu nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy ze wzmocnieniem o wymiarach 65 cm x 190 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga serwetę na stół narzędziowy wzmocnioną 190 x 150 cm, wzmocnienie serwety 75 x 190 cm (owinięcie zestawu).**

**Pytanie nr 103, dot. pakietu nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną o wymiarach 240 cm x 150 cm z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 104, dot. pakietu nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną o wymiarach 180 cm x 180 cm z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 105, dot. pakietu nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną o wymiarach 75 cm x 90 cm z padem chłonnym o wymiarach 25 cm x 60 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 106, dot. pakietu nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepna 1-sekcyjną o wymiarach 40 cm x 30 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 107, dot. pakietu nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepna 2-sekcyjną o wymiarach 40 cm x 30 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 108, dot. pakietu nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści tolerancję w wymiarach uchyty typu rzep +/- 1 cm?

---

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 109, dot. pakietu nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe o wymiarach 30 cm x 30 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 110, dot. pakietu nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści tupfer wykonany z gazy 17-nitkowej o wymiarach 25 cm x 25 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga tupfer kule z gazy RTG 24 x 24 cm, 20 nittek.**

**Pytanie nr 111, dot. pakietu nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z gazy z nitką RTG oraz tasiemką?

**Odp. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów SWZ.**

**Pytanie nr 112, dot. pakietu nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowata o pojemności 800 ml transparentną?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 113, dot. pakietu nr 4 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści skalpel bezpieczny 11P?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga skalpel bezpieczny nr 11 i 23.**

**Pytanie nr 114, dot. pakietu nr 4 poz.3**

Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z rękawami tradycyjnymi z mankietem wykonanym z dzianiny, zapinany na rzep w okolicach szyi?

**Odp. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów SWZ.**

**Pytanie nr 115, dot. pakietu nr 4 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy o wymiarach wzmocnienia 65 cm x 190 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 116, dot. pakietu nr 4 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową przylepną o wymiarach 180 cm x 180 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 117, dot. pakietu nr 4 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną 1-sekcyjną o wymiarach 40 cm x 30 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 118, dot. pakietu nr 4 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o wymiarach 230 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym oraz wbudowanymi do niego organizernami przewodów?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 119, dot. pakietu nr 4 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści tolerancje w wymiarach osłony na kable video +/- 1 cm?



---

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 120, dot. pakietu nr 4 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 30 cm x 80 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 121, dot. pakietu nr 4 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści dren Redona CH 12 dł. 70 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 122, dot. pakietu nr 4 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści skalpel bezpieczny nr 11P?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga skalpel bezpieczny nr 11 i 23.**

**Pytanie nr 123, dot. pakietu nr 4 poz.4**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z rękawami tradycyjnymi, mankietem wykonanym z dzianiny, zapinany na rzep w okolicach szyi?

**Odp. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów SWZ.**

**Pytanie nr 124, dot. pakietu nr 4 poz.1-4**

Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, odpornością na przenikanie cieczy 196 cm H<sub>2</sub>O oraz odpornością na rozerwanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:**

**Serwety dwuwarstwowe z pełnobarierowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>, bez zawartości wiskozy, celulozy i lateksu. Serwety dwuwarstwowe cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważnym) min. 200cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho i mokro min. 170 kPa.**

**Pytanie nr 125, dot. pakietu nr 4 poz.1-4**

Czy Zamawiający dopuści serwety z padem chłonnym o łącznej gramaturze 140g/m<sup>2</sup> (podstawowa gramatura 60g/m<sup>2</sup> oraz pad chłonny 80g/m<sup>2</sup>), odpornością na przenikanie cieczy 197cm H<sub>2</sub>O oraz odpornością na rozrywanie na sucho mokro / 180/172 kPa?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 126, dot. pakietu nr 4 poz.1**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 1 z Zestawem do alloplastyki stawu kolanowego o poniższym składzie:

1 Serweta na stolik instrumentariuszki 200x250 cm (owinięcie zestawu)

1 Fartuch SMMS 130cm, rozmiar L, Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> w kolorze turkusowym. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Elementy fartucha wykonane z materiału bazowego są połączone poprzez zgrzewanie ultradźwiękami.

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm

2 serweta na stół Mayo 80x145cm, złożony w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wzmocnienie 75x90cm, połączone równomiernie przy użyciu kleju topliwego

1 Miska 500ml przezroczysta

1 Miska 250ml

2 Taśma przylepna 10x50cm

1 Kieszeń na narzędzia 38x40 cm, dwukomorowa

1 Kieszeń na narzędzia 38x40 cm, jednokomorowa

1 Folia operacyjna 72x88cm (74x95cm)

2 Kieszeń na płyny uniwersalna, 60x90cm

1 Osłona ortopedyczna 33x110 cm z 2 foliowymi paskami przylepnymi

2 Osłona na uchwyt lampy operacyjnej

1 Dren do ssaka Ch.30 300cm

2 Miska nerkowata niebieska 700ml

1 Bezpieczny skalpel rozmiar 11

1 Bezpieczny skalpel rozmiar 23

1 Korcang do mycia niebieski 24cm

1 Końcówka do ssaka ortopedycznego z filtrem

1 Licznik do igieł duży pianka-magnes 20 miejsc

2 Dren Redona ze znacznikiem RTG Ch.16 50cm

30 Kompresy gazowe z nitką RTG 16-warstwowe 7,5x7,5cm (a' 10 szt.)

10 Serwety elementem RTG białe 4-warstwowe 40x40cm po praniu wstępnym z tasiemką

2 Opatrunek chłonny przylepny 10x20cm

1 Opatrunek chłonny przylepny 10x15cm

2 Opaska uniwersalna elastyczna 15cm x 5m

2 Serweta przylepna 75x90cm 2-warstwowa

1 Serweta przylepna 2-warstwowa 175x180cm

1 Serweta na ekran anestezyjologiczny 2-warstwowa wzmocniona 225x 270cm, pad chłonny 25x60cm

1 serweta na kończynę 2-warstwowa wzmocniona 225x320cm, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100x50 cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 127, dot. pakietu nr 4 poz.2**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 2 z Zestawem do alloplastyki stawu biodrowego o poniższym składzie:

1 Serweta na stół instrumentariuszki 200x250 cm (owinięcie zestawu)

1 Fartuch SMMS 130cm, rozmiar L, Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> w kolorze turkusowym. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Elementy fartucha wykonane z materiału bazowego są połączone poprzez zgrzewanie ultradźwiękami.

2 serweta na stół Mayo 80x145cm, złożony w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wzmocnienie 75x90cm, połączone równomiernie przy użyciu kleju topliwego

1 Miska 500ml

1 Miska 250ml

2 Taśma przylepna 10x50cm

- 
- 1 folia operacyjna 72x88cm (74x95cm)
  - 1 Kieszon na narzędzia 38x40 cm jednokomorowa
  - 1 Kieszon na narzędzia 38x40cm, dwukomorowa
  - 2 Kieszon na płyny uniwersalna, 60x90cm
  - 1 Osłona ortopedyczna 33x110 cm z 2 foliowymi paskami samoprzylepnymi
  - 2 Osłona na uchwyt lampy operacyjnej
  - 1 Dren do ssaka Ch.30 300cm
  - 1 Miska nerkowata niebieska 700ml
  - 1 Bezpieczny skalpel rozmiar 23
  - 1 Bezpieczny skalpel ostrze numer 11
  - 1 Korcang do mycia niebieski 24cm
  - 1 Końcówka do ssaka ortopedycznego z filtrem
  - 1 Licznik do igieł duży, pianka-magnes 20miejsc
  - 1 Dren Redona ze znacznikiem RTG Ch.16 50cm
  - 1 Butelka Redona 200ml
  - 50 Kompresy gazowe z nitką RTG 16-warstwowe 7,5x7,5cm
  - 10 serwety z elementem RTG białe 4-warstwowe 40x40cm, po praniu wstępnym, z tasiemką
  - 1 opatrunek chłonny przylepny 10x20cm
  - 1 opatrunek chłonny przylepny 10x15cm
  - 3 Serweta przylepna 75x90cm 2-warstwowa
  - 1 Serweta przylepna 2-warstwowa 175x180cm
  - 2 Serweta na ekran anestezyjologiczny 2-warstwowa wzmocniona 225x 270cm, pad chłonny 25x60cm
  - 1 Serweta z wycięciem „U” 2-warstwowa wzmocniona 225x280cm rozmiar wycięcia 10x100cm, pad chłonny 50x100cm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 128, dot. pakietu nr 4 poz.3**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 3 z Zestawem do laparotomii z drenażem o poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm
- 2 Ręczniki 30x40cm
- 1 Fartuch SMMS 130cm, rozmiar L, Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> w kolorze turkusowym. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Elementy fartucha wykonane z materiału bazowego są połączone poprzez zgrzewanie ultradźwiękami
- 1 serweta na stolik Mayo 80x145cm, złożony w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wzmocnienie 75x90cm, połączone równomiernie przy użyciu kleju topliwego
- 1 Korcang do mycia niebieski 24cm
- 2 Miska niebieska 250ml
- 1 Miska 250ml
- 1 Taśma przylepna 10x50cm
- 1 Bezpieczny skalpel numer 11
- 1 Bezpieczny skalpel nr 23
- 20 Kompresy gazowe z nitką RTG 12-warstwowe 10x10cm
- 5 serweta 40x40cm 4w nitka RTG biała z tasiemką po praniu wstępnym



- 
- 2 Osłona na uchwyt lampy operacyjnej
  - 1 Organizator przewodów rzep 2,5x20/24cm
  - 1 zestaw do drenażu CH20, 100 cm, z workiem 350 ml
  - 1 Miska nerkowata niebieska 700ml
  - 10 Tupfer gazowy z elementem RTG rozm. 4 jajko, wykrój gazy 23,5x23,5cm
  - 1 Licznik do igieł duży pianka-magnes, 20 miejsc
  - 1 Opatrunek chłonny przylepny 10x8cm
  - 1 Opatrunek chłonny przylepny 10x20cm
  - 1 Końcówka do ssaka typ Yankauer 8mm
  - 1 Dren ssący Ch.25 300cm
  - 1 Kieszeń na narzędzia 38x40cm, dwukomorowa
  - 1 Kieszeń na narzędzia 38x40 cm, jednokomorowa
  - 1 Serweta operacyjna 2-warstwowa 75x90cm
  - 2 Serweta przylepna 2-warstwowa z padem chłonnym (20x50cm) 75x90cm
  - 1 serweta przylepna 2-warstwowa z padem chłonnym (20x50cm)150x250cm
  - 1 serweta przylepna 2-warstwowa z padem chłonnym (20x50cm)75x180cm
- Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 129, dot. pakietu nr 4 poz.4**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 4 z Zestawem do artroskopii o poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm wzmocnienie 75x190cm
- 1 Fartuch SMMS 130cm, rozmiar L, Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze turkusowym. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Elementy fartucha wykonane z materiału bazowego są połączone poprzez zgrzewanie ultradźwiękami.
- 1 serweta na stolik Mayo 80x145cm, złożony w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wzmocnienie 75x90cm, połączone równomiernie przy użyciu kleju topliwego
- 2 Taśma przylepna 10x50cm
- 1 Kieszeń na narzędzia 38x40 cm jednokomorowa
- 1 Osłona ortopedyczna 33x55cm z 1 foliowym paskiem samoprzylepnym
- 1 Osłona na kamerę składana teleskopowo 13x250cm
- 1 Bezpieczny skalpel nr 23
- 1 Bezpieczny skalpel numer 11
- 1 Korcang do mycia niebieski 24cm
- 1 Dren Redona ze znacznikiem RTG Ch.12 50cm
- 1 Butelka Redona 200ml
- 20 Kompresy gazowe z nitką RTG 12-warstwowe 17 nitkowe 7,5x7,5cm
- 1 Opatrunek chłonny przylepny 10x8cm
- 1 Opaska uniwersalna 15cm x 5m
- 1 Miska niebieska 500ml
- 1 Miska 250ml
- 1 Licznik do igieł duży, pianka-magnes, 20 miejsc
- 1 serweta operacyjna 2-warstwowa 75x90cm
- 1 serweta przylepna 2-warstwowa wzmocniona 150x180cm

1 serweta na kończynę 2-warstwowa wzmocniona 225x320cm, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, pad chłonny 100x50cm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 130,**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobu w poz. 1-4 zgodne z EN 13795-1:2019 Serwety z dwuwarstwowe z pełnobarierowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze min. 57g/m<sup>2</sup>. Serwety dwuwarstwowe wysokiej odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 min. 129cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho i mokro min. 170 kPa. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6 min. 200 ml/m<sup>2</sup>. Pady chłonne wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 50 g/m<sup>2</sup> (łącznie w strefie wzmocnionej 109g/m<sup>2</sup>). Pady chłonne o wysokiej odporności na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 min. 174cm H<sub>2</sub>O oraz odporności na rozerwanie na sucho min. 280 kPa i na mokro min. 270 kPa. Chłonność włókniny w obszarze wzmocnionym badana wg EN ISO 9073-6 min. 425 ml/m<sup>2</sup>. Klasa palności I CFR1610. Każdy zestaw posiadać spis komponentów w j. polskim zawierający min. 4 odklejane etykiety z numerem REF, numerem serii, data produkcji, datą ważności produktu, nazwą producenta zintegrowane z 4 kodami kreskowymi. Zestaw zapakowany w torbę z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z papierowym kołnierzem do otwierania zestawu. Opakowania zestawów oznakowane kolorami oraz opisem słownym celem łatwej identyfikacji produktu w magazynie, kolory i oznaczenia słowne wg specyfikacji.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 131,**

W związku z tym, że w SWZ brak kryterium - oceny jakości, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek wraz z ofertą. A w przypadku wątpliwości, że zaoferowany produkt spełnia wymagania SWZ, Zamawiający wezwie do dostarczenia próbek niesterylnych pod karą odrzucenia oferty, które pozwolą na zweryfikowanie złożonej oferty.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek zgodnie z SWZ.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
Dominik Łoziński