



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 04.08.2021 r.

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

Nr postępowania: ZP/8/21

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia informuje o sprostowaniu do Wyjaśnień Nr 1 z dnia 29.07.2021 r.

Zamawiający omyłkowo nie zamieścił odpowiedzi na poniższe pytania, które wpłynęły w terminie, w dniu 15.07.2021 r.

1. Dotyczy Pakiet nr 87, pozycja nr 1-2: Czy Zamawiający dopuści testy wieloparametrowe w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
2. Dotyczy Pakiet nr 87, pozycja nr 5: Czy Zamawiający dopuści taśmę w rolkach po 50mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
3. Dotyczy Pakiet nr 87, pozycja nr 7: Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie na jakie parametry mają być kalibrowane wymagane wskaźniki:
 - 121°C/15min. i 134°C/5,3min.
 - 121°C/15min. i 134°C/3,5min.
 - 121°C/20min. i 134°C/7min.
 - 134°C/18min.**121°C/20min. i 134°C/7min.**
4. Dotyczy Pakiet nr 87, pozycja nr 8 i 9: Czy Zamawiający dopuści 2 przyrządy PCD – każdy na 500 użyć (pozycja 8), posiadający kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku oraz kompatybilne z nim testy klasy 6 (pozycja 9) skalibrowane na parametry 121°C/20min. i 134°C/7min. lub 121°C/15min. i 134°C/5,3min.? Testy klasy 6 gwarantują wyższy poziom kontroli procesu sterylizacji, a zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

Podpisał:
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Agnieszka Tomalak