

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 19.09.2023 r.

Sprawa ZP/27/2023

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „*Zakup i dostawy bielizny operacyjnej i ochronnej jednorazowego użytku*” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr **2023/BZP 00396702/01** z dnia **14.09.2023 r.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Pyt. 1 Zadanie 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2 Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3 Zadanie 2 , poz. 2

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4 Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, poz. 1-2

Pyt. 5 Czy przez wycenę 1 szt. należy rozumieć 1 rolkę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6 Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m²?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 7 Zadanie 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m²?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 8 Zadanie 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 9 Zadanie 7, poz. 1-2,4-5,

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 10 Zadanie 7, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 11 Zadanie 8, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.: Nie.

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pyt. 12 Zadanie nr 1, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów o chłonności 600 g, wg ISO 11948-1 ? Ustalenie chłonności pozwoli otrzymać Zamawiającemu jakościowy produkt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 13 Zadanie nr 1, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów o chłonności 950 g wg ISO 11948-1 ? Ustalenie chłonności pozwoli otrzymać Zamawiającemu jakościowy produkt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 14 Zadanie nr 11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw, w którym koczek flanelowy ma rozmiar 160 x 75 cm ? Pozostałe parametry zestawu zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 15 Zadanie nr 11: Czy Zamawiający oczekuje, aby w zestawie dla noworodka, podkład posiadał chłonność 1400 g, wg ISO 11948-1 ? Pozwoli to Zamawiającemu otrzymać zestaw z jakościowym produktem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 16 Zadanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw, zapakowany w opakowania typu miękki blister, w którym w części 1 komora znajdują się 3kompresy włókninowe zamiast 4xkompresy włókninowe ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 17 Zadanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw, w którym w miejsce:

15 x kompres gazowy 7,5 cm x 7,5 cm 17-nitkowy 8-warstwowy

Zamawiający otrzyma:

10 x kompres gazowy 7,5 cm x 7,5 cm 17-nitkowy 8-warstwowy

10 x tupfer kula 20x20 cm 17-nitkowy

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 18 Zadanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw zapakowany w opakowanie torebka papierowo-foliowa ?

Pozostałe parametry zestawu zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Przedmiot zamówienia:

Pyt. 19 Zadanie nr 4:

Czy można zaoferować ubranie wykonane z włókniny o gramaturze min. 35g/m2 ze spodniami wiązanymi na troki wykonane z tej samej włókniny co ubranie?

Odp.: Tak.

Pyt. 20 Zadanie nr 9:

Czy można zaoferować zestaw do cesarskiego cięcia o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem w rozmiarach 190cm x 75cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm wykonana z gładkiej folii o gramaturze 55g/m2 ze wzmocnieniem w rozmiarach 75cmx90cm o gramaturze w obszarze wzmocnienia wynoszącej 85g/m2

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płynie w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m² (+/-0,5m²)

Zestaw sterylny, zapakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji w opakowanie papier-folia z min. 2 etykietami samoprzylepnymi zawierającymi wymagane dane.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odp.: Nie.

Pyt. 21 Zadanie nr 14:

Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta chirurgiczna 90x 110

1 pean 18 cm

2 strzykawka jednorazowa 2-częściowa 5ml

2 strzykawka 2czesciowa 10 ml

1 igła 1,20x50 mm

1 igła 0,50x 40mm

1 kaniula jednorazowa użytku G21 (0,8 mm) 40 mm

1 imadło chirurgiczne 14 cm

1 nożyczki chirurgiczne „ operating Scissors ” ostre/tępe proste 14,5 cm

10 kompresow gazowych 7,5 - 7,5 cm 12 warstwowe

3 serwety samoprzylepne 50x 50 2 -warstwowe

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m² (+/-0,5m²).

Zestaw sterylny, zapakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji w opakowanie papier-folia z min. 2 etykietami samoprzylepnymi zawierającymi wymagane dane.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odp.: Nie.

Pyt. 22 Zadanie 3, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwi przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 23 Zadanie 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego o gramaturze 35g/m², spełniającego pozostałe wymagania?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 24 Zadanie 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kołderki dla pacjenta o wymiarach 150 x 210 cm, warstwa zewnętrzna i od strony pacjenta - włóknina polipropylenowa o gramaturze 25g/m², warstwa wewnętrzna 77g/m², spełniający pozostałe wymagania?

Odp.: Tak.

Pyt. 25 Zadanie 7, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepek wykonanego z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m², głębokość 13,5 cm +/- 1cm, średnica denka 20,5cm +/- 1cm?

Odp.: Nie.

Pyt. 26 Zadanie 7, pozycja 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepek o gramaturze 20g/m², spełniającego pozostałe wymagania?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 27 Zadanie 7, pozycja 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepek z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m², spełniającego pozostałe wymagania?

Odp.: Nie.

Pyt. 28 Pakiet 8, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszewki w rozmiarze 60 x 80cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 29 Pakiet 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, niepiaskowana, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 30 Pakiet 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetki z 4 szt etykiet samoprzylepnych do dokumentacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 31 Pakiet 10, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 40g/m², spełniającą pozostałe wymagania?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 32 Pakiet 10, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 33 Zadanie 10, pozycja 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Tak.

Pyt. 34 Zadanie 10, pozycja 7, 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Tak.

Pyt. 35 Zadanie 10, pozycja 6, 7, 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o gramaturze 25g/m²?

Odp.: Nie.

Pyt. 36 Zadanie 11 - Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy:

- 1 x Podkład chłonny 60cm x 60cm
- 2 x Serweta chłonna dla noworodka 60cm x 80cm
- 1 x Czapeczka dla noworodka, biała
- 1 x Kocyk flanelowy 160cm x 75cm
- 1 x Miarka papierowa 1m?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 37 Zadanie 12 - Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, w zestawie znajduje się pojemnik o poj. 120 ml mogący służyć jako pojemnik do procedury:

- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową
- 2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M
- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm
- 6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką
- 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm
- 1 x Cewnik Foley dwudrożny CH 16 bal.30-50ml z plastikową zastawką
- 1 x Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)?

Odp.: Zamawiający wymaga dostępności 4 rozmiarów cewników Foley'a.

Pyt. 38 Zadanie 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z laminatu dwuwarstwowego (chłonna włóknina PP + nieprzemakalna folia PE) o łącznej gramaturze 60 g/m²?

Odp.: Tak.

Pyt. 39 Zadanie 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem 3-komorowym 19,5cm x 13cm x 3,5cm, przezroczystym?

Odp.: Tak.

Pyt. 40 Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu folia-papier?

Odp.: Tak, pod warunkiem, że wewnątrz będzie pojemnik wymagany w procedurze cewnikowania.

Pyt. 41 Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z etykietami opisowymi w języku polskim (wypisany skład zestawu z wymiarami) ale bez obrazkowego przedstawienia elementów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 42 Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m² dwuwarstwowy laminat (włóknina PP + folia PE)
 - 1 x serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m² dwuwarstwowy laminat (włóknina PP + folia PE) z otworem 5 cm oraz przecięciem
 - 6 x tufery gazowe kula 20 cm x 20 cm
 - 8 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm
 - 1 x pojemnik plastikowy 120 ml przezroczysty
 - 1 x kleszcze plastikowe Kocher niebieskie 14 cm
 - 1 x peseta plastikowa zielona 12,5 cm
 - 2 x rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M
- Opakowanie – twardy blister jednokomorowy + 2 samoprzylepne etykiety?

Odp.: Nie.

Pyt. 43 Pakiet 13, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści Pakiet do dializy - początek procedury przeznaczony do stosowania w gabinetach zabiegowych, pogotowiacz ratunkowych, oddziałach szpitalnych, stacjach dializ o składzie:

- 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo-foliowa 50cm x 35cm
- 2 szt. Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe M Nitryl w opakowaniu papierowym
- 2 szt. Opatrunek do mocowania kaniul, samoprzylepny 6cm x 8cm
- 4 szt. Kompres włókninowy 7,5cm x 7,5cm włóknina 30G, 4-warstwowy
- 2 szt. Taśma opatrunkowa, samoprzylepna 2,5cm x 15cm?

Odp.: Nie.

Pyt. 44 Pakiet 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy:

- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa
- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm
- 10 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 10 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cmx7,5cm
- 1 x Ostrze chirurgiczne nr 11
- 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13 cm
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 20 ml Luer
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 10 ml Luer
- 1 x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm
- 1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)?

Odp.: Nie.

Pyt. 45 Zadanie 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do wkłucia centralnego z serwetą foliowaną w rozmiarze 75 x 90 cm (w miejsce serwety o wymiarach 40-50 cm x 70-80 cm)?

Odp.: Tak.

Pyt. 46 Zadanie 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do wkłucia centralnego zawierający 10 szt kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm 17N 8W, oraz dodatkowo 10 szt tupferów gazowych 17 N kula 20 x 20 cm?

Odp.: Tak.

Pyt. 47 Zadanie 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do wkłucia centralnego zawierający dodatkowo kleszczyki metalowe Pean 13 cm oraz opatrunek foliowy PU 10 cm x 15 cm (osobno opakowany)?

Odp.: Nie.

Pyt. 48 Zadanie 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 50cm x 60cm , z centralnym otworem przylepnym o średnicy 8 cm
- 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 45cm x 75cm
- 3 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 20cm x 20cm 17-nitkowa
- 5 szt. Kompres włókninowy 7,5cm x 7,5cm włóknina 30G, 4-warstwowy
- 1 szt. Pęseta anatomiczna, metalowa dł. 12cm; stal nierdzewna
- 1 szt. Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen; kolor zielony
- 1 szt. Igłotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy dł. 13 cm; stal nierdzewna

1 szt. Nożyczki ostre/ostre, metalowe dł. 11,4cm; stal nierdzewna ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 49 Zadanie 16 - Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, w zestawie znajduje się pojemnik 3-komorowy (w ramach blistra):

2 x Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe rozm. M

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm

1 x Pęseta anatomiczna metalowa 14cm

1 x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm

1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm, przezroczysty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 50 Zadanie 16 – Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 8-warstwowe 17 nitkowe 7,5cm x 7,5cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 51 Zadanie 16 – Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odp.: Tak, pod warunkiem umieszczenia wewnątrz pojemnika.

Pyt. 52 Zadanie 16 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z 3 serwetami 50x75cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 53 Zadanie 16 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

10 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

2 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm (niebieski SMS 35g/m²)

1 x Serweta chirurgiczna 80cm x 80cm (niebieski SMS 35g/m²)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 54 Pakiet 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu, w przypadku wezwania. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 55 – dotyczy normy 13795 – zadanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu zgodnego z wymaganiami obecnie obowiązującej normy EN 13795-1:2019.

Odp.: Tak.

Pyt. 56 – dotyczy etykiet samoprzylepnych typu TAG - zadanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu z 4 etykietami zgodnymi z wymogami Dyrektywy 93/42/EWG, zawierającymi nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.

Odp.: Tak.

Pyt. 57

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35 stopni Celsjusza, igieł, cewników, zgłębników 5-37 stopni Celsjusza, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40 stopni Celsjusza), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odp.: Wymagamy, aby były zachowane warunki prawidłowego przechowywania i transportu zgodnie z zaleceniami producenta.

Pyt. 58

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pyt. 57.

Pyt. 59

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pyt. 57.

Pyt. 60

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pyt. 57.

Pyt. 61

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i wynikającym z niego obowiązku kontroli przez Zamawiającego warunków w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza kontrolować warunki do-staw? Czy będzie to np. przez załączenie do oferty wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu przeznaczonych do realizacji umowy lub przedstawienia umowy ze specjalistyczną firmą kurierską realizującą dostawy pojazdami typu Izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury w przestrzeni ładunkowej?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pyt. 57.

Pyt. 62

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 1 i 2 dopuści do zaoferowania podkład jednorazowych zawierający w warstwie chłonnej superabsorbent SAP?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 63

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. 1 dopuści do zaoferowania ubranie chirurgiczne w którym spodnie posiadają w pasie gumkę zamiast sznurka?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 64

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. 1 dopuści do zaoferowania ubranie chirurgiczne dostępne tylko w kolorze niebieskim?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 65

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 1 dopuści do zaoferowania zestaw pościeli, z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g.m², skład:

- poszwa 150cm x 210cm;
- poszewka 70cm x 85cm;
- prześcieradło 150cm x 240cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 66 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 2, 3, 4 dopuści do zaoferowania wyroby dostępne tylko w jednym z wymienionych kolorów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 67 Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowymi rzepami oraz dwoma, a nie jedną osłoną na podłokietnik? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 68 Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw:


- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex (PP+PE), o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Etykiety i sposób pakowania zgodnie z wymaganiami

Skład:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;

- 1 serweta 100 x 150cm;
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/230 x 240 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, pięciokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów wyposażonym w kształtki (szywnik) i zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. Zbiornik posiada przylepny otwór wypełniony folią chirurgiczną z aperturą w kształcie trapezu. Dodatkowo 4 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 2 serwety do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 90 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;



Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 69 Wzór umowy

Prosimy o określenie procentowo gwarantowanego minimalnego zużycia umowy.

Odp.: Procentowo gwarantowane minimalne zużycie umowy zostało określone w projekcie umowy w §2 ust.4.

Pyt. 70 Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z bibuły celulozowej o gramaturze 23 gr/m²?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 71 Zadanie nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt z etykietą z informacjami: seria, data ważności, nr lot, nr ref?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, poz. 1

Pyt. 72 Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLW MiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. Ponadto doprecyzowane zostało, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 73 Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaferowania ubrań higienicznych o podanej przez Zamawiającego specyfikacji?

Odp.: Tak.

Pyt. 74 W związku z tym, że opis ubrań wymaganych przez Zamawiającego jest niezgodny z normą EN-13795-2 wnioskujemy o odpuszczenie ubrań zgodnych z normą EN -13795-2 lub modyfikację opisu ubrań.

Odp.: Opis w SWZ już jest zmodyfikowany.

Pyt. 75 Czy Zamawiający wymaga ubrań niezgodnych z normą EN-13795-2?

Odp.: Zamawiający wymaga ubrań opisanych w SWZ.

Pyt. 76 Pakiet 7, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepków pakowanych po 100 sztuk w folię.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 77 Pakiet 7, poz. 3

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy o gramaturze 30 g/m².

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 78 Pakiet 7, poz. 3

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy bez dodatkowej warstwy antypoślizgowej.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 79 Pakiet 7, poz. 4

Proszę o dopuszczenie czepków pakowanych po 100 sztuk w folię.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

ZADANIE NR 7

Pyt. 80 Poz. nr 2; 4-5- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków wykonanych z włókny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 81 Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego o wysokości w części tylnej min. 24 cm i w części przedniej (czoło) min. 5 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 82 Poz. nr 3- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ochraniaczy na obuwiu wykonanych z białej włókny, pakowanych w opakowanie a 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry bez zmian

LUB

Ochraniaczy na obuwiu wykonanych z białej włókny z dodatkową niebieską warstwą antypoślizgową pakowanych w opakowanie a' 400 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry bez zmian

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

ZADANIE 9

Pyt. 83 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2-warstwowego PP-PE o minimalnej gramaturze 55 g/m² i następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki min. 150 x 190 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm, gramatura min. 90 g/m², kolor aqua
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250/200x320 cm (ułożenie płasko na stole) bez organizatorów przewodów i portów do ssaka
- 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 30 cm

Zestaw pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. W dobrze widocznej części wewnątrz opakowania umieszczona etykieta główna zawierająca m.in. skład zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, LOT, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE NR 13

Pyt. 84 Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dializ o następującym składzie:

Podłączenie

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 37,5 x 45 cm
- 4 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 x 7 cm (zapakowany)
- 4 x (2 x 2 szt.) opatrunek w postaci przylepca 1,25 x 14,8 cm

Rozłączenie

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M
- 1 x rękawiczka diagnostyczna nitrylowa dla pacjenta, rozmiar M
- 4 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 x 7,2 cm (zapakowany)

Opakowanie:

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie). Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane. Opakowanie zawiera nadrukowaną etykieta główną ze składem zestawu, datą ważności, nr serii, oznaczeniem CE i nazwą producenta oraz 2-częściową etykieta samoprzylepną do wklejenia do dokumentacji medycznej (jedna z części w postaci kodu kreskowego)

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

ZADANIE NR 14

Pyt. 85 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego o następującym składzie:

- 6 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x serweta włókninowa laminowana, nieprzylepna 45 x 75 cm
- 1 x serweta włókninowa laminowana , dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu 2 x (45 x 37,5 cm)
- 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
- 1 x ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane)
- 1 x igłotrzymacz 14 cm
- 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 15 cm (zapakowany)

Zestaw zapakowany w twardej blister z nadrukowaną etykietą główną ze składem zestawu, datą ważności, nr serii, oznaczeniem CE i nazwą producenta oraz 2-częściową etykietą samoprzylepną do wklejenia do dokumentacji medycznej (jedna z części w postaci kodu kreskowego)

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

ZADANIE NR 15

Pyt. 86 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów o następującym składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x pęseta chirurgiczna metalowa 12 cm
- 6 x tampony z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x igłotrzymacz 12 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,4 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock 10 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
- 1 x serweta włókninowa laminowana 50 x 50 cm z przylepnym otworem 5 x 10 cm
- 1 x serweta włókninowa laminowana nieprzylepna 60 x 60 cm

Zestaw pakowany w opakowanie typu twardej blister z nadrukowaną etykietą główną ze składem zestawu, datą ważności, nr serii, oznaczeniem CE i nazwą producenta oraz 2-częściową etykietą samoprzylepną do wklejenia do dokumentacji medycznej (jedna z części w postaci kodu kreskowego)

Odp.: Zgodnie z SWZ.

ZADANIE NR 16

Pyt. 87 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do usuwania szwów o następującym składzie:

- 3 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość jaja
- 1 x pęseta anatomiczna metalowa 12 cm
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane)

zestaw zapakowany w twardej blister z nadrukowaną etykietą główną ze składem zestawu, datą ważności, nr serii, oznaczeniem CE i nazwą producenta oraz 2-częściową etykietą samoprzylepną do wklejenia do dokumentacji medycznej (jedna z części w postaci kodu kreskowego)

LUB

- 3 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 1 x pęseta anatomiczna typu Adson, metalowa 12 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,5 cm
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm

zestaw zapakowany w twardej blister z nadrukowaną etykietą główną ze składem zestawu, datą ważności, nr serii, oznaczeniem CE i nazwą producenta oraz 2-częściową etykietą samoprzylepną do wklejenia do dokumentacji medycznej (jedna z części w postaci kodu kreskowego)

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Rozdział II SWZ

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Pyt. 88 czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia do oferty, wraz z kartami danych technologicznych, kart katalogowych wystawionych przez producenta potwierdzających opis przedmiotu zamówienia?

Odp.: Tak.

ZAPISY SWZ

PROJEKT UMOWY

Pyt. 89 § 6, ust. 4- wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu.

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania

zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 90 § 7, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 91 Pakiet 1, pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zachowania bezpieczeństwa i komfortu pacjenta, oczekuje podkładu o wymiarach 58.4 x 61 cm z chłonną warstwą środkową z pulpy celulozowej, niwelującego przykre zapachy, o doskonałej chłonności 600-650 ml płynów oraz zdolności do zatrzymywania płynów wewnątrz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 92 Pakiet 1, pozycja 2:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zachowania bezpieczeństwa i komfortu pacjenta, oczekuje podkładu o wymiarach 58.4 x 91 cm z chłonną warstwą środkową z pulpy celulozowej, niwelującego przykre zapachy, o doskonałej chłonności 900-1050 ml płynów oraz zdolności do zatrzymywania płynów wewnątrz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 93 Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego, aby dopuścił jednorazowe, bezlateksowe ubranie operacyjne w komplecie składającym się z osobno pakowanych bluz i spodni, wykonane z wysokiej jakości, nieprzejrzystej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 45 g/m² o podwyższonej miękkości z romboidalnym wzorem zespalania warstwowego. Włóknina zgodna z wymaganiami EN 13795-2. Włóknina czysta mikrobiologicznie (maks. 1 CFU/100 cm² wg EN ISO 11737-1) i odporna na rozdarcia (>100 kPa wg EN ISO 13938-1). Bluza szyta w ergonomicznym kształcie dzwonu umożliwiającym dobre dopasowanie do sylwetki. Bluza wyposażona w 3 kieszenie: 2 duże 180 mm x 180 mm i mniejszą górną 110 mm x 130 mm. Na złożonej, zapakowanej bluzie widoczne naszywki z nazwą producenta oraz rozmiarem. Wycięcie szyjne w kształcie trójkąta wykończone lamówką. Spodnie z regulacją rozmiaru w postaci taśmy, wyposażone w dużą, głęboką kieszeń 160 mm x 220 mm, nogawki zakończone podszyciem, nie strzępiące się. Urania dostępne w 7 rozmiarach od XS do 3XL, w kolorze zielonym lub ciemnoniebieskim. Spodnie i bluzy pakowane indywidualnie w woreczki PE z etykietą zawierającą min. znak CE, rozmiar, nr katalogowy, opis w j. polskim oraz kod kreskowy EAN – 128 kodujący co najmniej datę produkcji i nr partii. 50 spodni lub bluz w kartonie transportowym.

Odp.: Zamawiający wymaga, aby bluza i spodnie zapakowane były razem.

Pyt. 94 Pakiet 7, pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego, aby dopuścił czepek pielęgniarzki typu Rondo z gumką dookoła, nie zawierający lateksu, okrągły. Wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę o gramaturze 26 g/m². Pakowane

po 100 szt. Kolor niebieski lub zielony. Produkt zgodny z EN 13485 i EN 14001 co zostało potwierdzone certyfikatem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 95 Pakiet 7, pozycja 2:

Prosimy Zamawiającego, aby dopuścić czepek z gumką z tyłu, nie zawierający lateksu, wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% wiskozę o gramaturze 26 g/m². Opakowanie 100 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001 co zostało potwierdzone certyfikatem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 96 Pakiet 7, pozycja 3:

Ochroniacze na buty z gumką jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z włókniny polipropylen, o gramaturze 25-30 g, w uniwersalnym rozmiarze, pakowane jednostkowo po 100 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 97 Pakiet 7, pozycja 4:

Prosimy Zamawiającego, aby dopuścić czepek typu hełm osłaniający głowę i szyję, wiązany na troki wokół szyi, niezawierający lateksu, wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% wiskozę o gramaturze 26 g/m². Opakowanie 100 szt. Produkt zgodny z EN 13485 i EN 14001 co zostało potwierdzone certyfikatem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 98 Pakiet 7, pozycja 5:

Prosimy Zamawiającego, aby dopuścić czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m². Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 99 Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego, aby dopuścić sterylny zestaw do cięcia cesarskiego w skład, którego wchodzi:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem chłonnym

1x kocyk dla noworodka 100x105 cm

2x ręcznik chłonny 20x30 cm

1x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/-3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max. 66g/m²) pozbawiona pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤1,9 log₁₀), boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
W OSTROWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
ZASTĘPCA DYREKTORA ds. TECZNICTWA

LEK. BOŻENA KUBICKA

Piotr Kalski