

Sygnatura sprawy: PN/D/FA/1/20

Opole, dnia 04.03.2020 roku

O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8
- Zamawiający w odpowiedzi na n/w pytania do specyfikacji przetargowej nr **PN/D/FA/1/20 na Zakup wraz z dostawą leków na okres do 30.04.2021 roku** udziela następujących wyjaśnień:

1 Pytanie dot. zadania nr 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstępnie od wymogu „całkowita pojemność cylindra max 8 ml”. Analiza parametrów technicznych nie potwierdza możliwości spełnienia tego wymogu. Dodatkowo wymóg ten nie wpływa na właściwe działanie opisanego asortymentu, gdyż strzykawka składa się z tłoka oraz komory, którą fabrycznie zapewnia pojemność zgodna z jej napełnieniem, co oznaczone jest skala znajdującą się na korpusie strzykawki.

Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) poprawia treść załącznika do Umowy do zadania nr 13, w poz. 1 na: „Strzykawka SP do przepłukiwań, napełniona fabrycznie izotonicznym roztworem 0,9% Natrium chloratum, o pojemności 3ml–posiada gwintowe przedłużenie zamykające wejście do strzykawki LUER LOCK, zapobiegające przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminuje zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks) Po podaży tłok chowa się całkowicie w cylindrze strzykawki. 1 opakowanie zawiera 30 sztuk.”.

W załączeniu zmodyfikowany: załącznik do Umowy do zadania nr 13.

DYREKTOR
Edward Puchała