

Poznań, dnia 14.07.2021
EZ/350/25/2020/450

Wg rozdzielnika - do wszystkich uczestników i zainteresowanych
Dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu medycznego niesterylnego- tryb podstawowy
25/2021

Wielkopolskie Centrum Onkologii udziela odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiotowym postępowaniu:

PYTANIE

dot. pakietu nr 6 - Czy Zamawiający dopuści wielodostępowy kocyk grzewczy o wymiarach 210 cm x 120 cm z 1 portem do podłączenia przewodu grzewczego (bez dodatkowych folii) mocowany za pomocą rozciągliwej taśmy Velcro zapewniającej szczelne połączenie?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, z zachowaniem pozostałych nie opisanych parametrów.

PYTANIE

Dot. pakietu nr 6 - Czy Zamawiający dopuści wielodostępowy kocyk grzewczy który na podstawie oświadczenia producenta może być stosowany z systemem Bair Hugger (instrukcja obsługi urządzenia Bair Hugger nie wyklucza możliwości stosowania innych produktów)?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem, iż w/w kocyk będzie spełniał pozostałe warunki oraz będzie kompatybilny ze wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego urządzeniami.

PYTANIE

3 dot. pakietu nr 6 – Prosimy o doprecyzowanie terminu ważności produktu, ponieważ z naszej wiedzy wynika, że nie ma na rynku kocyków ważnych bezterminowo?

ODPOWIEDŹ

Termin ważności dostarczonego przez Dostawcę produktu nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

PYTANIE

4 dot. pakietu nr 6 – Czy Zamawiający dopuści wielodostępowy kocyk grzewczy z 2 paskami przylepnymi do mocowania w zestawie, ale niezintegrowanymi z kocykiem?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający w odp. Na pyt. powyżej dopuścił już system Velcro.

PYTANIE

dot. pakietu nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kocyk grzewczy bez instrukcji w języku polskim?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, na podstawie Art. 14, poz. 2 Ustawy o wyrobach medycznych (z dn. 20 maja 2010r, Dz. U. 2010, Nr107, poz. 679), ale pod warunkiem instrukcji w języku angielskim oraz oznakowania wyrażonego za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów (art. 14 poz. 1 w/w ustawy)

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszevska