

Kraków dnia 28.04.2023r.

OBOWIAZUJACE WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II

Znak sprawy: MCN.5.261.15.2023

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”, Zamawiający - Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, zawiadamia, że w prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1 ustawy) postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę narzędzi do przestrzeni laboratoryjnej i warsztatowej w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon**, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej.

Pytanie nr 1.

Dotyczy Zadanie 5 pozycja IX. Prosimy o doprecyzowanie specyfikacji nożyc – a dokładniej wymaganej możliwości cięcia stali zimnowalcowanej co najmniej 7mm. Czy Zamawiający miał na myśli możliwość cięcia stali zimnowalcowanej co najmniej 0,7mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania nożyc z możliwością cięcia stali zimnowalcowanej co najmniej 0,7 mm.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ, a Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia wprowadzonej zmiany w treści ofert pod rygorem odrzucenia oferty.

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 286 ust. 1 ustawy, Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:

W Załączniku nr 5.5 do SWZ w poz. IX: pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Możliwość cięcia:
 - dla stali zimnowalcowanej co najmniej 0,7mm
 - dla miedzi co najmniej 0,9mm
 - dla stali twardej (HRC35) co najmniej 0,6mm
 - dla stali nierdzewnej co najmniej 0,4mm