

Ostrów Wielkopolski, dnia 05.08.2020 r.

**Otrzymują:**

- [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_osw](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw)
- Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemicznych, immunochemicznych, gazometrycznych oraz systemu LSI.

**Znak sprawy:** FDZP.226.21.2020

W związku z zadanymi do niniejszego postępowania zapytaniami, Zamawiający udzielił na nie następujących odpowiedzi:

### **ZESTAW PYTAŃ 1**

**W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi przez Zamawiającego z dnia 31 lipca prosimy o wyrażenie zgody:**

1. Pytanie nr 7 - na zaoferowanie analizatora głównego który nie posiada funkcji zagęszczania próbek.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

2. Pytanie nr 12 - na zaoferowanie testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksyloowanych D2 + D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi oznaczania Vit D.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

3. Pytanie nr 15 - na zaoferowanie analizatora głównego wyposażonego w jednorazowe końcówki dozujące materiał i specjalny system mycia igły odczynnikowej zapobiegający całkowicie ryzyku kontaminacji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Z poważaniem**

**Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wlkp.  
Dariusz Bierła**