

Węgrów, dnia 24.06.2024 r.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę próbek i drobnego sprzętu laboratoryjnego, Znak: Z/LP/14/24

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, iż wpłynęły następujące pytania od Wykonawców:

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu wykonanie zamówienia za pomocą produktów równoważnych? W większości pakietów, wymagane parametry są dostarczane przez ograniczoną liczbę dystrybutorów, którzy, korzystając z monopolistycznej pozycji, oferują je po zawyżonych cenach. Takie warunki są niezgodne z zasadami równego traktowania i zarządzania środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane są Deklaracje Zgodności tylko dla pakiet nr 3.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza iż Deklaracje Zgodności są wymagane w zakresie pakietu 3

Dotyczy Załącznika nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej – Formularz cenowy

Pakiet 3

Prosimy o podzielenie pakietu na nr 3a pozycje od 1 do 4 i nr 3b pozycje 5-7.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu 3

Poz. 2, 3

Prosimy o dopuszczenie wymazówek w próbkach z podłożem w zbiorczych pudełkach kartonowych z dozownikiem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wymazówek w probówkach z podłożem w zbiorczych pudełkach kartonowych z dozownikiem

Poz. 5

Czy w opisie Załącznika nr 2 (Formularz cenowy), nie doszło do omyłki pisarskiej dot. wymiarów próbówki i zamiast podanych wymiarów 1x80mm wymiary próbówki powinny wynosić odpowiednio 12x80 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż we wskazanej pozycji doszło do omyłki pisarskiej. Prawidłowy wymiar próbówki wynosi 12x80 mm

Pakiet 4

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści probówkę o objętości 1,5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza probówkę o objętości 1,5 ml

Poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do OB wykonanych z wysokiej jakości szkła, gwarantującego większą stabilność odczytnika i dłuższy okres przydatności nawet do 24 miesięcy od daty produkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek do OB wykonanych z wysokiej jakości szkła

Poz.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek systemu zamkniętego do pomiaru OB. STERYLNYCH A, które nie są finalnie stylizowane, a sterylność uzyskuje się poprzez wykonanie wyrobu sterylnego w warunkach aseptycznych z uprzednio wysterylizowanych jego elementów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga próbek sterylizowanych finalnie. Z wiedzy zamawiającego wynika, iż większość firm oferujących próbki systemu zamkniętego spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie sterylności.

Poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do pomiaru OB. wykonanych z wysokiej jakości szkła hartowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek do pomiaru OB. wykonanych z wysokiej jakości szkła hartowanego

Poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły motylkowej z miękkim wężykiem o długości 18 cm, co pozwoli personelowi pobierającemu na wygodniejsze i bezpieczniejsze manewrowanie uchwytami i probówkami podczas pobierania krwi oraz umożliwi łatwiejszy pobór krwi do butelek na posiew mikrobiologiczny z uwzględnieniem parametru, że butelka musi stać na poziomej stabilnej powierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu

Poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł systemowych bezpiecznych motylkowych z wężykiem o długości 19 cm, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu

poz. 12 i 13

Czy Zamawiający ze względu na kompatybilność systemu oraz bezpieczeństwo pracy wymaga, aby na każdym uchwycie znajdowało się logo producenta i/lub nazwa systemu i / lub nazwa producenta ?

Uzasadnienie:

Umieszczenie logo producenta i/lub nazwa systemu i / lub nazwa producenta na uchwytach powoduje, iż mamy pewność co do użycia igły systemowej od tego samego producenta co uchwyty, użycie uchwytów od innego producenta wraz z igłami od innego producenta może spowodować, że nie będą kompatybilne

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wymaga , aby na każdym uchwycie znajdowało się logo producenta i/lub nazwa systemu i / lub nazwa producenta

Pakiet 5

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek do OB o objętości pobrania 2 ml, co nie ma znaczenia dla jakości pobranej próbki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie próbek do OB o objętości pobrania 2 ml

Dotyczy Załącznika nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej – Projekt umowy

§3 ust. 1

Prosimy o rezygnację z telefonicznego składania zamówień, gdyż może prowadzić do nieporozumień między stronami i niepoprawnościach w realizacji umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z telefonicznego składania zamówień

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 – Formularz cenowy oraz Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Podpisał:

Dyrektor SPZOZ W Węgrowie

Lek. med. Artur Skóra