

**Wszyscy Wykonawcy
/ Platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-6/23 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę z wniesieniem i instalacją wyposażenia Szpitala oraz systemu monitorowania pacjenta wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK).**

W nawiązaniu do pisma DZP-133/23 z dnia 10.03.2023 r. opublikowanego na stronie postępowania (<https://platformazakupowa.pl/pn/ump>) w dniu 13.03.2023 r. Zamawiający informuje o omyłkowo wpisanej odpowiedzi na pytanie o nr 132, jednocześnie udziela poprawnej odpowiedzi na ww. pytanie:

Dotyczy Pakiet 2. B. Aparaty do znieczulenia wraz z kardiomonitoremami i komputerami medycznymi dla sal operacyjnych – 6 sztuk nowych oraz doposażenie 5 sztuk posiadanych przez Zamawiającego

Pytanie 132

Dotyczy Pkt 170:

Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby uchwyty te wyposażone były także w półkę pod klawiaturę i myszkę i czy Zamawiający będzie także wymagał aby myszka i klawiatura były także na wyposażeniu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby wraz z komputerem medycznym na uchwycie z półką dostarczona była myszka i klawiatura.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Opracował:
Wojciech Cyż
Tel. 61 854 62 35
email:w.cyz@ump.edu.pl



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny