



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 22.03.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 5/2024

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 27

1. Zadanie 1 pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'12 szt. z przeliczeniem podanych ilości, z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Zadanie 1 pozycja 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'6 szt. z przeliczeniem podanych ilości, z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Zadanie 3 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100mb z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Zadanie 3, poz. 19-20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w kształcie fasolki wykonanych z gazy 17-nitkowej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Zadanie 3, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w rozmiarze 9,5x9,5cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

6. Zadanie 3, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w rozmiarze 15x15cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

7. Zadanie 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'25 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

8. Zadanie 13, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki z jednym wskaźnikiem wilgotności?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Zadanie 13, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki z jednym ściągaczem taliowym, z tyłu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

10. Zadanie 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z włókniny 2-warstwowej PP+PE o gramaturze 60g/m², chłonność 600%, wytrzymałość na rozdieranie wzdłużne 69,7N, poprzeczne 45,6N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 109kPa na mokro 99,4kPa, odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O?

Odp. Zgodnie z SWZ.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

11. Zadanie 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 90cm x 75cm z przylepcem na dłuższym boku?

Odp. Zgodnie z SWZ.

12. Zadanie 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki niebieskie plastikowe z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

13. Zadanie 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z włókniny 2-warstwowej PP+PE o gramaturze 60g/m², chłonność 600%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 69,7N, poprzeczne 45,6N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 109kPa na mokro 99,4kPa, odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O?

Odp. Zgodnie z SWZ.

14. Zadanie 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem 150cm x 180cm (zamiast 180x170cm) ?

Odp. Zgodnie z SWZ.

15. Zadanie 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem 180cm x 180cm (180x170cm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

16. Zadanie 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę 90cm x 75cm z przylepcem na dłuższym boku?

Odp. Zgodnie z SWZ.

17. Zadanie 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetki do rąk w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

18. Zadanie 16, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z włókniny 2-warstwowej PP+PE o gramaturze 60g/m², chłonność 600%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 69,7N, poprzeczne 45,6N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 109kPa na mokro 99,4kPa, odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O?

Odp. Zgodnie z SWZ.

19. Zadanie 16, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z włókniny 2-warstwowej PP+PE o gramaturze 60g/m², chłonność 600%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 69,7N, poprzeczne 45,6N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 109kPa na mokro 99,4kPa, odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O?

Odp. Zgodnie z SWZ.

20. Zadanie 16, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pościel zawierające: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

21. Zadanie 16, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z materiału SMS o gramaturze 33g?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

22. Zadanie 16, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści spodenki o gramaturze 40g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

23. Zadanie 17, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za podkład o długości 80m z przeliczeniem podanych ilości i zaokrągleniem do pełnych rolek?



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

24. Zadanie 17, poz. 4, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

25. Zadanie 17, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści włókninowej obuwie ochronne?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

26. Zadanie 46, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wosk kostny zawierające mieszaninę wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

27. Zadanie 7, pozycja 10

Czy Zamawiający kaniule wykonane z PUR?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

28. Zadanie 7, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2ml z rozszerzeniem do 2,2ml?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

29. Zadanie 7, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 5ml z rozszerzeniem do 5,5ml?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

30. Zadanie 7, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 10ml z rozszerzeniem do 11ml?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

31. Zadanie 7, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml z rozszerzeniem do 22ml?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

32. Zadanie 7, pozycja 11-14

prosimy o określenie ilości sztuk w opakowaniu

Odp. Zamawiający oczekuje opakowania wielkości 100 sztuk.

33. Zadanie 7, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

34. Zadanie 7, pozycja 15, 16

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

35. Zadanie 7, pozycja 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

36. Zadanie 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

37. Zadanie 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

38. Zadanie 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści papier EKG 104x40 z nadrukiem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

39. Zadanie 19, pozycja 2, 5

Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych, które gwarantują najwyższą jakość wydruku?

Odp. Zgodnie z SWZ.

40. Zadanie 19, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier o wym. 57x30?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

41. Zadanie 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 26Gx120mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

42. Zadanie 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igły z igłą prowadzącą 20G?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

43. Zadanie 20, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści igły typu Tuochy 18Gx90mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

44. Zadanie 20, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłą typu Tuochy 18Gx90mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

45. Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe 105cm z 3 znacznikami głębokości na 50, 60 i 70cm od końca dystalnego, pakowane w opakowania papier-folia?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

46. Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z czterema otworami bocznymi oraz lekko zaokrąglonym końcem dystalnym?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

47. Zadanie 23, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

48. Zadanie 28, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

49. Zadanie 28, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści golarzkę z ostrzem ze stali nierdzewnej pokrytej chromem, rozmiar 6,5x 4,5cm oraz z uchwytem wykonanym z polietylenu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

50. Zadanie 28, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

51. Zadanie 28, poz. 4, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający w poz. 4 dopuszcza podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Zamawiający w poz. 5 dopuszcza podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, lub podanie ceny jednostkowej za opakowanie z podaniem ilości sztuk w opakowaniu.

52. Zadanie 28, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań – 22 opak?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

53. Zadanie 28, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

54. Zadanie 28, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

55. Zadanie 28, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości oraz zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

56. Zadanie 28, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

57. Zadanie 28, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści pojemniki bez etykiety do opisu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

58. Zadanie 28, poz. 13

Czy Zamawiający może doprecyzować ile sztuk powinno znajdować się w opakowaniu?

Odp. Zamawiający oczekuje opakowania a. 200 sztuk.

59. Zadanie 28, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

60. Zadanie 28, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

61. Zadanie 28, poz. 17-18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

62. Zadanie 28, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści szpatułki drewniane sterylne?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

63. Zadanie 28, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

64. Zadanie 28, poz. 20

Czy Zamawiający worki o parametrach: wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii LDPE w kolorze niebieskim lub czerwonym, umożliwiającej obserwację wydzielin

- szeroki wlot worka zabezpieczony polipropylenowym kołnierzem
- obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią
- kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczerp”
- pojemność całkowita worka: 2000 ml
- dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu
- kierunek odczytu skali dla małych objętości oznaczony grotem
- nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- niesterylny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

65. Zadanie 28, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści worki bez zastawki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

66. Zadanie 28, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

67. Zadanie 28, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści wzierniki pakowane po a'100 szt. w rękaw foliowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

68. Zadanie 28, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści wzierniki pakowane po a'34 szt. w rękaw foliowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

69. Zadanie 28, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści wzierniki w rozm. 4,25mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

70. Zadanie 28, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści wzierniki niesterylne?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

71. Zadanie 28, poz. 24, 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

72. Zadanie 28, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o długości 205mm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

73. Zadanie 30, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'1000szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsc po przecinku lub podanie ceny jednostkowej za opakowanie z podaniem ilości sztuk w opakowaniu.

74. Zadanie 30, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe w rozmiarze 24x32mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

75. Zadanie 41, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści butelki typu Redon 200ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

76. Zadanie 42, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odp. Zgodnie z SWZ.

77. Zadanie 42, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

Odp. Zgodnie z SWZ.

78. Zadanie 42, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odp. Zgodnie z SWZ.

79. Zadanie 42, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwą producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odp. Zgodnie z SWZ.

80. Zadanie 42, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą z medycznego PCV o długości min. 55mm w części przezroczystej, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej?

Odp. Zgodnie z SWZ.

81. Zadanie 42, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przyrządy o objętości wypełnienia drenu 17,92ml?

Odp. Zgodnie z SWZ.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

82. Zadanie 42, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przyrządy o większej objętości wypełnienia drenu co sprzyja większej prędkości infuzji?

Odp. Zgodnie z SWZ.

83. Zadanie 42, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez opaski lub gumki stabilizującej zapakowane w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się w opakowaniu?

Odp. Zgodnie z SWZ.

84. Zadanie 42, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez dodatkowego portu?

Odp. Zgodnie z SWZ.

85. Zadanie 42, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą z medycznego PCV, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

86. Zadanie 42, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z pojemnością komory kroplowej 21ml?

Odp. Zgodnie z SWZ.

87. Zadanie 42, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o długości 150cm lub 200cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

88. Zadanie 42, pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

KOMENDANT

Płk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/ 810 59 82