

Szp/ZP-1771/34 /2022

Wrocław, dnia 25.07.2022 r.

## INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa myjni dezynfektorów*”

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga powyższego.*

### Pytanie nr 2

§2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 10 tygodni od daty zawarcia umowy?

Z uwagi na obecną sytuację na rynku i w związku z tym wystąpieniem zakłóceń w łańcuchu dostaw, urządzenia są zamawiane u producenta pod konkretne postępowanie i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej nie pozwala na tak szybką realizację dostawy.

**Odpowiedź:** *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.*

### Pytanie nr 3

§3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi sprzętu medycznego w dniu dostawy? Często Wykonawca dostarczając towar dokonuje jego montażu przez kwalifikowany zespół serwisantów, który może od razu przeprowadzić szkolenie personelu, a po dostawie, montażu i szkoleniu personelu sprzęt może być już użytkowany przez Zamawiającego. Brak szkolenia i potwierdzenie tego protokołem szkolenia powoduje, że formalnie sprzęt nadal nie może być używany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Ustalenie terminu szkolenia dla personelu poszczególnych oddziałów odbędzie się bezpośrednio po montażu.*

### Pytanie nr 4

§7 ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 Prosimy o zmianę zapisów tak, aby pozwalały na usunięcie wady lub wymianę wadliwego elementu w zamian za wymianę sprzętu medycznego na nowy. Urządzenia tego typu składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

### Pytanie nr 5

§10 ust. 1 pkt 2,3,4 Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,5% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zamiast parametrów wymaganych w postępowaniu na zaoferowanie urządzenia o poniższych parametrach:

Profesjonalne rozwiązanie do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich jak: baseny, kaczki, miski, butle drenażowe itp. Urządzenia, dzięki zastosowaniu wysokociśnieniowego systemu mycia pozwalają na zredukowanie zużycia środków chemicznych do minimum, zapewniając skuteczne czyszczenie. Proces mycia i dezynfekcji termicznej (wraz z automatycznym opróżnianiem wsadu wewnątrz komory) następuje w czasie zaledwie kilku minut, jest kontrolowany elektronicznie. Informacje o stanie cyklu są widoczne na wyświetlaczu LCD. Łatwy w obsłudze panel sterujący, pozwala na szybki wybór programu. Komora mycia wyposażona w bezobsługową, samodezynfekującą się i w 100% paroszczelną uszczelkę labiryntową drzwi. Dodatkowo posiada izolację termiczną i akustyczną. Zewnętrzna obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Myjnie dostępne w wersjach: wiszącej i wolnostojącej.

Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne (S x G x W): 500 x 450 x 1775 mm
- odpływ do kanalizacji: DN 100 mm z wbudowanym syfonem odpływowym
- zasilanie elektryczne: moc: 400V, 3 P+N+E, 50 Hz, 4,5 kW
- CW - zimna woda: 3/4", HW - ciepła woda: 3/4"
- dezynfekcja termiczna: regulowana do A0-300, 600, 3000
- system dysz myjących: 7 + 5 obrotowych
- komora (materiał): głęboko tłoczona stal kwasoodporna AISI 316 (wg PN EN 1.4401)
- możliwość jednoczesnego mycia jednego basenu z pokrywą + jedna kaczka lub trzech kaczek
- objętość komory: 90l
- 3 standardowe programy mycia
- optyczna informacja o usterkach
- uszczelka drzwiowa labiryntowa bezobsługowa wykonana ze stali kwasoodpornej, całkowicie paroszczelna
- wyświetlacz LCD z czytelnym tekstem i wskaźnikiem postępu programu
- konstrukcja urządzenia umożliwiająca utrzymanie higieny na najwyższym poziomie?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z*

*uwzględnieniem powyższego.*

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

mgr. Małgorzata Wojciechowska

REFERENT  
ds. Zamówień Publicznych

Magdalena Benda

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca Dyrektora  
ds. Finansów i Administracji

mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska