

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 20.03.2024 r.

**Sprawa ZP/13/2024**

**Wszyscy zainteresowani**

**Dotyczy:** postępowania w trybie podstawowym na „*Zakup, dostawa i instalacja aparatów medycznych na wyposażenie poradni Kardiologicznej i pracowni Endoskopowej*” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00245517/01 z dnia 14.03.2024 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

**Dot. pakiet 2 videoduodenoskop**

**Pytanie 1. pkt. 1,2**

Czy Zamawiający dopuści videoduodenoskop o kącie obserwacji 100 stopni przy retro 5 stopni?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2. pkt. 7**

Czy Zamawiający dopuści videoduodenoskop kompatybilny tylko z procesorem EPX-3500?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY  
Dariusz Tumiec