

Specyfikacja techniczna dotycząca alkomatu przeznaczonego do użytku publicznego.

Alkomat AL 4000 Steel – 7 sztuk

- Metalowa obudowa
- Metoda uruchamiania : za pomocą przycisku
- Wbudowany mikrokomputer pomiarowy
- Zasilanie : sieciowe, zasilacz 12V (w zestawie)
- Możliwość kalibracji
- Wymiary produktu: 412*258*110 mm
- Zakres pomiaru: 0.00-5.00%
- Wymienny sensor
- Waga netto: 5,85 kg
- Metoda pomiaru : promile(‰)
- Dokładność wyniku : +/- 0.01(‰)(setne części)
- Błąd pomiaru: +/- 0.05% BAC przy 1.0(‰) BAC
- Wymaga ustnika: tak
- Przygotowanie do pomiaru: 15 sekund
- Czas poboru próbki: około 3 sekundy
- Sensor:elektrochemiczny
- Wyświetlacz: 4 cyfrowy LCD z podświetleniem

W skład zawartości powinien wchodzić :

- Skalibrowany i gotowy do użycia alkomat AL-4000
- Zasilacz sieciowy do w/w alkomatu
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Min. 100 sztuk ustników jednorazowych (słomek)