

Zadanie 10 Dostawa miernika grubości powłok lakierniczych MG-405 Elmetron

<b>Miernik grubości powłok lakierniczych (grubościomierz) MG-405 Elmetron – 1 szt.</b>	
<b>Minimalne wymagane parametry</b>	
<b>Obudowa</b>	Wodoszczelna, IP min. 65
<b>Wyświetlacz</b>	Podświetlany z regulacją jasności
<b>Metoda pomiaru</b>	Miernik powinien wykonywać pomiary grubości powłoki lakierniczej zarówno na podłożach magnetycznych jak i niemagnetycznych
<b>Sposób wykrywania podłoża</b>	<b>Automatyczny</b>
<b>Jednostka pomiaru</b>	µm
<b>Minimalna powierzchnia umożliwiająca pomiar</b>	1 cm <sup>2</sup>
<b>Pamięć wewnętrzna</b>	TAK
<b>Możliwość połączenia z PC</b>	TAK
<b>Zasilanie</b>	baterie, akumulator
<b>Płytki kalibracyjne</b>	TAK
<b>Skład zestawu</b>	Miernik wraz z fabrycznymi akcesoriami i oprogramowaniem,
<b>Gwarancja</b>	24 miesiące