



Braniewo, dnia 09.09.2024 r.

Znak sprawy: PCM/ZP 05/I/2024

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 P. z. p.) na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych, materiałów do endoskopii oraz niektórych materiałów wielokrotnego użytku

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE I

Zadanie 19: Elektrody neutralne jednorazowe dla dzieci i dorosłych
Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej dla dorosłych i dzieci, dzielonej REM, hydrożelowej, rozmiar 150x120 mm, powierzchnia całkowita 153 cm², powierzchnia przewodząca 104 cm², złącze szer. 23 mm x dł. 22 mm, na podkładzie z pianki o grubości 1,1, z hydrożelem o grubości 0,635 mm impedancja <50 Ohm w zakresie częstotliwości od 200 kHz do 5Mhz, max. wzrost temp. < 6°C, pakowane w saszetkach po 5 szt., op. zbiorcze =100 szt.(20 saszetek po 5 szt.)
Wykonana zgodnie z normami IEC 60601-1:1995, IEC 60601-2-2:2006
Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych po 100 szt. z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 5 opakowań, oraz zmianę ilości opakowań na formularzu asortymentowym

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, dopuszczamy

ZAPYTANIE II

PYTANIE 1 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7L, owalny 100x55 mm, wysokość 120 mm i otwór wrzutowy 37 mm?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

PYTANIE 2 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły w kształcie wiaderka (rozszerzający się ku górze), o pojemności 1,0L, wysokość: 125 mm, średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 102 mm reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

PYTANIE 3 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły, pojemność 2,0L, wysokość: 230 mm, średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 105 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

PYTANIE 4 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły, pojemność 3,5-4,0L, wysokość: 155 mm, średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 200 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

PYTANIE 5 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 1000 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

PYTANIE 6 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 2000 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

PYTANIE 7 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 30 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

PYTANIE 8 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny o pojemności 60 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

PYTANIE 9 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły, pojemność 5,0L, wysokość: 210 mm, średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 195 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ? Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 10 – dotyczy zadania nr 10, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków jednorazowych w opakowaniu a'75? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 11 – dotyczy zadania nr 20, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze uniwersalnym reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

PYTANIE 12 – dotyczy zadania nr 9, pozycja 1-4, 12

Z uwagi, że wszystkie dostępne na rynku pojemniki na odpady medyczne nie podlegają rejestracji jako wyrób medyczny na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 974), prosimy Zamawiającego, o dopuszczenie dla zadania nr 9, pozycje 1, 2, 3, 4 oraz 12 pojemników nie zarejestrowanych jako wyrób medyczny, nie posiadających znaku CE i deklaracji zgodności oraz o stawce VAT w wysokości 23%.

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie](#)

ZAPYTANIE III

Czy zamawiający dopuści zadanie nr 15 poz. nr 3 kleszczyki do biopsji jednorazowe 1,8x1200.

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie](#)

ZAPYTANIE IV

Pytanie do pakietu 19, poz. 1

Czy zamawiający dopuści Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm², wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

ZAPYTANIE V

1. Czy Zamawiający w pakiecie 21, poz. 1 dopuści nakłuwacze; igła, głębokość nakłucia 2.4mm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

2. Czy Zamawiający w pakiecie 21 w poz 4 dopuszcza kapilary o pojemności 98ul?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

3. Czy Zamawiający w pakiecie 21 w poz 10 dopuszcza probówki o wymiarach 12x86? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

ZAPYTANIE VI

Dotyczy zadania 22 pozycji 8

1. Czy Zamawiający wymaga zaferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dotyczy zadania 22 pozycji 10

2. Informujemy, iż obecnie dostarczana Państwu w ramach ostatniej umowy probówka z PS 5ml 12x92 ze znacznikiem sterylna została wycofana z produkcji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek z PS o wymiarach 12x75 mm o pojemności użytkowej 4 ml, sterylnych, z korkiem, z podziałką 1ml i 2 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dotyczy zadania 22 pozycji 10

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek z PS o wymiarach 12x75 mm o pojemności użytkowej 4 ml, sterylnych, z korkiem, bez podziałki?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dotyczy zadania 22 pozycji 15

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemników o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej do 140 ml?
5. **Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy**

SIWZ:

6. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów (tam, gdzie jednostką miary jest sztuka) z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pakietach nr 21, 22?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Projekt umowy:

7. Dotyczy § 1 ust. 2.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu, na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury,

koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z SWZ

ZAPYTANIE VII

Zadanie 2 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie strzykawk 20 ml pakowanych w opakowania 50 szt. z możliwością przeliczenia ilości. ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 2 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie strzykawk 50ml pakowanych po 50szt ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 2 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie strzykawk 50ml z rozszerzeniem do 60ml ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 2 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie strzykawk 100ml pakowanych w opakowania 25szt .

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 2 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie mini spikiem z filtrem 0,2 µm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści FARTUCH MEDYCZNY WZMOCNIONY

- Przeznaczony dla personelu medycznego do podstawowych zastosowań w sytuacjach klinicznych. Wzmocniony z przodu oraz na ramionach. Tył z PP oddychający, Niejałowy- rękawy zakończone mankietem dobrze opinającym nadgarstek, Gramatura 19G/M2 PP + 13G/M2 PE (LAMINAT)

Dostępność rozmiarów UNIWERSALNY. Kolor niebieski

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pakiet 20, poz. 2

1. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, **Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?**

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, kategoria I

2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, **prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?**

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

3. Jeżeli Zamawiający **nie** oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to **czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?**

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

4. Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

[Odpowiedź Zamawiającego: Pielęgniarki, personel pomocniczy, kuchnia, sprzątający](#)

ZAPYTANIE VIII

Dot. zad. 21 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na kuwety 2,0 ml?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Dot. zad. 21 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na kuwety 4,0 ml?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Dot. zad. 21 poz. 3

Jeśli zamawiający nie zgadza się na powyższe, czy dopuści kuwety 4,5ml cztery ściany przejrzyste (optycznie gładkie)?

[Odpowiedź Zamawiającego: jak wyżej](#)

Dot. zad. 21 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na kapilary 98ul o wymiarach wskazanych w SWZ?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Dot. zad. 21 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści opakowania po 1000 szt.?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Dot. zad. 21 poz. 10

Czy Zamawiający zgodzi się na probówki PS z korkiem, 12/75 mm o poj. 4ml bez podziałki, sterylne?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Dot. zad. 21 poz. 11

Czy Zamawiający zgodzi się na probówki stożkowe 16/100 mm o poj. 10ml?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Dot. zad. 21 poz. 17

Czy Zamawiający ma na myśli naczynka typu Technicon? Jeśli inne- prosimy o podanie rodzaju.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Dot. zad. 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe, gładkie, ze szlifowanymi krawędziami 75x25, grubość 2 mm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

ZAPYTANIE IX

Pakiet 1

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści igłę motylkową w rozmiarze 0,7 x 19mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 25G, 26G, 27G ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 24G, 25G ,26G, 27G, 29G?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pakiet 5

Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści żel w ampułkostrzykawce o pojemności 6ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści ampułkostrzykawki sterylizowane promieniami gamma?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze 27F dł. 50cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze 30F dł. 50 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pakiet 12

Poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści prześcieradła w rozmiarze +/- 10cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 3 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy w tej pozycji oczekuje samego kombinezonu czy zestawu th, gogle, kombinezon maska itd.?

Odpowiedź Zamawiającego: kombinezon + buty ochronne

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o długości rolki 46m?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 8 i 9 Czy Zamawiający oczekuje serwety z samej włókniny czy z laminatu włóknina+ folia?

Odpowiedź Zamawiającego: Tylko włóknina

Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75cm x 90cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 90x210?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 90x210?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 16 Czy Zamawiający oczekuje maski z zaworkiem czy bez zaworka?

Odpowiedź Zamawiającego: bez zaworka

Poz. 17 Czy Zamawiający oczekuje maski z zaworkiem czy bez zaworka?

Odpowiedź Zamawiającego: z zaworkiem

Poz. 18 Czy Zamawiający dopuści maski medyczne op. a'50 z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Poz. 19 Czy Zamawiający oczekuje maski z zaworkiem czy bez zaworka?

Odpowiedź Zamawiającego: bez zaworka

Poz. 19 Czy Zamawiający dopuści maskę ochronną w klasie europejskiej (FFP2 lub FFP3)? Klasa N95 jest klasą amerykańską, a nie europejską.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

ZAPYTANIE X

Zadanie 7, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 10, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 12, poz. 7

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 rolkę?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 12, poz. 1-3,5-7,10-11,14-15,18

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,5-7,10-11,14-15,18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie co znajdzie odzwierciedlenie w modyfikacji swz, polegającej na wydzieleniu z zadania 12 poz. 1-3, 5-7, 10-11, 14-15, 18 i utworzeniu z tych pozycji zadania 12A. Odpowiednio zmodyfikowane dokumenty tych zmian można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego

Zadanie 20, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

o Mankiet 5 cm

o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 20, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wymiar S-XXL?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

ZAPYTANIE XI

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 13, pozycję nr 1 Papier do defibrylatora ZOLL series M 90 x 90 z nadrukiem (składanka) oraz pozycję nr 3 Papier x-series EKG 1,061 80mmx25m do oddzielnego zadania ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie co znajdzie odzwierciedlenie w modyfikacji swz, polegającej na wydzieleniu z zadania 13 poz. 1 , 3, i utworzeniu z tych pozycji zadania 13A. Odpowiednio zmodyfikowane dokumenty tych zmian można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego

ZAPYTANIE XII

Pytanie 1 dotyczy zadania nr 19 - Elektrody neutralne jednorazowe

Czy Zamawiający dopuści elektrodę, neutralną, jednorazową, dzieloną, uniwersalną dla dorosłych i dla dzieci, hydrożelową, o wymiarach 163,5 mm x 117 mm, o powierzchni przewodzenia 105 cm², 50szt w 1 opakowaniu lub 100szt w 1 opakowaniu ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

ZAPYTANIE XIII

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x12mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x16mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę motylek w rozmiarze 22G 0,7 x 19 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł motylek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści igły w trzech rozmiarach 25G, 26G, 27G (bez 28G)?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści igłę 26Gx90mm zamiast 26Gx120mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający odstąpi od rozm. 28G?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści igłę 24G bez przewodnicy?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igły 26G (0,45x90) zamiast 26G(0,45x88)?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igły 25G (0,5x90) zamiast 25G(0,5x88)?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igły 25G w zestawie z przewodnicą?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igły 27G w zestawie z przewodnicą?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej o następujących parametrach i składzie zestawu:

- Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwwrotną i odpływem, skalowany co 100ml
- Strzykawką o pojemności 60ml
- Igła Veressa długości 100mm, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką (15G)
- Dostępne w wersji manualnej (Toraset) ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenie odprowadzającym, lub w wersji automatycznej (Tormatic) wyposażonej w trójdrożny zawór przeciwwrotny na drenie odprowadzającym, zapobiegający cofaniu się płynów
- Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne - zewnętrzne papierfolia, wewnętrzne folia?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 2, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 2, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie pediatriczne bez portu górnego 26G o następujących parametrach

- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka mocujące, bez portu górnego Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardey blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru



Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 3, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 3, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 6, pozycja 3

Czy zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągnąca jest poprzez proces sterylizacji (np. tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren do tlenu w 2 długościach 2100mm oraz 7620mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową innego producenta o następujących parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Przezroczysty, elastyczny mankiet uszczelniający o eliptycznym kształcie, zapewnia bezpieczną kontrolę oddechu



- Anatomicznie wyprofilowany korpus maski z oznaczeniem przedziału wagowego pacjenta, objętości mankietu, ciśnienia wypełnienia mankietu oraz rozmiaru
- Uniwersalny, przezroczysty łącznik 15 mm
- Przezroczysty balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru maski oraz maksymalnej objętości mankietu
- Barwione kolorystycznie zabezpieczenie zastawki
- Nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 6, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek za opakowanie a'144 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 6, pozycja 13-14

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o następujących parametrach:

- wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii LDPE w kolorze niebieskim lub czerwonym, umożliwiającej obserwację wydzieliny
- szeroki wlot worka zabezpieczony polipropylenowym kołnierzem
- obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią
- kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”
- pojemność całkowita worka: 2000 ml
- dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu
- kierunek odczytu skali dla małych objętości oznaczony grotem
- nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat?



Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik zewnętrzny o następujących parametrach:

- wykonany z 100% silikonu,

- skóra oddycha pod cewnikiem,
- elastyczny,
- hypoalergiczny,
- przezroczysty - możliwa kontrola skóry pod cewnikiem,
- najcieńszy na rynku, doskonale dopasowuje się do ciała, przez co idealnie przylega do skóry
- długość - 9,5 cm,
- dostępny w rozmiarach: 25mm, 29mm, 32mm, 36mm, 41mm
- od środka pokryty warstwą kleju, dzięki temu kapturek idealnie dopasowuje się do ciała, nie spada i nie przecieka, gwarantując ochronę przed zabrudzeniem,
- wygodny w zakładaniu, nie sprawia problemu nawet osobom z częściowo porażonymi kończynami górnymi,
- łączy się z każdym workiem do moczu



Odpowiedź Zamawiającego: Pytającemu chodził chyba o zadanie 5 , pozycja 4. Tak

Zadanie 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania od CH6 do CH20?

Odpowiedź Zamawiającego: Pytającemu chodził chyba o zadanie 5 , pozycja 5. Tak

Zadanie 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Pytającemu chodził chyba o zadanie 5 , pozycja 6. Tak

Zadanie 6, pozycja 9-10

Czy Zamawiający wydzieli lub usunie ww. pozycje do osobnego zadania? Zwiększy to konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego: Pytającemu chodził chyba o zadanie 5 , pozycja 9-10. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie co znajdzie odzwierciedlenie w modyfikacji swz, polegającej na wydzieleniu z zadania 5 poz. 9-10, i utworzeniu z tych pozycji zadania 5A. Odpowiednio zmodyfikowane dokumenty tych zmian można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego

Zadanie 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści żel w formie ampułkostrzykawki o pojemności 6ml, sterylizowany promieniami gamma?

Odpowiedź Zamawiającego: Pytającemu chodził chyba o zadanie 5 , pozycja 11. Nie

Zadanie 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny 27F/50cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Pytającemu chodził chyba o zadanie 5 , pozycja 15. Tak

Zadanie 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny 30F/50cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Pytającemu chodził chyba o zadanie 5 , pozycja 15. Tak

Zadanie 6, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści butelkę Redon mikrobiologicznie czystą posiadającą Świadectwo Czystości Mikrobiologicznej?

Odpowiedź Zamawiającego: Pytającemu chodził chyba o zadanie 5 , pozycja 18. Nie

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) kłapką w opakowaniu z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczonego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 1000ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 2000ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników za opakowanie a'150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 70ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 9, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak


Zadanie nr 10, pozycja między 3 a 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę szyn na palec za opak. a'10 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym jak na załączonym zdjęciu?



Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do lewatywy za opak. a'100 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 10, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści stapler o średnicy zszywki 0,5 i 0,6mm, wymiary zszywki po założeniu odpowiednio: 5,9x3,9mm (szer/wys) 7,2x4,9mm (szer/wys)?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 10, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opakowanie a'50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 54mm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG 114x150x75?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru EKG za opakowanie a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kranik tródrożny posiadający wyłącznie optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem dostępną w rozmiarach od 3,0 do 10,0 (co 0,5)?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 14, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 14, pozycja 9-11

Czy zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągnana jest poprzez proces sterylizacji (np. tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 18, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie (komplet) a'2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w rozmiarach M, L, XL oraz XXL?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 20, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje fartucha wykonanego w włókniny typu SMS?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany w włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

ZAPYTANIE XIV

Zadanie nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik zewnętrzny w rozmiarach od 25mm do 41mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach Ch6-Ch20?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 5, pozycja 9, 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń ze strzykawką 5ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści żel do znieczulenia o pojemności 6ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści żel sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Zadanie nr 5, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr w rozmiarach Ch10-Ch18?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarach: Ch16 x 2,1m oraz Ch16 x 7,62m?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnej maski krtaniowej o parametrach:

Maska krtaniowa jednorazowego użytku wykonana z PCV, bez lateksu, posiadająca łukowaty kształt, rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, dren wbudowany w mankiet, rozmiar, zakres wagi i objętość mankieta oznaczone na tubusie maski, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii maski. Dostępne rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5. Kolorowe zabezpieczenie umożliwiające szybką identyfikację rozmiaru maski. Maski sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie nr 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500ml?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie nr 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego filtra o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: tak, gąbkowy
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowca: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie nr 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną w rozmiarach 2,5 – 10,0?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Zadanie nr 14, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG o średnicy 54mm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

ZAPYTANIE XV

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?
Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Parametry Techniczne:

3. Dotyczy pakiet 23, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo foliowy o wymiarach 250x60x100?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

4. Dotyczy pakiet 23, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo foliowy o wymiarach 350x80x100 lub 400x80x100?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

5. Dotyczy pakiet 23, pozycja 10-11: Czy Zamawiający dopuszcza opakowania zawierające 126 sztuk papieru?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że przedłużył termin składania ofert do 12.09.2024 r. godz. 10:00.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie strony internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/976112> w dniu 09.09.2024 r.