

pakiet 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Zestawy do punkcji żyły podobojczykowej przy wszczepianiu elektrod endokawitarnych - 2000 szt.

Producent/Firma:.

UWAGA: Oferent wypełniając rubryki trzeciej kolumny powinien wpisać w nie słowa „TAK” lub „NIE” bez podawania wartości liczbowych parametrów technicznych.

Parametry graniczne - odcinające stymulatora	Warunek graniczny	
zestaw składający się z rozszerzacza (dylatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu)	Tak	
średnica 6-9 Fr. w zależności od zapotrzebowania	Tak	
rozrywalna koszulka widoczna w rtg	Tak	
niski opór przy przechodzeniu przez tkanki	Tak	
Długość koszulki 13 cm +/- 1 cm	Tak	
Oferta powinna uwzględniać 100 koszulek o długości 20-23cm oraz 100 koszulek długości 30-33 cm	Tak	
Styk koszulka/dylator zamykany na gwint lub zatrzask – tak aby uniknąć rozdzielenia elementów podczas przechodzenia przez tkanki	Tak	
Igła 18G, 7-9 cm	Tak	
Strzykawka niskooporowa 10 ml	Tak	
Prowadnik ze stali nierdzewnej zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” z elementem prostującym ułatwiającym wprowadzenie do igły	Tak	
Do oferty należy dołączyć oferowany zestaw	Tak	

Depozyt - 50 sztuk