



Katowice, dnia 04.04.2024r.

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA:
Tel. (32) 259-12-00

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę IMPLANTÓW ORAZ AKCESORIÓW DO IMPLANTÓW, Nr sprawy: ZP-24-013UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 Dotyczy zał. nr 2 do SWZ, pakiet 2 pkt. 2 i 3

W przypadku oferowania procesorów jednomodułowych czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zasilania przy pomocy akumulatora? **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 2 Dotyczy zał. nr 2 do SWZ, pakiet 2 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie alternatywne tj. aplikację do zdalnego sterowania procesorem zamiast pilota?

Uzasadnienie:

Aplikacja daje tą samą możliwość sterowania procesorem oraz sprawdzenia statusu pracy, jak za pomocą pilota.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.