



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 11.06.2019r.

DZPZ-530-Zp/22/PN-20/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa Lamp bakteriobójczych z osprzętem, zastawek i pierścieni, jednorazowych czujników do pomiaru SpO₂, jednorazowych rękojeści staplera edoskopowego, akcesoriów do aparatu do hemofiltracji PRISMAFLEX, zestawów do nebulizacji, czujników tlenu, układów oddechowych i papierów rejestracyjnych.”

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Pakiet 3, poz. 1.2

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych, kalibrowanych analogowo, pracujących w technologii OxiMax, będących wysokiej klasy zamiennikami oryginalnych czujników.

Odp. Zamawiający dopuszcza czujniki mikrobiologicznie czyste, ale wymaga kalibracji również Cyfrowej

Pytanie 1. Pakiet 3, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze poniżej 3 i powyżej 30 kg.

Odp. Zamawiający dopuszcza czujniki o wadze poniżej 3 kg i powyżej 30 kg.

Pytanie 1. Pakiet 3, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 1 do 20 kg.

Odp. Zamawiający dopuszcza czujniki o wadze 1 do 20 kg.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stężka