



**Fundusze
Europejskie**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Pytania i odpowiedzi cz. 3

Pakiet 13 - pompy infuzyjne jednostrzykawkowe

Pkt 9 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesną pompę infuzyjną jednostrzykawkową z zakresem programowania prędkości infuzji co 0,1 ml/h:

- 1) dla strzykawk 5 ml: 0,01÷100 ml/h;
- 2) dla strzykawk 10 ml: 0,01÷300 ml/h;
- 3) dla strzykawk 20 ml: 0,01÷600 ml/h;
- 4) dla strzykawk 30 ml: 0,01÷900 ml/h;
- 5) dla strzykawk 50 ml: 0,01÷2000 ml/h.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pkt 15 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesną pompę infuzyjną jednostrzykawkową z zakresem programowania prędkości podaży bolusa co 0,1 ml/h:

- 1) dla strzykawk 5 ml: do 100 ml/h;
- 2) dla strzykawk 10 ml: do 300 ml/h;
- 3) dla strzykawk 20 ml: do 600 ml/h;
- 4) dla strzykawk 30 ml: do 900 ml/h;
- 5) dla strzykawk 50 ml: do 2000 ml/h.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pkt 33 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesną pompę infuzyjną jednostrzykawkową wyposażoną w port USB oraz moduł podczerwieni do komunikacji z siecią informatyczną ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pkt 34.3 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesną pompę infuzyjną jednostrzykawkową z zasilaniem z wbudowanego akumulatora przez 12 godz. przy prędkości przepływu nie mniejszym niż 5 ml/h ?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pkt 36 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesną pompę infuzyjną jednostrzykawkową z klasą ochrony: I, CF, odporność na defibrylację, i wyższym poziomem IP24 ?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pkt 38 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesną pompę infuzyjną jednostrzykawkową o wymiarach (szer x gł x wys): 394 x 90 x 123 mm ?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby pompa była wyposażona w kolorowy ekran LCD o przekątnej ekranu min. 4" ? Tylko taka wielkość ekranu zapewnia czytelność i łatwość obsługi.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet 12 - pompy infuzyjne dwustrzykawkowe

Pkt 10 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesną pompę infuzyjną dwustrzykawkową z zakresem programowania prędkości infuzji co 0,1 ml/h:

- 1) dla strzykawk 5 ml: 0,1÷100 ml/h;
- 2) dla strzykawk 10 ml: 0,1÷300 ml/h;
- 3) dla strzykawk 20 ml: 0,1÷600 ml/h;
- 4) dla strzykawk 30 ml: 0,1÷900 ml/h;
- 5) dla strzykawk 50 ml: 0,1÷2000 ml/h.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pkt 16 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesną pompę infuzyjną dwustrzykawkową z zakresem programowania prędkości podaży bolusa co 0,1 ml/h:

- 1) dla strzykawk 5 ml: do 100 ml/h;
- 2) dla strzykawk 10 ml: do 300 ml/h;
- 3) dla strzykawk 20 ml: do 600 ml/h;
- 4) dla strzykawk 30 ml: do 900 ml/h;
- 5) dla strzykawk 50 ml: do 2000 ml/h.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pkt 34 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesną pompę infuzyjną dwustrzykawkową do komunikacji z siecią informatyczną poprzez kabel USB ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pkt 35.3 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesną pompę infuzyjną jednostrzykawkową z zasilaniem z wbudowanego akumulatora przez 10 godz. przy prędkości przepływu nie mniejszym niż 5 ml/h ?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pkt 36 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesną pompę infuzyjną jednostrzykawkową wyposażoną w uchwyt, umożliwiający zamocowanie pompy na statywie, łóżku i szynie bez stacji dokującej ?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pkt 37 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesną pompę infuzyjną jednostrzykawkową z klasą ochrony: I, CF, odporność na defibrylację, i wyższym poziomem IP44 ?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pkt 38 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesną pompę infuzyjną jednostrzykawkową o wymiarach (szer x gł x wys): 230,5 x 189 x 129,5 mm ?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby pompa była wyposażona w kolorowy ekran LCD o przekątnej ekranu min. 4" ? Tylko taka wielkość ekranu zapewnia czytelność i łatwość obsługi.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale nie wymaga.