



**Fundusze  
Europejskie**

**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



## **Pytania i odpowiedzi cz. 10**

### **Dotyczy pakietu 5**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 5 , w szczególności: wózek aparaturowy LC z elementami typu: wysięgnik IV Pole, uchwyt butli Co2, pojemniki plastikowe, tubusy ochronne na optyki, , które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkwowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkwowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy w związku z tym, iż przedmiot zamówienia produkowany jest partiami, w celu zapewnienia gwarantowanego czasu dostawy i utrzymania ciągłości dostaw, Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wyrobów wyprodukowanych w III i IV kwartale 2022 oraz w roku 2023 (dotyczy pakietu nr 5)?

Odp. Nie, zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt był w roku 2023.

3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu usunięcia wady do 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 21 dni roboczych dla pakietu nr 5.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem otrzymania sprzętu zastępczego o co najmniej takiej samej jakości i wydajności i będzie miało co najmniej takie same parametry jak urządzenie zastępowane.

4. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji dostępności części zamiennych dla pakietu nr 5 do okresu 5 lat licząc od daty sprzedaży. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadość uczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja obejmuje tylko naprawy, które w wyniku ekspertyzy powstały, bez winy użytkownika, wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.

Odp. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstałe w winy użytkownika nie podlegają gwarancji.

6. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w naprawie gwarancyjnej w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o takiej samej funkcjonalności?

Odp. „Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych przez czas działania urządzenia zastępczego, o ile urządzenie zastępcze będzie co najmniej takiej samej jakości, wydajności i będzie miało co najmniej takie same parametry jak urządzenie zastępowane.”

Zamawiający wprowadza powyższy zapis.

7. Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży łączną maksymalną wysokość kar umownych do 20% wynagrodzenia brutto umowy? Obecna wysokość kar jest wygórowana i odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odp. Nie.

8. Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych (dot. projektu umowy §8 ust.1 pkt.1) z 50% do 20%?

Odp. Nie.

9. Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych (dot. projektu umowy §8 ust.1 pkt.2) z wysokości 0,5% do 0,2%?

Odp. Nie.

10. Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę aby kary zapisane we wzorze umowy (dot. projektu umowy §8 ust.1 pkt.2) naliczane były od wartości naprawianego sprzętu- wartości sprzętu którego uchybienie dotyczy a nie od wartości umowy?

Odp. Nie.

11. Dot. Zadania nr 5 – wieża laparoskopowa – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w punktach 129, 152, 153 oraz 179 narzędzia o długości 36 cm pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian?

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę.

12. Dot. Zadania nr 5 – wieża laparoskopowa – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w punktach 178 oraz 179 imadła o branszach zakrzywionych w lewo z zapięciem z lewej strony, pozostawiając pozostałe zapisy bez zmian?

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę.