



Fundusze
Europejskie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Pytania i odpowiedzi cz. 5

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa - szt. 20

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp produkowanych w Europie, renomowanej na światowym rynku firmy o zbliżonych parametrach odnosząc się do poszczególnych punktów z tabeli specyfikacji jak poniżej.

LP	PARAMETRY
9	Zakres programowania prędkości infuzji co 0,1 ml/h: 1) dla strzykawek 5 ml: 0,1÷250 ml/h; 2) dla strzykawek 10 ml: 0,1÷350 ml/h; 3) dla strzykawek 20 ml: 0,1÷600 ml/h; 4) dla strzykawek 30 ml: 0,1÷600 ml/h; 5) dla strzykawek 50 ml: 0,1÷1200 ml/h.
11	Maksymalny programowany czas infuzji: 96 godzin.
13	Dokładność prędkości infuzji: nie gorsza niż ±3,0%.
15	Zakres programowania prędkości podaży bolusa co 0,1 ml/h: 1) dla strzykawek 5 ml: do 250 ml/h; 2) dla strzykawek 10 ml: do 350 ml/h; 3) dla strzykawek 20 ml: do 600 ml/h; 4) dla strzykawek 30 ml: do 600 ml/h; 5) dla strzykawek 50 ml: do 1200 ml/h.
19	Funkcja KVO z możliwością programowania prędkości KVO w zakresie 0,1÷5 ml/h co 0,1 ml/h.
20	Pamięć pompy: możliwość zapamiętania min 1500 zdarzeń z historii infuzji
28	Biblioteka leków, do 2850 leków w 19 profilach wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.)

29	Możliwość zaprogramowania 19 profili podaży dla określonych leków	
34	3	Zasilanie z wbudowanego akumulatora przez ponad 11 godz. przy prędkości przepływu nie mniejszym niż 5 ml/h.
35	Pompa wyposażona w uchwyt, umożliwiający zamocowanie pompy na statywie, łóżku i szynie	
36	Klasa ochrony: II, CF, odporność na defibrylację, IP22	
38	Wymiary (w/s/d) 135 × 345 × 170 mm	
II.		
3.	Czytelny wyświetlacz monochromatyczny graficzny	
4.	Klawiatura symboliczna (nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy)	

Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Czy pompa powinna być wyposażona w funkcję DPS - System Dynamicznego Ciśnienia o wszelkich nagłych wzrostach i spadkach ciśnienia przed osiągnięciem limitu ciśnienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ale nie wymaga.

Dotyczy wzoru Umowy § 8

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do dnia wykonania przedmiotu umowy?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,2% określonego w § 3 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 4 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (przystąpienie serwisu do naprawy) do dnia wykonania naprawy

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.